



Włocławek, dnia 22.05.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**pn. DOSTAWA SPRZĘTU DO ECPW I INNEGO ASORTYMENTU DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY. Znak postępowania: DZP/ 30 /2024**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2023. 1605 z późn. zm), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp oraz art.137 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**Pytanie nr 1**

**dot. Części nr 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie przewodnic ze znacznikami w postaci kolorowych pasków ustawionych w równych odległościach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

**dot. Części nr 1 poz. 2:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów napętnianych do średnic: 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm, o długości 200 cm, średnica dystalnej części cewnika 5 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

**dot. Części nr 1 poz. 3:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z polietylenu, odległość między listkami 5 cm – 12 cm co 1-2 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

**dot. Części nr 1 poz. 4:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyków o średniej twardości średnica koszyka 20 mm i 30 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**



KUJAWY  
POMORZE



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**dot. Części nr 1 poz. 5:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramienia 8 mm, kąt rozwarcia 90 stopni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

**dot. Części nr 1 poz. 10:**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie balonów o długości w zakresie 20-40 mm, średnica zewnętrzna 4-10 mm, długość robocza minimum 180 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**dot. Części nr 1 poz. 11:**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pompek o objętości 30 ml, maksymalne ciśnienie 30 atm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

**dot. Części nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 11 mm i 16 mm, dostępnych w długościach 165 cm i 230 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

**dot. Części nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomów o długości roboczej 200 cm i 215 cm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy cewnika 7 Fr zmniejszającej się do 5 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

**dot. Części nr 8:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie siatek o wymiarach 32 mm x 62 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

**dot. Części nr 4 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści:

Klipsy hemostatyczne z funkcją rotacji jednorazowego użytku; z klipem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 235 cm, dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie nr 12**

**dot. Części nr 8 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa siatka do usuwania polipów; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym. Długość narzędzia 2300 mm, średnica siatki 25 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

**dot. Części nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 15 mm; owalne; długość narzędzia 2300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14**

**dot. Części nr 9 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 25 mm; owalne; długość narzędzia 2300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

**dot. Części nr 9 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 30 mm; owalne; długość narzędzia 2300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16**

**dot. Części nr 9 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 20 mm; owalne; długość narzędzia 2300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17**

**dot. Części nr 10 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastroscopii i kolonoskopii, powlekane. Średnica cewnika 2,3 mm

- Długość narzędzi 1800, kleszczyki owalne i owalne z igłą
- Długość narzędzi 2300 mm, kleszczyki owalne, owalne z igłą, aligator i aligator z igłą



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje narzędzi o długości od 1600mm do 2300mm. Wobec powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.10 do SWZ. Załącznik nr 2.10 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.

**Pytanie nr 18**

**dot. Części nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18 - testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w biopatach, bez dodatkowej ilości wody ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 19**

**dot. Części nr 18:**

Czy Zamawiający w Części nr 18 - testy ureazowe wyrazi zgodę na inne rozwiązania techniczne inne niż rozwiązanie w postaci przesuwanego okienka , które spełniają wymóg wygodnego i bezpiecznego przeprowadzenia oznaczenia ?

Uzasadnienie: Wskazanie konkretnego rozwiązanie w konstrukcji testu z góry określa jeden konkretny test, co czyni postępowanie przetargowe w tym zakresie za niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zabraniającej przeprowadzania postępowań fikcyjnych bez możliwości konkurencji w postaci ofert równoważnych. Dodatkowo preferowane rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, nie poparte go żadnymi badaniami naukowymi, które by preferowały takie rozwiązanie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia według własnych potrzeb, który nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Nie wszyscy Wykonawcy muszą dysponować produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisanym w SWZ. Nie oznacza to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji, bowiem na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub jako konsorcjum.

**Pytanie nr 20**

**dot. Części nr 4 poz. 1:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsy hemostatyczne obrotowe o szerokości rozwarcia klipsa 11mm, 133 i 16mm, dostępne w długościach 160cm i 230cm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21**

**dot. Części nr 5 poz. 1:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trójkanałowy sfinkterotom igłowy, długość igły 4-6mm, średnica zewnętrzna cewnika zmniejszająca się do 6,3Fr, zalecany przewodnik 0,035" długość robocza 200cm?



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

**dot. Części nr 12 poz. 1:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować stenty przełykowe samorozprężające się o długości 85mm, 110mm, 135mm i 150cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23**

**dot. Części nr 12 poz. 1:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować stenty przełykowe samorozprężające się o średnicy stnetu 20mm i 24mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24**

**dot. Części nr 14 poz. 3:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę plastikową do dróg trzustkowych zakrzywioną , średnica: 5 Fr, długość 30mm, 50mm, 70mm i 90mm (do wyboru Zamawiającego) z bocznymi otworami i listkami z obu stron?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy Projektu Umowy Dostawy- Załącznik nr 4 do SWZ, § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu informowania go o spodziewanych brakach towarowych z 14-dniowego wyprzedzeniem na 7-dniowe ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.**

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy Projektu Umowy Dostawy - Załącznik nr 4 do SWZ, § 5 ust. 4 i 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:  
„(...) , zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.**

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy Projektu Umowy Dostawy- Załącznik nr 4 do SWZ, § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:  
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy Projektu Umowy Dostawy- Załącznik nr 4 do SWZ, § 8 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:

„(...) Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 7 dni robocze/ych od dnia zgłoszenia reklamacji **pozytywnego rozpatrzenia zasadności reklamacji, (...)**”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy Projektu Umowy Dostawy- Załącznik nr 4 do SWZ, § 8 ust. 3. 2)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:

„(...) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto ~~umowy~~ **niezrealizowanej części umowy, (...)**”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 30**

**dot. Części nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicy hemostatyczne z klipssem o rozwarciu ramion 11 mm i 16 mm, dostępne w długości wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 31**

**dot. Części nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie owalne? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pętli wyłącznie owalnych.

**Pytanie nr 32**

**dot. Części nr 9 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie owalne? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pętli wyłącznie owalnych.

**Pytanie nr 33**

**dot. Części nr 9 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie owalne o średnicy 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza pętli wyłącznie owalnych o średnicy pętli 32 mm.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**Pytanie nr 34**

**dot. Części nr 9 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wyłącznie owalne o średnicy 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w poz. 4 pętli owalnych i heksagonalnych. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opz ( Załącznik nr 2.9 do SWZ) poprzez dodanie po słowie "owalne", słowa "i heksagonalne". Dopuszcza średnicę pętli 32 mm.**

**Załącznik nr 2.9 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.**

**Pytanie nr 35**

**dot. Części nr 10:**

Czy Zamawiający wymaga kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastrokopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 36**

**dot. Części nr 15:**

Prosimy o podanie modelu diatermii/przystawki argonowej, z którą mają pracować opisane sondy argonowe.

**Odpowiedź: Model diatermii argonowej, z którą mają pracować sondy to IC200.**

**Pytanie nr 37**

**dot. Części nr 15:**

Czy Zamawiający wymaga opisanych sond o średnicy 2,3mm i długości 2,2m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sond o średnicy 2,3mm i długości 2,2m. Wobec powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.15 do SWZ. Załącznik nr 2.15 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.**

**Pytanie nr 38**

**dot. Części nr 5:**

Czy zamawiający dopuści: Trójkanałowy sfinkterotom igłowy, długość igły 5 mm; średnica zewnętrzna cewnika zmniejszająca się od 7.0 Fr do 5.5 Fr; zalecany przewodnik 0,035"; długość robocza 200cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**Pytanie nr 39**

**dot. Części nr 9 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 15 mm; owalne i długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**dot. Części nr 9 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 24 mm; owalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41**

**dot. Części nr 9 poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 24 mm; heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 42**

**dot. Części nr 9 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 36 mm; owalne długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43**

**dot. Części nr 10:**

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastroskopii i kolonoskopii, powlekane. Długość narzędzi do 1800 - do 2300 mm, kleszczyki owalne i aligatorki. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44**

**dot. Części nr 11:**

Czy zamawiający dopuści: Otwarcie ramion łyżeczek 6,3mm reszta zapisu zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 45**

**dot. Części nr 12:**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00





Czy zamawiający dopuści: średnica stentu 20mm i 24mm reszta zapisu zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46**

**dot. Części nr 13:**

Czy zamawiający dopuści: średnica stentu 20mm , długość stentu 60mm, 80mm, 100mm reszta zapisu zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy: Formularz Asortymentowo-cenowy (załącznik 2.1), część 1, poz.1:**

Prosimy o informację, czy nie nastąpiła pomyłka pisarska tj. wymagają Państwo zaoferowania przewodnic o średnicy 0,025" i 0,035"? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje przewodnic o średnicy 0,025" i 0,035". Wobec powyższego Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.1 do SWZ. Załącznik nr 2.1 do SWZ po modyfikacji w załączeniu.**

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy SWZ, rozdział III, punkt 3.3, podpunkt 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu terminu ważności dla narzędzi jednorazowego użytku z 24 miesięcy do 18 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu terminu ważności dla narzędzi jednorazowego użytku z 24 miesięcy do 18 miesięcy.**

**Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść rozdziału III, punkt 3.3, podpunkt 3 SWZ, poprzez nadanie temu postanowieniu następującej treści:**

*„3. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 18 miesięcy.”*

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy poprzez nadanie § 1 ust. 3 Wzoru Umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ) następującej treści:**

*„3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 18 miesięcy), producent.”*

**Pytanie nr 49**

**dot. Części nr 7 poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 3**, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotom o długości 180 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 50**

**dot. Części nr 7 poz. 4:**

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, cewnik do poszerzania dróg żółciowych o średnicy 6, 7, 8.5, 9, 10 lub 12 Fr o długości 195 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 51**

**dot. Części nr 7 poz. 5:**

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 5**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednofazowy system do wprowadzania protez o długości 195 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 52**

**dot. Części nr 7 poz. 6:**

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 6**, w miejsce pierwotnych parametrów, popychacz o długości 170 cm. Pozostałe parametry zgodne z swz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 53**

**dot. Części nr 14 poz. 1 i 2:**

Prosimy o dopuszczenie **w części 14 w pozycji 1 i 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, samorozprężalną protezę do dróg żółciowych z widocznymi wskaźnikami stopnia rozprężenia stentu. Pozostałe parametry zgodne z swz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 54**

**dot. Części 4 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klipsów hemostatycznych obrotowych jednorazowego użytku; z klipem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm i 16 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 55**

**dot. Części nr 10 poz. 1:**



KUJAWY  
POMORZE



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowych kleszczyków biopsyjnych do gastroskopii i kolonoskopii, powlekanych. Długość narzędzi od 1600 - do 2300 mm, kleszczyki owalne z igłą lub bez igły. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UWAGA:** W związku z powyższym Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, działając na podstawie art. 137 ust. 1,2,4,5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023.1605 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 i 2 uPzp zawiadamia, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 31.05.2024 r. **na dzień 04.06.2024 r.**, miejsce i ustalone godziny pozostają bez zmian oraz modyfikuje termin związania ofertą z dnia 28.08.2024 r. **na dzień 01.09.2024 r.**

**Załączniki po modyfikacji :**

Załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 2.9 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 2.10 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.


Załącznik nr 2.15 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4 do SWZ – Wzor umowy

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we Włocławku

Inspektor  
Działu Zamówień Publicznych

*Beata Magos*



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Część 1. Klipsy, balony, papilotomy

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowo wa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowo wa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9)	Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto oferty PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1	<p>2</p> <p>Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035", nitynolowe, długość robocza 4500mm, gładka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada 3 znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej (krzyżowy, spiralny, zielony); rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; Końcówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego).</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			szt.	400						- zł	- zł	- zł

2	<p>Jednorazowy balon trójkanalowy do usuwania zlogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm, 15-18-20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu ( z otworem do kontrastowania nad i pod balonem); zakończony dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwięzłą końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 5,5Fr; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 7Fr; a narzędzie wprowadzane jest po przewodnicy na całej jego długości; długość narzędzia 190 cm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełnienia balonu do wybranej średnicy; Otwór do kontrastowania powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez Zamawiającego).</p>	szt.	240						- zł	- zł	- zł
3	<p>Prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych wykonana z kopolimeru etylenu z octanem winylu, średnica: 7Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, odległość między listkami 5cm-12 cm (co 1 cm). Długość protezy oraz jej średnica ( do wyboru przez Zamawiającego).</p>	szt.	200						- zł	- zł	- zł
4	<p>Jednorazowy koszyk 4 ramienny do usuwania kamieni i zlogów z dróg żółciowych; typu basket wykonany z twardego drutu lub miękkiego z zintegrowaną rączką, widoczny w fluoroskopii; średnica rozłożonego koszyka: średnica koszyka od 10 mm do max 25 mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych; z opcją „po przewodniku” i bez tej opcji ( z możliwością rotacji koszyka), w przypadku problemów z usunięciem z możliwością zastosowania z posiadaniem przez Zamawiającego litotryptorem awaryjnym firmy Olympus. Rodzaj koszyka- po przewodniku lub z funkcją rotacji; średnica koszyka; rodzaj drutu- twardy lub miękki ( do wyboru Zamawiającego).</p>	szt.	240						- zł	- zł	- zł



9	Papilotomy igłowe jednorazowe, do precutu, z chowanym ostrzem w kształcie igielki, długość chowanej igielki 5-6 mm, 3 kanałowe, zważana końcówka do 5 FR, widoczny w fluoroskopii.		szt.	80								- zł	- zł	- zł
10	Jednorazowe balony wysokociśnieniowe do poszerzania dróg żółciowych, długość 20-40mm, średnica zewnętrzna 4-6mm; długość robocza 180 cm; do prowadnicy 0,035"; długość i średnica balonu do wyboru przez Zamawiającego.		szt.	100								- zł	- zł	- zł
11	Jednorazowa pompka do napełnienia poszerzadeł balonowych- obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm.		szt.	4								- zł	- zł	- zł
12	Ustniki jednorazowe z gumką mocującą.		szt.	2000								- zł	- zł	- zł
<b>łącznie wartość netto/brutto</b>												- zł	- zł	- zł



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Część 9. Pętle do polipektomii

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9)	Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 15 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.		szt.	500						- zł	- zł	- zł
2	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 25 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.		szt.	500						- zł	- zł	- zł
3	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 30 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.		szt.	500						- zł	- zł	- zł

4	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 35 mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.		szt.	500							- zł	- zł	- zł
łączna wartość netto/brutto											- zł	- zł	

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Część 10. Kleszce biopsyjne

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowo wa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9)	Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
Łączna wartość netto/brutto											- zł	
1	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastrokopii i kolonoskopii, powlekane. Długość narzędzi <del>do</del> od 1600 - do 2300 mm, kleszczyki owalne i aligatorki. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			szt.	3 000						- zł	- zł	- zł



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Część 15. Sondy do koagulacji argonowej

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9)	Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1	Jednorazowe sondy do koagulacji argonowej o średnicy 2,3mm i długości 2,2m – otwór rozpylający osiowo i z boku, przystosowany do diatermii; Rodzaj sondy zależny od preferencji Zamawiającego.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			szt.	20						- zł	- zł	- zł
łącznie wartość netto/brutto											- zł	- zł



**UMOWA NR DZP / 30 / 2024 WZÓR**

zawarta w dniu .....2024r., we Włocławku , pomiędzy:

**I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

**Dyrektor – Karolina Welka**,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ...., wpisaną do .....pod Nr ..... ,  
NIP: ....., REGON : ....., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr DZP / 30 / 2024 pn. „Dostawa sprzętu do ECPW i innego asortymentu do Pracowni Endoskopowej przez okres 24 miesięcy.”

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu do ECPW i innego asortymentu do Pracowni Endoskopowej [zwanym także w umowie „towarem”], zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” przez okres 24 miesięcy w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2\* do SWZ w Częściach wskazanych w § 2 umowy\* ( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 18 miesięcy), producent.
4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać pełnej wartości brutto umowy w ramach składanych zamówień objętych umową. Jednakże w wyniku powyższego wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.
7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 8 ust. 5 umowy.

**§ 2**

**Wartość umowy**

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2\* do SWZ – w następującej Części zamówienia:

\* Część Nr .....

wartość netto : ..... zł, (słownie: ..... PLN),

wartość brutto : ..... zł, (słownie: ..... PLN).

\*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : ..... zł, (słownie : ..... PLN)

wartość brutto : .....zł, (słownie : ..... PLN)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1)

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §12 ust. 1 lit. a – e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

- a. opakowania,
- b. transportu,
- c. rozładunku u Zamawiającego,
- d. ubezpieczenia na czas transportu.

### § 3

#### Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od .....2024r., do .....2026r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy),

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

### § 4

#### Organizacja dostaw

1. Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

2. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie \*.....(max 5 dni roboczych ) dni roboczych \*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 14:00, w piątek w godz. 07:00 – 11:00 zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

9. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania



protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.

**10.** Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

**11.** Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

**12.** Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

## § 5

### Rozliczenia

**1.** Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

**2. Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

**3.** Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**4.** Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

**5.** Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

**6.** Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. *(dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).*

**7.** Zamawiający wymaga przesyłania przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem ust. 10.

**8.** Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.

## § 6

### Osoby upoważnione do kontaktów

**1.** Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest ..... (tel. nr ....., faks nr ....., e-mail: .....) lub osoba zastępująca.

**2.** Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest .....(tel.nr .....), lub osoba zastępująca.

## § 7

### Nabycie zastępcze

**1.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

**2.** W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy

(tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia, lecz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

## **§ 8**

### **Reklamacje oraz kary umowne**

1 W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobą wskazaną w § 6 mailem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana drogą mailową.

3. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

1) w przypadku zwłoki w terminach dostawy podanych w umowie i niezgodzonych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

2) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki), za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości umowy brutto za każdy tego typu przypadek;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku:

a) powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b) zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni roboczych,

c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d) nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, które Wykonawca powinien posiadać zgodnie z swz lub umową, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 7 umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

8. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

## § 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

## § 10

### Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpi konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

**2.** Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

**3.** Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

**4.** Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

**5.** Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

- a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
- b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
- c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.
6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:
- a) w umowie określa się 19% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
- b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,
- d) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,
- e) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,
- f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia<sup>1</sup>;
- g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,
  - okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
- h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.
7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

## § 11

### [odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

## § 12

### Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

---

<sup>1</sup> Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2023 roku i I kwartału 2024 roku.

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezwzględnego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających i wykazujących zaistnienie siły wyższej. Nie wykonanie tego obowiązku uprawnia drugą stronę od uznania, że do Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 13

#### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.); Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowi :

a/ Załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....  
(pieczęć nagławkowa)

.....  
(pieczęć nagławkowa)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(pieczęć kierownika jednostki)