

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2020 r.

D10.251.28.G.2020

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych używanych do zabiegów endoskopowych.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent przełykowy z niepokrytymi głowami na zestawie do aplikacji 22Fr/70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści protezę bez nici do repozycji na obu niepokrytych końcach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści protezę do protezowania równoległego dróg żółciowych na zestawie o wymiarach 6Fr/180 cm, średnica protezy po rozprężeniu 6,8 mm, długości protezy: 4-10 i 12 cm, 8 znaczników platynowych widocznych w rtg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania o śr. 20 Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na likwidację komisju (dotyczy każdej Pracowni oddzielnie) w przypadku braku zużycia min. 3 szt. dowolnego modelu protez z tego pakietu w okresie 3 miesięcy? Utrzymanie komisju przy tych minimalnych wymaganiach jest ekonomicznie niezasadne.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 1 zestaw wprowadzający po przewodniku? Pozostałe bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 2 protezę przełykową z krótkim kołnierzem proksymalnym, do wysokich lokacji w przełyku bez dodatkowej zastawki antymigracyjnej niepokrywanej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 2 protezę o średnicy 18,20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 12 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na likwidację komisju (dotyczy każdej Pracowni oddzielnie) w przypadku braku zużycia min. 3 szt. dowolnego modelu protez z tego pakietu w okresie 3 miesięcy? Utrzymanie komisju przy tych minimalnych wymaganiach jest ekonomicznie niezasadne.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów dostarczanych w zestawach o średnicy 18F i długości 70 cm, z sześcioma markerami na końcach i w połowie długości, średnica stentów 20 mm, długości części pokrytej 80 mm, 100 mm, 120 mm i 130 mm, końce stentów z pętlami niebieskimi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy trzonu/ kielicha 18/22 mm i 22/ 26 mm, oba kołnierze poszerzone, pokrywane PTFE, średnice zestawu w zestawach do wprowadzania o średnicy 18Fr/ 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie przewodników z końcówką o długości 10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, średnica cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 15 mm, średnica cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o długościach między zaczepami 3 cm, 5 cm, 7 cm i 9 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o średnicy trzonu 22 mm, całkowicie pokrywanych, długość całkowita 90, 110, 130 i 150 mm, długość trzonu 50 mm, 70 mm, 90 mm i 110 mm, średnica zestawu do wprowadzania 21 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem dostarczany razem z protezą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z łącznikiem typu "Y" dostarczany z zestawem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 12 mm, długość 165 i 230 cm, wyposażonych w dodatkową osłonę lub bez osłony, czas retencji tkankowej minimum 2 tygodnie, rotacja klipsa przy pomocy pokrętle w uchwycie w obie strony o kąt 360°.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 25

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie przewodnic z końcówką 5- 7 cm, średnice 0,025" i 0,035", długość 450 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 26

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów współpracujących z długimi przewodnicami i balonów z wbudowaną przewodnicą, średnice 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm, 18-20 mm, 20-22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 26

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 26 dopuści zaoferowanie pompy z manometrem do 30 atm, blokada suwakiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów 7,0Fr, pracujących w zakresie średnic 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm, kontrast podawany nad lub pod balonem portem bocznym na maksymalnie 5 mm od brzegu balonu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza balon 7FR, pozostałe parametry, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7,0 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noża o długości narzędzia 230 cm, średnica narzędzia 2,35 mm, średnica noża 0,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy cewnika 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy 2,3 mm, wysunięcie igły 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 dot. pakietu nr 36

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7 Fr, średnice balonu 8,5-12-15 mm lub 12-15-18 mm, balony lateksowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy cewnika 1,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 39

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie koszyków o długości rozłożonego kosza 60 mm, średnica cewnika 3,4 mm, długość narzędzia 195 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 39

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie koszyków o długości rozłożonego kosza 60 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu o długości 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonu z cewnikiem 7,5 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie urządzenia do z zakresem ciśnień 0-30 atm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 8 lub 10mm do wyboru zamawiającego długości od 4 do 10cm i 12 cm, co 2cm(dla każdego rozmiaru). Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max. 10Fr , długość zestawu do wprowadzania 180cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 1 poz. 2

Proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, z kołnierzem antymigracyjnym dwa kołnierze zapobiegające migracji: 3mm większy od trzonu protezy. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. Max. 8,5 Fr dl. Zestawu do wprowadzania 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 1 poz. 3

Proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, niepowlekana zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. Max. 7Fr dl. Zestawu do wprowadzania 180 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dot. pakietu nr 3

Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, pakowana indywidualnie, sterylna, wykonana z nitinolu. Wprowadzana przez endoskop do protezowania równoległego, średnica protezy po rozprężeniu 8-10mm, 10 złotych znaczników radiologicznych, długość całkowita 40-120 mm (co 20mm) do wyboru Zamawiającego. Aplikator o długości 180cm średnica 8Fr

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 42 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku kształt walca o długościach 10, 12 i 14cm, średnice trzonu/ kielicha proksymalnego: 20/26 mm i 24/30 mm do wyboru Zamawiającego. Powlekane zewnętrznie w części centralnej teflonem, uwalniane od końca dystalnego za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu. Średnica zestawu wprowadzającego o średnicy stentu: 24Fr. System wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie, zestaw współpracuje z prowadnicą .035

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 dot. pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Prowadnica o średnicy 0.035 in; długość 260cm, końcówka prosta, sztywność standardowa z atraumatyczną końcówką o długości 60 mm lub ekstra sztywne średnica 0,035 in; długość 260 cm z atraumatyczną końcówką o długości 130mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44 dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 11mm. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny, długość 230 cm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, średnica cewnika 2,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 45 dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 16mm. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny, długość 230 cm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, średnica cewnika 2,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę cewnika 2,6 mm, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 46 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści: Stent samorozprężalny przełykowy, długość trzonu 100 mm; 120 mm; do wyboru Zamawiającego, średnica proksymalnego kołnierza 26 mm; średnica zestawu 24 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 47 dot. pakietu nr 9

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 2 i dopuści rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 16mm, długość 15mm, 20mm, 25mm lub 30 mm, średnica kołnierza 26/30 mm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48 dot. pakietu nr 10

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2 i 3 i dopuści w pozycji 1 i 2 odległość między zaczepami 5-15 cm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Klips hemostatyczny rozwarcie ramion 11 mm; długość 195; 230 cm do wyboru Zamawiającego, współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3 i dopuści

Poz. 1 Szczypce biopsyjne, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez - do wyboru Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu; pokryte teflonem na całej długości; długość narzędzia minimum 155cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność 7,7mm³; (op. 10szt)

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, dopuszcza rozwarcie i pojemność z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 51 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3 i dopuści

Poz. 2 Szczypce biopsyjne, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez do wyboru Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu; pokryte teflonem na całej długości; długość narzędzia minimum 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność 7,7mm³; sterylnie pakowane (op. 10 szt)

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, dopuszcza rozwarcie i pojemność z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 52 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3 i dopuści

Poz. 3 Pętla elektrochirurgiczne kolonoskopowe kształt owal; średnica pętli 10 mm, 15mm, 24mm do wyboru Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (op. 10 szt)

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 53 dot. pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Długość robocza 160cm lub 180 cm średnica szczęk 1,8 mm, 2,3mm, 3,0mm opakowanie 10 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę szczę i opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 54 dot. pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Pętla do polipektomii średnica osłonki 2,3 mm, średnica otwartej pętli: 10, 15, 24, 36 mm. Dostępne kształty: owal. Dedykowana pętla na zimno średnica 10mm, 15mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55 dot. pakietu nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Igła o średnicy ostrza igły od 22 do 25 G do wyboru, długość ostrza 5 mm, długość całkowita 230 cm, (op 10 sztuk)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56 dot. pakietu nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Długość robocza 160cm lub 180 cm średnica szczęk 1,8 mm, 2,3mm, 3,0mm opakowanie 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57 dot. pakietu nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Pętla do polipektomii średnica osłonki 2,3 mm, średnica otwartej pętli: 10 ,15, 24, 36 mm. Dostępne kształty: owal. Dedykowana pętla na zimno średnica 10mm,15mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58 dot. pakietu nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Igła o średnicy średnica ostrza igły od 22 do 25 G do wyboru, długość ostrza 5 mm, długość całkowita 180 i 230 cm, (op 10 sztuk)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59 dot. pakietu nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści:

Siatka do zbierania polipów z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 30cm (op. 10 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Igła do biopsj o średnicy osłonki igły o średnicy 1,8mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61 dot. pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Igła do biopsj o średnicy osłonka o średnicy 1,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62 dot. pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Igła do biopsji pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej, mandryn

wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63 dot. pakietu nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną końcówką 6 lub 13 cm, elastyczne giętkie, oraz sprężyste-sztynne, opcja multi rotacji. Średnice 0.035-0.025 cala o minimalnej długości 450 cm (+/- 30cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 64 dot. pakietu nr 25 poz. 2

Prowadnice do dróg żółciowych/ trzustkowych z hydrofilną końcówką 6cm lub 13cm. Średnice 0.035 / 0.025/ 0.021 cala proste /zagięte o minimalnej długości 450cm; jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 65 dot. pakietu nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Cisnieniowe balony do poszerzania w ukł. pokarmowym średnicy 6/7/8mm; 8/9/10mm; 10/11/12mm; 12/13,5/15mm; 15/16,5/18mm; 18/19/20mm, balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i długimi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 66 dot. pakietu nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Trójkanałowy obrotowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25mm, monofilament/ z prowadnikiem fabrycznie montowanym śr 0,035" dł. 2000mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67 dot. pakietu nr 35

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 1.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 68 dot. pakietu nr 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści:

Balon do ekstrakcji, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu, Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 12mm; 15mm: Śr. cewnika: 7 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69 dot. pakietu nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Igły do skleroterapii, z mechanizmem blokującym wysunięcie igły, śr. 0,6 – 0,9 mm, wysunięcie 4 – 6 mm, dł narzędzia 180mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70 dot. pakietu nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Igły do ostrzykiwania krwawiących naczyń i błony śluzowej, oraz żyłaków dł. 230 cm, wysunięcie igły do 5 mm śr. 22/25G

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71 dot. pakietu nr 47

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 3, 4 i 8 i dopuści

Poz 3 Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu,dl. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 25, średnice końcówki dystalnej :5Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł. 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm. do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, zapisy zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 72 dot. pakietu nr 47

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 3, 4 i 8 i dopuści

Poz 4 Długość robocza - min. 180 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 5-7 mm, z końcówką widoczną w promieniach RTG, współpracujący z przewodnikiem 0.035"

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, zapisy zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 73 dot. pakietu nr 47

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 3,4 i 8 i dopuści

Poz 8 Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; do wyboru Zamawiającego. Współpracujące z przewodnikiem 0,035" o długości 450 cm; w komplecie z trzema skalibrowanymi strzykawkami do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietu, dopuszcza z trzema strzykawkami, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 74 dot. pakietu nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1 Balony do poszerzania zwożeń jelitowych (z przewodnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na przewodnik, dł. balonu 5,5 cm dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, do wyboru Zamawiającego, kateter o średnicy 7 Fr i długości 180 cm, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75 dot. pakietu nr 49 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Balony do achalazji w komplecie z przewodnikiem; długość balonu 8 cm, śr. balonów: 26, 30 i 34 mm do wyboru Zamawiającego dł. robocza max 10 cm, markery na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu. Przeznaczony do inflacji powietrzem przy użyciu pompki z manometrem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76 dot. pakietu nr 49 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści:

kateter o średnicy 7 Fr i długości 180 cm, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 77 dot. pakietu nr 49 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści:

kateter o średnicy 7 Fr i długości 180 cm, ; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78 dot. pakietu nr 49 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści:

Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użytku kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 2,3mm, do kanału roboczego o średnicy min.2,8mm ,długość 230cm

Odpowiedź: Pakiet nr 49 nie zawiera pozycji 7.

Pytanie 79 dot. pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego średniogiętkowego drutu; pozwalające na wykonanie gorącej polipektomii, wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki, średnica pętli 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm a pętla na zimno o średnicy 10mm, 15mm długość robocza 230cm; średnica osłonki 2,3mm do kanału roboczego 2,8 mm ; kształt owalny

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 41

Pytanie 80 dot. pakietu nr 71

Czy zamawiający dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm; z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa; długość 230 cm; współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem

Odpowiedź: Brak pakietu nr 71 w postępowaniu.

Pytanie 81 dot. pakietu nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany indywidualnie, a następnie zbiorczo w zwykły kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82 dot. pakietu nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Pakietu 38 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Pozwoli to uzyskać większą ilość konkurencyjnych cenowo ofert od firm specjalizujących się w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 83 dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klips o rozwarciu 11mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 84 dot. pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik o średnicy otworu 22mm x 27mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 85 dot. pakietu nr 18

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: z Pakietu nr 18 pozycję nr 4, 9, 10, 11 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 18a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 86 dot. pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze pokryte PTE, o rozwarciu łyżeczek 8mm, pojemności 7,6mm³, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 87 dot. pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze pokryte tworzywem sztucznym, o rozwarciu łyżeczek 8mm, pojemności 7,6mm³, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia), sterylizowane metodą EO? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 88 dot. pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 89 dot. pakietu nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętle owalne? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 90 dot. pakietu nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicach otwarcia 10mm, 15mm i 30mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 91 dot. pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości roboczej narzędzia 160 cm, o kącie ścięcia igły 23,5 stopnia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość roboczą narzędzia 160 cm, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 92 dot. pakietu nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o kącie ścięcia igły 23,5 stopnia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość igły 4mm i 6mm do wyboru Zamawiającego, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 93 dot. pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o średnicy narzędzia 2,3mm, o wyłącznie elipsoidalnych łyżeczkach, współpracujące z kanałem roboczym od 2,8mm, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 94 dot. pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle owalne o długości roboczej 240cm dla pętli o średnicy otwarcia 6mm i długości roboczej 230cm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 32mm (do wyboru Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95 dot. pakietu nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania w osłonce z tworzywa sztucznego, blokujące się w pozycji schowania i pełnego wysunięcia ostrza, o średnicy 23G i długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o długości całkowitej 230cm, igła w pozycji schowanej jest w odległości ok 1,5mm od końcówki tubusa, pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 96 dot. pakietu nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskownia żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek, przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,3mm-11,5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 97 dot. pakietu nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o średnicy narzędzia 2,3mm, o wyłącznie elipsoidalnych łyżeczkach, współpracujące z kanałem roboczym od 2,8mm, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98 dot. pakietu nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle owalne o długości roboczej 240cm dla pętli o średnicy otwarcia 6mm i długości roboczej 230cm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 32mm (do wyboru Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 dot. pakietu nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania w osłonce z tworzywa sztucznego, blokujące się w pozycji schowania i pełnego wysunięcia ostrza, o średnicy 23G i długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o długości całkowitej 230cm, igła w pozycji schowanej jest w odległości ok 1,5mm od końcówki tubusa, pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 100 dot. pakietu nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zbierania polipów, z funkcją rotacji wokół własnej osi, o średnicy narzędzia 2,4mm i długości 230cm, dostępną w rozmiarze 3,5cm x 5,15cm lub 2,5cm x 4,2cm (do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101 dot. pakietu nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę średnio-szywną i szywną w miejsce elastycznie giętkiej i sprężysto szywniej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 102 dot. pakietu nr 25 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy o średnicy 0,035/0,025 cala o długości 450cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 103 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie biokompatybilnego i biodegradowalnego, wchłanianego, jałowego żelu do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, zawierającego zawieszinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego. Strzykawka 1ml z żelem + 1 igła metalowa (dostarczana oddzielnie – inny nr katalogowy). Produkt bezpieczny dla dzieci – dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM u dzieci.

Skład: 1 ml zawiera:

- Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg
- Dextranomer 50 mg
- Chlorek sodu 6,9 mg
- Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

Wyżej opisany produkt jest z powodzeniem stosowany w największych polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych, jest również dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej. Dodatkowym atutem dopuszczenia w/w produktu równoważnego jest aspekt ekonomiczny będący istotnym elementem w zakupach szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 104 dot. pakietu nr 32 poz. 2

Bardzo proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pozycji 2 wyceny dodatkowych 50 sztuk igieł?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 105 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Wyroby medyczne przechowywane przez Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy do czasu ich pobrania z miejsca przechowania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 106 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 4 o następującej treści: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał Zamawiający dokona kontroli terminu ważności wyrobów medycznego przechowywanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 107 dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 5 o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności wyrobu medycznego o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 108 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści protezę w zestawie 185 cm i długościach 40-100 mm co 20 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 109 dot. pakietu nr 38 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 38, poz. 3 dopuści szczotkę o średnicy cewnika 2,2 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 110 dot. pakietu nr 46

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia ujęty w pakiecie nr 46 stanowią wyłącznie materiały eksploatacyjne, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z dostaw metodą komisji bez użyczenia na rzecz sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 111 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 1 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Termin przydatności do użycia wyrobu nie może być krótszy niż połowa okresu ważności dla produktu wielorazowego lub 6 miesięcy dla wyrobów jednorazowych, liczone od daty dostawy.”

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 112 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób:

„(...) o ile zmniejszenie nie przekroczy 30%”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 113 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

Przechowawca ma obowiązek pobrać przedmioty przechowywane z zachowaniem zasady pobierania materiałów z najkrótszą datą ważności w ramach danego asortymentu.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 114 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i wymiany towaru wadliwego w terminie 4 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji (...)”.

Proponowana zmiana umożliwia ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji poprzez wykonanie ekspertyzy reklamowanego towaru. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 115 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni roboczych od daty uznania reklamacji o której mowa w § 8 ust. 3 – 7 ze skutkami określonymi w § 11 ust. 4, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy (...)”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 116 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wiarygodności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 117 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 118 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio z wysokości 0,5% do wysokości 0,25 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary umownej w § 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 wzoru umowy nie może być uznana jako wygórowana lub naruszająca równość stron w umowie. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia

2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 119 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 4

Prosimy o modyfikację zapisu umowy w taki sposób, że podstawą wyliczenia kary umownej będzie niewykorzystana wartość brutto umowy w zakresie pakietu, którego dotyczy odstąpienie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 120 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 121 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 122 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 123 dot. pakietu nr 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazową, do kanału 2,8 mm, rozwarcie klipsa 15mm, funkcja pełnej rotacji, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, przed jego całkowitym uwolnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 124 dot. pakietu nr 16

Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy pediatryczny o średnicy 50 Fr = 16,67 mm; z regulowanym mocowaniem, tasiemka elastyczna lub silikonowy pasek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 125 dot. pakietu nr 20

Czy zamawiający wyłączy pozycję 2 z pakietu 20 i dopuści pętle jednorazową owalną o dł. 230 cm oraz o dostępnych średnicach 10mm, 15, 20,25mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 126 dot. pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści noże wodne kulkowe lub igłowe (do wyboru przez zamawiającego), o długości narzędzia 230 cm, o stałej długości noża 2mm, całkowicie cofany nóż do cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 127 dot. pakietu nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z pakietu 38 do osobnego zadania ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 128 dot. pakietu nr 38 poz. 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z pakietu 38 do osobnego zadania i dopuści dwustronne szczotki czyszczące, o średnicy 1,7 mm i długości 230 cm; o wymiarach szczotki czyszczącej 6 mm i 10 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 129 dot. pakietu nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z pakietu 38 do osobnego zadania i dopuści wymagane ustniki pakowane w kartonowym opakowaniu z dyspenserem ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 130 dot. pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z pakietu 41 do osobnego zadania i dopuści igły o długości 230cm (reszta parametrów zgodnie z wymogiem Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 131 dot. pakietu nr 54

Czy Zamawiający dopuści pułapki na polipy 5 komorowe, bez możliwości przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych niepowlekaney posiadającej 9 złotych znaczników? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 133 dot. pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji, ustanawiając dla niej odrębny pakiet, w celu umożliwienia złożenia ofert większej liczbie wykonawców i dopuści do postępowania protezę o długości roboczej 23mm i 33mm (dla protezy o średnicy 12mm) lub 22mm i 32mm (dla protezy o średnicy 14,16mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 134 dot. pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie szczypcy biopsyjnych, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez - do wyboru Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych; długość narzędzia minimum 155 cm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, pojemność 6,1mm³; sterylizowane promieniami gamma (op. 20 szt)

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 135 dot. pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie szczypcy biopsyjnych, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez do wyboru Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych; długość narzędzia minimum 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; rozwarcie łyżeczek 6,5mm lub 8,3mm, pojemność 6,1mm³ lub 9,5mm³ do wyboru przez Zamawiającego; sterylizowane promieniami gamma.(op. 20 szt)

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 136 dot. pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną gastrokopową do ostrzykiwania i hemostazy; długość robocza narzędzia 165cm; długość igły 4mm- 6mm, średnica igły 21G-25G do wyboru Zamawiającego; skos igły standardowy; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica wewnętrzna pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; wytrzymała osłona; posiada mechanizm kliknięcia (op. 5 szt)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 137 dot. pakietu nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną kolonoskopową do ostrzykiwania i hemostazy; długość robocza narzędzia 230cm; długość igły 4mm- 6mm, średnica igły 23G-25G do wyboru Zamawiającego; skos igły środkowy; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica wewnętrzna pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; wytrzymała osłona; posiada mechanizm kliknięcia (op. 5 szt)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 138 dot. pakietu nr 18 poz. 11

W celu umożliwienia złożenia ważnej oferty zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu powyższej pozycji (SIGMAVISC kwas hialuronowy) i stworzenie osobnego pakietu dla tego produktu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 139 dot. pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aplikatora Maj-675 do sterylizacji metodami niskotemperaturowymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 140 dot. pakietu nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych niesterylnych balonów Maj-213, pakowanych zbiorczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 20 sztuk, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 141 dot. pakietu nr 22 poz. 6, 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby: niesterylnych zaworów biopsyjnych EUS i szczotek do czyszczenia kanałów EUS, w KOMISIE do pełnych opakowań handlowych producenta (10 sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komis 10 sztuk, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 142 dot. pakietu nr 50 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów do usuwania złogów o długości narzędzia 190cm (w miejsce wymaganych 195cm)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 190 cm, pozostałe zapisy bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 143 dot. pakietu nr 51 poz. 8

Ze względu na fakt, iż jednorazowe dreny do noży serii KD- pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 10 sztuk proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 10 sztuk (1 opakowania), czy 50 sztuk (5 opakowań)?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 144 dot. zapisów umowy, zapisów SIWZ parg. III, p.7, zapisów załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 52, poz. 9 zaoferowanie akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych butelki do pompy OFF), które nie są wyrobami medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i w związku z tym nie ma dla nich obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy?

Mając na uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązującą dla tych akcesoriów to 23%.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 145 do umowy sprzedaży i umowy komis bez wypożyczenia, zapisów SIWZ różnice w zapisach SIWZ parg. XVI, poz. 2.2 (kryteria) i Umowa parg.2, poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Umowy termin dostaw jest liczony w dniach roboczych?

W formularzu ofertowym również podany termin dostawy w dniach roboczych

Odpowiedź: Tak, za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy pomimo tego jednocześnie nie może być traktowana jako typowy dzień roboczy (podobnie WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. I SA/Bk 56/11).

Pytanie 146 dot. umowy sprzedaży parg.5, p.4.

Prosimy o podanie stanu majątkowego Zamawiającego

Odpowiedź: W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Pytanie 147 dot. zapisów umowy- sprzedaż paragraf 6 ustęp 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 20% ?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 148 dot. zapisów umowy- komis bez użyczenia paragraf 11 ustęp 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 20% ?

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 149 dot. pakietu nr 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, mechanicznych poszerzań do dróg żółciowych temperowanych od 5/6.9/8.4/9.6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 150 dot. pakietu nr 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do achalazji, dł. narzędzia 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 151 dot. pakietu nr 25 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 25 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodnic do dróg żółciowych /trzustkowych z końcówką hydrofilną na dł. 5.8cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówkę długości 5,8 cm, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 152 dot. pakietu nr 27 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie, związku z wycofaniem produktu dostępowego do gastrostocystostomii w pakiecie 27 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawu zastępczego składającego się z noża igłowego 5 Fr (koniec tnący - ostrze sprężynka) oraz balonu wysokociśnieniowego typu klepsydra na cewniku 5,5 Fr. Balony rozprężają się w średnicach 4 / 6 / 8 / 10 mam. Zestaw nie obejmuje przewodnika ale narzędzia są kompatybilne z przewodnikiem 0,035"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 153 dot. pakietu nr 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów czterostopniowych do usuwania złożeń tylko w rozmiarze 6.6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiar 6,6Fr, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 154 dot. pakietu nr 29 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 29 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, szczoteczek cytologicznych , średnica szczoteczki 3mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 155 dot. pakietu nr 35 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów trójkanałowych śr. cewnika 5.5 lub 7 Fr, dł. cewnika 190 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 156 dot. pakietu nr 35 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów typu BII, śr, cewnika 6-5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 157 dot. pakietu nr 35 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów igłowych śr. Cewnika 7Fr, końcówki cewnika 6FR, dł. ciężwy tnącej 4mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 158 dot. pakietu nr 36 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do ekstrakcji zawierających lateks, z 1 strzykawką, śr, balony 8.5, 12, 15mm. Pozostałe parametry

zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 159 dot. pakietu nr 40

Czy w pakiecie 40 zamawiający oczekuje markera z trwałością (widocznością) do 36 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 160 dot. pakietu nr 45

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 45, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawu do drenażu nosowo-żółciowego w obrębie zagięcia 5 otworów drenujących śr.cewnika 6, 7. 8.5Fr.Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 161 dot. pakietu nr 48 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 48 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przeszkrónej gastrostomii z gazikami bez otworów. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 162 dot. pakietu nr 48 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 48 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do jejunostomii z rurką odżywcza o śr. 9,12 Fr o dł.60 cm.. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 163 dot. pakietu nr 48 poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu 48 pozycji 1 i 2 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 164 dot. projektu umowy

Prosimy o dopisanie w §4 projektu umowy (załącznik nr 6) pkt.4 - „W przypadku wykrytych niedoborów Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą VAT. Za brak lub uszkodzenie materiału uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 165 dot. projektu umowy

Prosimy o dopisanie w §4 projektu umowy (załącznik nr 6) pkt.5 „Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczny Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **20 maja 2020 r.**, w następujący sposób:

1. § III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ust. 2. Przedmiot zamówienia określony w pakietach 4, 32, 46 dotyczy sprzedaży, pozostałe pakiety dotyczą komisju bez użyczenia.

ust. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy,

2. § IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

ust. 3 pkt 4) oświadczenie wykonawcy mówiące o tym, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i używania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) – załącznik nr 5 do SIWZ - jeżeli dotyczy;

3. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierając przedmiotowe postępowanie **w terminie do dnia 20 maja 2020 r., do godz. 10:00**”

ust. 2 „Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert”.

W związku z powyższymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka