

**Parametry techniczne łaźni wodnej z płytą grzewczą<sup>1</sup>**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: ..... Model: ..... Rok produkcji( nie starszy niż 2023r.).....

Producent:..... Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia: .....

| Lp. | Opis minimalnych wymagań   | Parametry graniczne wymagane/oceniane  | Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać |
|-----|--|--|---|
|     | <b>Charakterystyka</b>   |  |   |
| 1.  | Podgrzewana łaźnia wodna z płytą grzewczą  | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 2.  | Wyjmowana misa na wodę wykonana ze szkła   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 3.  | Oświetlenie łaźni z własnym włącznikiem  | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 4.  | Regulacją natężenia światła w 3 stopniach  | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 5.  | Zewnętrzne max. wymiary zbiornika: 27 (dł.) x 18 (szer.) x 6 (wys.) cm (+/- 5 mm)            | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 6.  | Zakres regulacji temperatury wody – od temperatury otoczenia do 75°C                         | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 7.  | Skok regulacji temperatury wody – 1°C  | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 8.  | Płyta grzewcza wyposażona w trzy rzędy zapewniająca łatwość układania i zdejmowania szkiełek | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 9.  | Zakres regulacji temperatury płyty grzewczej – od temperatury otoczenia do 75°C              | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 10. | Pojemność płyty grzewczej: 30 szkiełek   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 11. | Krok regulacji temperatury płyty grzewczej – 1°C   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 12. | Czytelne wyświetlacze we frontowej części urządzenia osobny dla płyty i łaźni wodnej         | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 13. | Przyciski do sterowania urządzenia pokryte folią   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 14. | Osobne włączniki umożliwiające jednoczesną pracę obu modułów lub wybranego                   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 15. | Wymiary urządzenia:  | Max. szer/ max. gł: do lub równe 300/450 mm – 10 pkt<br>Powyżej szer. 300/gł. 450– 0 pkt |   |
| 16. | Waga urządzenia: max. 6,3 kg   | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |
| 17. | Moc urządzenia:  | Do 500W - 10 pkt<br>Powyżej 500W – 0 pkt   |   |
| 18. | Deklarację zgodności CE/IVD  | Tak,<br>warunek bezwzględny  |   |

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wymogi</b>  | <b>Wypełnia Oferent</b> |
|------------|--|-------------------------|
| 1.         | Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023r.   | Tak                     |
| 2.         | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw   | Tak, podać              |
| 3.         | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat   | Tak                     |
| 4.         | Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski. | Tak, podać              |
| 5.         | Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim   | Tak                     |

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.  
**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

<sup>1</sup> Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ