



Warszawa, dnia 16.01.2023 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/02/2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Wniosek nr 1:

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie bez języka polskiego w menu, ale za to z językiem angielskim i innymi językami do wyboru (m.in. niemiecki, francuski, włoski itp.)?

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż zaakceptuje urządzenie, które będzie posiadało menu co najmniej w języku angielskim.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez zmianę treści załącznika nr 1f do SWZ w tym zakresie.

### Wniosek nr 2:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jakiej ilości zestawów pipet automatycznych oczekuje Zamawiający. W załączniku nr 1d do SWZ jako przedmiot zamówienia Zamawiający wskazał: „Sprzedaż i dostarczenie - Zestaw 4 precyzyjnych pipet automatycznych - 3 sztuki” przy czym w dalszej części tego załącznika Zamawiający opisał „Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Zestaw 4-ech precyzyjnych pipet automatycznych- 2 sztuki”. Natomiast w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający wskazał w części IV – „5 zestawów pipet”

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż zamówienie składa się z zakresu podstawowego (3 zestawy pipet) i zakresu opcjonalnego (2 zestawy pipet).

W formularzu ofertowym Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę ceny za maksymalny zakres zamówienia (łącznie 5 zestawów pipet, czyli 3 zestawy objęte zakresem podstawowym zamówienia i 2 zestawy objęte zakresem opcjonalnym) oraz ceny za 1 zestaw pipet.

Zamawiający wskazuje także, że w treści załącznika nr 1d do SWZ na stronie 2, w punkcie „wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia” pojawiła się omyłka pisarska, polegająca na błędnym wskazaniu „Zestaw 4-ech precyzyjnych pipet automatycznych- 2 sztuki”, zamiast „Zestaw 4-ech precyzyjnych pipet automatycznych- 3 sztuki”.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez zmianę treści załącznika nr 1d do SWZ w tym zakresie.

### **Wniosek nr 3:**

Zamawiający napisał:

„Urządzenie musi umożliwiać zliczanie komórek z kilku warstw analizowanej próby ( Analiza wielopłaszczyznowa – Multifocal Analysis)“

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie urządzenia, które to nie posiada funkcji Multifocal Analysis, ale oferuje takie same wyniki zliczania komórek oparte na innej technice. Technika ta polega na skupieniu się na kilku płaszczyznach ogniskowych, następnie wybraniu optymalnej, następnie zliczeniu komórki w jednej płaszczyźnie (komórki osadzają się w jednolitej płaszczyźnie ogniskowej po umieszczeniu na szkiełku aparatu).

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż zaakceptuje urządzenie wykorzystujące technikę polegającą na skupieniu się na kilku płaszczyznach ogniskowych, następnie wybraniu optymalnej, następnie zliczeniu komórki w jednej płaszczyźnie (komórki osadzają się w jednolitej płaszczyźnie ogniskowej po umieszczeniu na szkiełku aparatu).

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez zmianę treści załącznika nr 1e do SWZ w tym zakresie.

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji  
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów  
i Maszyn Molekularnych PAN  
**Radosław Jodzis**