

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie termohigrometru LB-701 oraz wzorcowanie termometru LB-701T.

Punkty pomiarowe do końcówki termohigrometru LB-701:

1. Wilgotność:

- a) 30
- b) 50
- c) 85

2. Temperatura:

- a) 22°C
- b) 23°C
- c) 24°C

Punkty pomiarowe do końcówki termometru LB-701:

1. Temperatura:

- a) 80°C
- b) 100°C
- c) 120°C

Wzorcowanie to zbiór czynności mających na celu sprawdzenie właściwości danego przyrządu. Umożliwiają one porównanie w ustalonych warunkach (w konkretnych punktach wzorcowania) wskazań sprawdzanego przyrządu z wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego.

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zapotrzeżenia KSP
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA