

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę noża harmonicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Czy zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie generatora pracującego w technologii ultradźwiękowej o wymiarach 358 x 355 x 140mm (wymagane 400x120x400 mm), częstotliwość 55,6 kHz (wymagane – 47 kHz +/- 5%), Wymiary wózka 520 x 608 x 950mm bez listwy zasilającej. Narzędzia laparoskopowe z uchwytem pistoletowym z aktywacją typu spust, aktywacja poprzez ściśnięcie dłoni na uchwycie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Dopuszczenie wyżej opisanej pozycji pozwoli zwiększyć liczbę oferentów w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z wózkiem wraz z listwą zasilającą.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl

