

Celestynów, 24 listopada 2021 r.

## **DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na: „Dostawę samochodów sanitarnych jednoosobowych w latach 2022-2025” – sprawa nr WOFITM/37/2021/PN.

Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

#### **Pytanie 1.**

Dotyczy krzeselko kardiologiczne :

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmodyfikowanym załączniku opz, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie opisu dotyczące parametrów krzeselka kardiologicznego :

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis Max. Obciążenie do 150 kg , Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie krzeselka o lepszym parametrze, o wyższym udźwigu około 159 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby ładowność krzeselka kardiologicznego wynosiła co najmniej 150 kg. Została w tym zakresie dokonana zmiana OPZ.

#### **Pytanie 2.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie w punkcie 4 ( tj. Defibrylator) minimalnych wymaganych ilości artykułów zużywalnych ( papier do drukarki defibrylatora, elektrody typu Quick- combo, złączki oddechowego do pomiaru EtCO2, oraz czujników jednorazowych do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. W związku z tym, że zamawiający nie podał minimalnej ilości wspomnianych powyżej elementów, czy mamy przez to rozumieć, że Zamawiający oczekuje dostawy 1 sztuk z wymienionego powyżej wyposażenia do każdego defibrylatora?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga min. 2 sztuk, z wymienionego w pytaniu wyposażenia do defibrylatora. Została w tym zakresie dokonana zmiana OPZ.

### Pytanie 3.

Dotyczy punktu 17 – aparatu do pomiaru ciśnienia krwi

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pytamy Zamawiającego czy nie doszło do omyłki w opisie ciśnieniomierza w podpunkcie d) „Zgodny z normą IEC 6034-7-721:2007”? Z naszej wiedzy wynika, iż norma obowiązująca w Europie dla ciśnieniomierzy to: IEC 62366-1. Wskazana przez Zamawiającego norma wg. informacji od producentów ciśnieniomierzy nie istnieje. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodności z normą EN ISO 81060-1:2012. Została w tym zakresie dokonana zmiana OPZ.

### **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ:**

#### **I. Zmianie ulega Załącznik nr 5.2 do SWZ w zakresie pkt 3, 4, 17**

*Załącznik – Wymagania co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym aparatury i sprzętu medycznego (Załącznik nr 5.1 do SWZ po modyfikacji)*

Modyfikację do SWZ opracowali:

Przewodniczący:	ppłk Arkadiusz LENARCIK	.....
Sekretarz:	p. Urszula STRZYŻEWSKA	.....
Członkowie:	p. Katarzyna BLISZCZYK	.....
	kpt. Szymon RODZIEWICZ	.....
	ppor. Marcin KONIECZNY	.....
	st. sierż. Waldemar MIANOWSKI	.....

**KOMENDANT**

**/-/ płk Waldemar PAWELEC**