

Kraków, 16-03-2022 r.

DZ.271.14.176.2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 34 87  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: DZ.271.14.2021 – Dostawa respiratorów, stymulatorów serca, sternotomów oraz wyposażenia medycznego Szpitala.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

### **PAKIET I - Respirator transportowy - 1 sztuka**

#### **Pytanie 1.**

Dotyczy pakietu I pkt. 7

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie będzie wymagał zaoferowania podstawy jezdnej? Podstawa jezdna nie jest wymieniona w wymaganym wyposażeniu respiratora.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga zaoferowania podstawy jezdnej.**

#### **Pytanie 2.**

Dotyczy pakietu I pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowany czas wdechu w zakresie 0,25 do 5,0 [s]?

#### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 3.**

Dotyczy pakietu I pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wdechu w zakresie 5-60 [cmH<sub>2</sub>O]?

#### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4.**

Dotyczy pakietu I pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wspomagania w zakresie 5 – 40 [cmH2O]?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5.**

Dotyczy pakietu I pkt. 74

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania integralnego nebulizatora synchronicznego? Nebulizator jest niezmiernie rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej w konfiguracji respiratora transportowego i uwzględnienie go w ofercie cenowej niewspółmiernie zwiększy cenę bez zwiększania funkcjonalności w codziennej pracy klinicznej.

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET III - Dwujamowy stymulator zewnętrzny serca - 15 sztuk**

**Pytanie 6.**

Dotyczy pakietu III, l.p. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego o następujących trybach stymulacji: DDD, D00, VDD, VVI, V00 i VVT?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

Dotyczy pakietu III, l.p. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego o amplitudzie impulsu w przedsionku i w komorze w zakresie 0,1-17V?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8.**

Dotyczy pakietu III, l.p. 13 i 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego o czułości komorowej w zakresie 0,2-10 mV i przedsionkowej w zakresie 1-20 mV?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 9.**

Dotyczy pakietu III, l.p.17 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego nie posiadającego wyświetlacza ciekłokrystalicznego?

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego nie posiadającego wyświetlacza ciekłokrystalicznego.**

### **Pytanie 10.**

Dotyczy pakietu III, l.p. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zewnętrznego stymulatora dwujamowego nie posiadającego 2 oddzielnych kabli do podłączenia do przedsionka i komory?

Stymulator posiada jeden zintegrowany kabel, pozwalający na jednoczesne podłączenie go do przedsionka i komory.

### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

## **PAKIET IV - Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy - 5 sztuk**

### **Pytanie 11.**

Dotyczy pakietu IV

Większość dostępnych na rynku technologii saturacji, aby „zgubić artefakty ruchowe” wpływające na obniżenie saturacji wywołane ruchem (co jest szczególnie istotne u noworodków, niemowląt i dzieci) wydłuża czas uśredniania pomiaru nawet do 40 sekund, co w istotny sposób może wpłynąć na wydłużenie czasu podjęcia decyzji terapeutycznych i zdrowie oraz życie pacjenta w szczególności u noworodków, niemowląt i dzieci. Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów Zamawiający będzie oczekiwał pulsoksymetru z czasem uśredniania wyników pomiaru saturacji min. co 4 sekundy?

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie oczekuje pulsoksymetru z czasem uśredniania wyników pomiaru saturacji min. co 4 sekundy.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

### **Pytanie 12.**

Dotyczy pakietu IV poz. 12 parametrów technicznych

Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetru w technologii Masimo Set bez trybu monitorowania podczas snu i opieki domowej. Proponowany pulsoksymetr posiada trzy tryby czułości: APOD – czułość ukierunkowana na zdjęcie czujnika, NORM – do ciągłego monitorowania, MAX – dla pacjentów resuscytowanych i z niską perfuzją. Stosowanie wymaganego przez zamawiającego trybu snu, gdzie wyłączone są sygnały dźwiękowe i graficzne – ze względu na przeznaczenie urządzenia (pulsoksymetru) może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13.**

Dotyczy pakietu IV poz. 13 parametrów technicznych

Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetru w technologii Masimo Set bez funkcji monitorującej stopień i czas trwania desaturacji i przedstawiająca go w postaci indeksu ciężkości desaturacji.

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14.**

Dotyczy pakietu IV poz. 19 parametrów technicznych

Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetru w technologii Masimo Set wyposażonego w ekrany dotykowy z intuicyjnym i dotykowym sterowaniem parametrami i funkcjami. Parametr lepszy i bardziej praktyczny niż wymagany.

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 15.**

Dotyczy pakietu IV poz. 20 parametrów technicznych

Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetru w technologii Masimo Set z funkcją zmiany wysokości tonu tętna umożliwiającą personelowi słuchową ocenę zmiany tętna.

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16.**

Dotyczy pakietu IV poz. 27 parametrów technicznych

Ze względu na fakt, iż proponowany pulsoksymetr nie wymaga przeglądów okresowych Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dokonywania przeglądu min. 1 raz na rok? Takie rozwiązanie wpłynie na korzystniejszą cenę oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 27 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 17.**

Dotyczy pakietu IV poz. 7 parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy pulsoksymetr transportowy w technologii Masimo Set bez uchwytu transportowego? Proponowany pulsoksymetr jest poręczny, wielkości telefonu komórkowego. Dodatkowo wyposażony jest w nieinwazyjny pomiar PVI – indeks nawodnienia pacjenta i RRp - liczenie oddechów z krzywej pletyzmograficznej.

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18.**

Dotyczy pakietu IV poz. 9 parametrów technicznych  
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez interfejsu użytkownika w języku polskim? Na ekranie widoczne, intuicyjne piktogramy i proste komunikaty w języku angielskim.

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19.**

Dotyczy pakietu IV poz. 18 i poz. 22 parametrów technicznych  
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji monitorowania i pobierania trendów?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20.**

Dotyczy pakietu IV poz. 25 parametrów technicznych  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie specjalnego czujnika wielorazowego typu klips na palec przeznaczonego dla wszystkich pacjentów od 3 kg, zamiast dwóch różnych czujników dla dzieci i dorosłych?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21.**

Dotyczy pakietu IV  
Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który zapewnia 97% wykazanie prawdziwych alarmów i min. 95% eliminacje fałszywych alarmów, co potwierdzają niezależne badania kliniczne?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie oczekuje pulsoksymetru, który zapewnia 97% wykazanie prawdziwych alarmów i min. 95% eliminacje fałszywych alarmów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne**

**Pytanie 22.**

Dotyczy pakietu IV  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr, z czujnikami zgodnymi z systemem Nellcor, posiadający wskaźniki w formie ikon lub komunikatów tekstowych, dostępnych na ekranie urządzenia?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23.**

Dotyczy pakietu IV  
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr posiadający tryb pracy dziecko, noworodek, dorosły, bez trybu badania podczas snu i opieki domowej?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24.**

Dotyczy pakietu IV

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z alarmem desaturacji, bez indeksu ciężkości desaturacji?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25.**

Dotyczy pakietu IV

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez opóźnienia alarmów, które może być zagrożeniem dla monitorowanego Pacjenta?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26.**

Dotyczy pakietu IV

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez stopnia ochrony IP?

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27.**

Dotyczy pakietu IV

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wielofunkcyjnymi przyciskami dostępnymi na panelu przednim urządzenia, ale bez pokrętła?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET VIII - Wyposażenie Zakładu Patomorfologii**

**Pytanie 28.**

Dotyczy pakietu VIII

Czy zamawiający dopuszcza wydzielenie z pakietu pozycji nr. 2 tj.: PH-metr do osobnego pakietu? Wydzielenie pozycji pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 29.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 7

Czy zamawiający dopuszcza PH-metr nieposiadający złącza RS232?

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 30.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 14.

Czy zamawiający dopuszcza PH-metr z dokładnością pomiaru temperatury +/- 0,2 stopnia Celsjusza?

### **Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 31.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 6

„wymiary podstawy płyty urządzenia: 330 x 260 [mm] (+/- 20) [mm]”

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty chłodzącej o wymiarach podstawy 400 x 600 mm. Proponowany przez nas rozwiązanie jest nieznacznie szersze (7 cm) nie zabierając cennego miejsca w laboratorium. Większa głębokość nie ogranicza przestrzeni roboczej, ponieważ inne urządzenia zwyczajowo ustawia się obok, a nie za płytą chłodzącą.

Dodatkowo proponowane przez nas rozwiązanie jest w stanie pomieścić aż 80 bloczków na powierzchni chłodzącej w bardzo wymierny sposób zwiększając przepustowość pracy.

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 32.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 9

„płyta bez kompresora”

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty chłodzącej realizującej chłodzenie za pomocą kompresora. Jest to rozwiązanie równoważne, nie wpływające na charakter pracy, a jedynie na wydajność (dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania płyta jest w stanie w efektywny sposób schładzać do 80 bloczków jednocześnie).

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 33.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 10

„praca płyty: w optymalnych ustawieniach pracy, nie więcej niż 10 [dB] z odległości 1 [m]”

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty chłodzącej, która w optymalnych ustawieniach pracy nie generuje więcej niż 53 dB z odległości 1 m. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż jest to niewielka wartość, która jest niższa niż ta, którą generują inne urządzenia typowo używane w Zakładzie Patomorfologii. Normalna rozmowa generuje poziom natężenia dźwięku w graniach 60 dB.

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 34.**

Dotyczy pakietu VIII, pkt. 11  
„waga płyty, max. 8 [kg]”

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 26 kg, zapewniającym stabilną pracę oraz wysoką wydajność (pojemność płyty chłodzącej do 80 kasetek

Płyty chłodzące nie są urządzeniami mobilnymi, a za ich wniesienie oraz instalację odpowiada wykonawca. Mając na uwadze powyższe, większa i cięższa płyta chłodząca jest rozwiązaniem równoważnym.

### **Odpowiedź:**

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody**

## **WZÓR UMOWY**

### **Pytanie 35.**

Dotyczy wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 7-9, 12 :

7. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% wartości **brutto zamówienia, którego opóźnienie dotyczy**, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego opóźnienie dotyczy**

8. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości **5 %** kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia

9. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% wartości **brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy towar**, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy towar**

12. 12. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwy towar**



**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 36.**

Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 37.**

Dotyczy wzoru umowy.

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 38.**

Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 39.**

Dotyczy wzoru umowy.

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów projektu umowy w § 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą na: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 40.**

Dotyczy wzoru umowy.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 4 ust.1 i 6 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości netto zamiast obecnych 0,5% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 41.**

Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 42.**

Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. Siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**