

Sochaczew, dnia 13.11.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.59.RB.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na „**MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO NA POTRZEBY DWÓCH ZESPOŁÓW PORODOWYCH ORAZ SALI OPERACYJNEJ DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM ZLOKALIZOWANYCH NA I PIĘTRZE BUDYNKU A ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITALA POWIATOWEGO" W SOCHACZEWIE**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1** Ogłoszenie o zamówieniu, Sekcja V, pkt. 5.8, SWZ, Rozdział VIIa

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga złożenia materiałów pozwalających zapoznać się z oferowanymi produktami żąda złożenia dokumentów w postaci katalogów, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań. Wobec okoliczności, że Wykonawca nie jest producentem produktów nie ma on wpływu na treść kart katalogowych czy innych materiałów producenta, które w dużej mierze mają charakter marketingowy lub ogólnie informacyjny i nie muszą zawierać informacji o każdym wymaganiu Zamawiającego. Jednocześnie żądanie przez Zamawiającego kart katalogowych, folderów lub innych posiadanych dokumentów, zawierających szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wszystkich jego wymagań może być odczytane jako ograniczenie konkurencji w taki sposób, że jedynie producent produktu będzie mógł złożyć ofertę w Postępowaniu. Jednocześnie ingerencja w karty katalogowe czy inne dokumenty producenta i nanoszenie na nich zmian przez Wykonawcę powoduje, że dokumenty te tracą swoją wiarygodność i integralność.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu poprzez umożliwienie złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy potwierdzającego spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ przez oferowany produkt, jeżeli dokumenty pochodzące od producenta produktu nie potwierdzają wszystkich wymogów Zamawiającego.

2. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia możliwość złożenia dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych. W związku z powyższym w oparciu o art. 20 ust. 3 prosimy o dopuszczenie przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział II pkt 4 w oryginalnej wersji językowej – np. angielskiej. Dokumenty te są powszechnie znane i rozumiane w branży medycznej w wersjach oryginalnych.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z karta katalogową dodatkowego oświadczenia własnego Wykonawcy - w przypadku gdy załączona karta katalogowa nie będzie posiadała wszystkich informacji wymaganych do potwierdzenia spełniania wymagań.

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział II: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza stosowanie terminologii angielskiej (nazw i skrótów) przy opisie oferowanego sprzętu.



**Pytanie nr 2** SWZ, Rozdział III ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zażądania przerwy w prowadzeniu robót powodujących hałas, nie dłuższej niż 2 godziny dziennie, Wykonawca zostanie poinformowany o takiej sytuacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 3** SWZ, Rozdział VII ust. 4 pkt 1)

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Warunki udziału w postępowaniu zostały wskazane w SWZ Rozdział VI ust. 3.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 4** SWZ, Rozdział IX ust. 12

Prosimy o dostosowanie zapisów w zakresie terminów dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia do trybu prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 5** SWZ, Rozdział XIX

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 6** SWZ, Załącznik nr 11, Oświadczenie RODO

Prosimy o potwierdzenie na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia RODO, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ. Zapisy dokumentacji postępowania nie zawierają wytycznych w powyższym zakresie.

Odp.: Załącznik nr 11 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą, Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Rozdziału XIII SWZ.

**Pytanie nr 7** Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 2.2, Posadzki

Zamawiający specyfikuje: zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w programie funkcjonalnym. Prosimy o udostępnienie Programu funkcjonalnego bądź wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź:** W niniejszym postępowaniu Zamawiający spełnij przesłanki wynikające z art. 103 ust. 1 PZP, dlatego nie jest wymagane posiadanie programu funkcjonalno-użytkowego. Cała niezbędna dokumentacja potrzebna do przygotowania przez Wykonawcę oferty została udostępniona.

**Pytanie nr 8** Załącznik nr 1 do SWZ, Zakres Prac

Zamawiający specyfikuje: Przebudowa dotyczy (...) prosimy o ujednolicenie zapisu zgodnie z przedmiotem zamówienia i zastąpienie słowa przebudowa na modernizację.



**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 16** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.2.

Zamawiający specyfikuje: Projektowany system powinien być kompatybilny z istniejącym systemem.

Prosimy o informację z jakim systemem teletechnicznym mają być zgodne videofonowy. Prosimy również o informację ile sztuk videofonów w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada systemy Roger. Ilość videofonów będzie wynikać z opracowanego przez Wykonawcę Projektu Koncepcyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z OPZ, objęty indywidualnymi założeniami Wykonawcy.

**Pytanie nr 9** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.3.

W związku z wymogiem rozbudowy systemu HIS, prosimy o podanie nazwy, producenta oraz wersji systemu HIS stosowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że posiada i użytkuje system HIS o nazwie Medicus On-Line, którego producentem i dostawcą jest ClouDiMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**Pytanie nr 10** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.4.

Zamawiający specyfikuje: Producent system okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dołączy do oferty wyżej wymagane certyfikat.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 11** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.4.

Zamawiający specyfikuje: Wykonawca musi zatrudniać minimum jedną osobę posiadającą aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatów imiennych wydanych terminowo bezpośrednio przez producenta a nie w imieniu producenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dołączy do oferty wyżej wymagane certyfikaty.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, certyfikaty, o których mowa w wymaganiu należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział VIIa.

**Pytanie nr 12** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.4.

Zamawiający specyfikuje: Należy potwierdzić zgodność komponentów miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzić z niezależnego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza się także oświadczenie producenta. IEEE 802.11af Klasa 1 – 4. Prosimy o potwierdzenie na jakim etapie Wykonawca ma dostarczyć wymagane dokumenty.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, dokument ma zostać złożony na wezwanie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział VIIa.

**Pytanie nr 13** Załącznik nr 1 do SWZ, 4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE, pkt 4.4.

Zamawiający specyfikuje: Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi Końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę



instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.

1. Prosimy o dokonanie zmiany zapisu poprzez wykreślenie słowa „bezpłatną” - zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 7 pkt 32 Pzp zamówienie jest odpłatną umową, której przedmiotem jest nabyciem dostaw, usług lub robót budowlanych. Wykluczyć należy zatem możliwość zamawiania przez Zamawiającego świadczeń darmowych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu wraz z ofertą.

**Odpowiedź.** Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia w przypadku gdy certyfikaty są wydane w języku innym niż polski.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokument ma zostać złożony na wezwanie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział VIIa.

**Pytanie nr 16** Załączniki do OPZ, warunki gwarancji i serwisu

Prosimy o potwierdzenie, zgodnie z wymaganiami OPZ, że Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenie (załącznik do OPZ nr 1.1-1.7), która jest gwarancją producenta udzielaną przez producenta lub dystrybutora urządzenia a Zamawiający nie wymaga aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja pokrywająca roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta lub dystrybutora, a nałożenie obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę nie jest prawnie uzasadnione.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 17** Załączniki do OPZ

Spełnienie norm	Załącznik do OPZ nr:	Pytanie
Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,	Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania dokumentacji (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzającej zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC dotyczy wyłącznie urządzeń dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia ww. dokumentacji w zakresie dodatkowego wyposażenia, akcesoriów i elementów pomocniczych (np. stojak itp.).  Odp.: Zamawiający potwierdza.



Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy wyłącznie urządzeń sklasyfikowanych jako wyroby medyczne.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ww. zapisem Zamawiający w zakresie „Aktualnych certyfikatów i / lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw” oczekuje dołączenia do oferty tylko deklaracji zgodności lub zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE.</p> <p>Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia ww. dokumentacji w zakresie dodatkowego wyposażenia, akcesoriów i elementów pomocniczych (np. stojak itp.).</p> <p> Odp.: Zamawiający potwierdza.</p>
<b>Warunki gwarancji i serwisu</b>	<b>Załącznik do OPZ nr:</b>	<b>Pytanie</b>
Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	<p>Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów zgodnie z informacjami od producenta urządzeń wskazanych na kartach gwarancyjnych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten nie dotyczy oprogramowania.</p> <p> Odp.: Zamawiający potwierdza.</p>
Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,	<p>Prosimy o wykreślenie zapisu bądź przeredagowanie w taki sposób aby Wykonawca nie musiał posiadać autoryzacji w przypadku gdy nie będzie ona samodzielnie świadczył serwisu dostarczanych urządzeń a czynności te będą wykonywane bezpośrednio przez np. producenta lub dystrybutora.</p> <p> Odp.: Zamawiający potwierdza.</p>



Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	<p>Zamawiający specyfikuje: „Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.”</p> <p>Informujemy, że opłata za zakup urządzenia oraz szkolenie z jego obsługi jest uwzględniona w ofercie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy do dokonanie zmiany zapisu poprzez wykreślenie słowa „Bezpłatne” - zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 7 pkt 32 Pzp zamówienie jest odpłatną umową, której przedmiotem jest nabyciem dostaw, usług lub robót budowlanych. Wykluczyć należy zatem możliwość zamawiania przez Zamawiającego świadczeń darmowych.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w szkoleniach. Za skuteczne przeprowadzenie szkolenia uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.</p> <p>Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.</p>
Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oprogramowania Zamawiający dopuszcza instalacje poprzez bezpieczne połączenie zdalne.</p> <p>Odp.: Zamawiający potwierdza.</p>
Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,	<p>Prosimy o skrócenie dostępności części zamiennych do 5 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent, może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom OPZ, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.</p> <p>Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.</p>





Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiegokolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis ma na myśli godziny robocze.  Odp.: Zamawiający potwierdza.
Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,	Informujemy, że opłata za zakup urządzenia oraz jego gwarancję jest uwzględniona w ofercie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy do dokonanie zmiany zapisu poprzez wykreślenie słów „całkowicie bezpłatny” - zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 7 pkt 32 Pzp zamówienie jest odpłatną umową, której przedmiotem jest nabyciem dostaw, usług lub robót budowlanych. Wykluczyć należy zatem możliwość zamawiania przez Zamawiającego świadczeń darmowych.  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają bez zmian.
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	Prosimy o uszczegółowienie sformułowania poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania tej samej części (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).  Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania tej samej części (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).



Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,	Prosimy o potwierdzenie, że poprzez przystąpienie do naprawy Zamawiający rozumie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i uruchomienie procedury naprawy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis ma na myśli godziny robocze.  Odp.: Zamawiający potwierdza.
---	------------------------------------	---

**Pytanie nr 18** Załącznik do OPZ nr 1.6, TABLET DO ZBIERANIA ZGÓD PACJENTEK, WYMAGANIA TECHNICZNE lp. 50

Zamawiający specyfikuje: Integracja z systemem HIS: Dwukierunkowa integracja z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia na tablecie. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta. Pacjent odpowiada na serie pytań prezentowanych na tablecie wyrażając lub nie zgodę. W ostatnim kroku pacjent na tablecie składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Musi istnieć możliwość konfiguracji zebrania dodatkowego podpisu od osoby przyjmującej zgodę. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta wraz stemplem czasu potwierdzającym czas złożenia podpisu. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów oraz zbieranych przy pomocy tabletu do zbierania zgód pacjenta.

Prosimy o informację z jakimi systemem HIS Zamawiający wymaga integracji? Prosimy o podanie nazwy producenta i wersji systemu HIS oraz informację czy jest on gotowe na bez kosztowe wykonanie integracji z dostarczonymi w ramach przedmiotu zamówienia Aplikacjami. Czy Zamawiający posiada umowę serwisową z dostawcą systemu HIS i zawiera ona możliwość integracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że posiada i używa system HIS o nazwie Medicus On-Line, którego producentem i dostawcą jest CludiMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zamawiający wymaga aby na dostarczonych tabletach została zainstalowana aplikacja do zbierania zgód pacjentek, która ma być zintegrowana z posiadanym przez niego systemem informatycznym HIS. Zamawiający posiada aktualną umowę z dostawcą systemu HIS, która nie zawiera zapisów dotyczących wymaganej niniejszym postępowaniem integracji. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu- Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami.

**Pytanie nr 19** Załącznik do OPZ nr 1.6, APLIKACJA DO ZBIERANIA ZGÓD, WYMAGANIA TECHNICZNE lp. 51

Zamawiający specyfikuje: Dwukierunkowa integracja stanowiska do zbierania zgód pacjentek z zainstalowaną Aplikacją z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta. Pacjent odpowiada na serię pytań prezentowanych na tablecie zaznaczając właściwe pole. W ostatnim kroku pacjent na urządzeniu składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta. Rozwiązanie musi umożliwiać potwierdzenie przyjęcia zgody przez osobę przyjmującą zgodę. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów w postaci plików xml.





Prosimy o informację z jakim systemem HIS Zamawiający wymaga integracji? Prosimy o podanie nazwy producenta i wersji systemu HIS oraz informację czy są gotowe na bezkosztowe wykonanie integracji z dostarczonymi w ramach przedmiotu zamówienia Aplikacjami. Czy Zamawiający posiada umowę serwisową z dostawcą systemu HIS i zawiera ona możliwość integracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że posiada i używa system HIS o nazwie Medicus On-Line, którego producentem i dostawcą jest CloudiMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zamawiający wymaga aby na dostarczonych tabletach została zainstalowana aplikacja do zbierania zgód pacjentek, która ma być zintegrowana z posiadany przez niego systemem informatycznym HIS. Zamawiający posiada aktualną umowę z dostawcą systemu HIS, która nie zawiera zapisów dotyczących wymaganej niniejszym postępowaniem integracji. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu - Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami.

**Pytanie nr 20** Załącznik do OPZ nr 1.6, APLIKACJA DO ZBIERANIA ZGÓD, WYMAGANIA TECHNICZNE lp. 54  
W celu prawidłowej kalkulacji oferty, prosimy o wskazanie ilości godzin szkoleniowych. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w szkoleniach. Za skuteczne przeprowadzenie szkolenia uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać przeprowadzenia szkoleń w wymiarze do 24 godzin.

**Pytanie nr 21** Załącznik do OPZ nr 1.7. STANOWISKO KOMPUTEROWE, WYMAGANIA TECHNICZNE lp. 12  
Zamawiający specyfikuje: Integracja: Wymagane podłączenie i konfiguracja z aktualnie działającym systemem. Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej, z wiedzy Wykonawcy wynika, że Zamawiający korzysta z innego systemu medycznego. Prosimy również o informację z jakim systemem HIS Zamawiający wymaga integracji? Prosimy o podanie nazwy producenta i wersji systemu HIS oraz informację czy są gotowe na bezkosztowe wykonanie integracji z dostarczonymi w ramach przedmiotu zamówienia Aplikacjami. Czy Zamawiający posiada umowę serwisową z dostawcą systemu HIS i zawiera ona możliwość integracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że posiada i używa system HIS o nazwie Medicus On-Line, którego producentem i dostawcą jest CloudiMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający wymaga aby na dostarczonych stanowiskach komputerowych został zainstalowany posiadany przez niego system informatyczny HIS i został on objęty usługami gwarancyjnymi tj. Zawarcie Umowy pociąga za sobą skutki w postaci zapewnienia udzielenia Zamawiającemu licencji producenta na korzystanie z Uaktualnień systemu HIS w zakresie, w jakim Zamawiający posiada ważne i nabyte w legalnym obrocie prawnym licencje. Jeżeli zakresem usług jest objęte Oprogramowanie, którego nie dostarczył Wykonawca, Zamawiający gwarantuje, że wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich i zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec osób trzecich na zasadach art. 392 Kodeksu cywilnego.

**Pytanie nr 22** Załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 1.6. warunki gwarancji  
Zamawiający specyfikuje: Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem. Prosimy o potwierdzenie, zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział VIIa, że karty katalogowe mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza - zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział VIIa.

**Pytanie nr 23** Załącznik nr 2 do SWZ, lit. B

Zamawiający specyfikuje: Cena łącznie dla całości przedmiotu zamówienia (PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO NA POTRZEBY DWÓCH ZESPOŁÓW PORODOWYCH ORAZ SALI OPERACYJNEJ DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM ZLOKALIZOWANYCH NA I PIĘTRZE BUDYNKU A ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE). Prosimy o dostosowanie zapisu do zmodyfikowanej nazwy przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 24** Załącznik nr 2 do SWZ, lit. D pkt 7.

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT, a zatem to Zamawiający może określić jakie elementy faktury VAT będą dla niego istotne, poza tymi które wynikają z przepisów prawa. Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy zapisów definiujących prawidłową dla tej umowy fakturę VAT, która zostanie przez Zamawiającego przyjęta do rozliczeń Stron, bądź wykreślenie sformułowania „prawidłowa”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25** Załącznik nr 2 do SWZ, lit. G.

Prosimy o potwierdzenie, że integralną częścią oferty jest również oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 26** Załącznik nr 3 do SWZ, § 1 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że wybór koloru farb stosowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie próbek przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę. Prosimy również o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownych atestów osobie, o której mowa w § 4 ust. 8 lit. d)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 27** Załącznik nr 3 do SWZ, § 1 ust. 10

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Zamawiający nie wnieśli uwag w terminie 3 dni roboczych od otrzymania harmonogramu lub jego aktualizacji oznaczać to będzie, że Zamawiający akceptuje wprowadzone zmiany.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 28** Załącznik nr 3 do SWZ, § 1 ust. 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby udział Wykonawcy w naradach odbywał się zdalnie- w uzasadnionych przypadkach, przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych jak telekonferencja za pośrednictwem np. Skype. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy trzech dni roboczych.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody aby narady odbywał się zdalnie. Zamawiający potwierdza, że zapis o 3 dniowym wyprzedzeniu odnosi się do dni roboczych.

**Pytanie nr 29** Załącznik nr 3 do SWZ, § 3 ust. 3

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania dodatkowych prac, usług lub dostaw, wymagana będzie zmiany treści umowy, gdyż w przypadku braku wymienienia wyżej opisanych prac w Umowie, Załącznikach lub wykraczania ich poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace w nich zawarte nie mogą jednocześnie stanowić przedmiotu umowy. Zapis powyższy jest zatem niedopuszczalny i stanowi próbę obejścia przepisów Pzp w szczególności w zakresie w jakim Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wycenę jego wartości. Prosimy zatem o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a które nie wynikają z Umowy, Załączników i oferty Wykonawcy stanowić będą przedmiot aneksu do umowy, a prace te będą podlegać odrębnej wycenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ww. zapis odnosi się do zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 30** Załącznik nr 3 do SWZ, § 3 ust. 7 lit. f

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek załączenia przez Wykonawcę wykazu rzeczowo-finansowego wbudowanych urządzeń zostanie spełniony w przypadku przestania go w formie elektronicznej na adres osoby wskazanej przez Zamawiającego w §4 ust. 8 lit. d) lub adres email wskazany przez Zamawiającego w §3 ust. 7 lit. e).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 31** Załącznik nr 3 do SWZ, § 3 ust. 14

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Rachunek bankowy Wykonawcy został wskazany w ust. 8, natomiast rachunki umożliwiające płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 13.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 32** Załącznik nr 3 do SWZ, § 3 ust. 15

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Warunki zostały określone w ust. 14.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 33** Załącznik nr 3 do SWZ, § 3 ust. 19

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Kwota, została wskazana w ust. 18.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.





**Pytanie nr 34** Załącznik nr 3 do SWZ, § 4 ust. 1 lit. d

Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Termin wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w § 1 ust. 8.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 35** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. g

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni na terenie Szpitala teren, który umożliwi Wykonawcy przygotowanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania odpadów.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 36** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. h

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za naruszenie dóbr materialnych, uszkodzenie ciała oraz nie ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy w miejscach, których nie można wygrodzić, bo np. zamkną ciąg komunikacyjny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 37** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. l

Prosimy o doprecyzowanie zapisu przez określenie, że Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na jego wniosek o wszystkich znanych mu środkach, które należy podjąć w celu sanacji zaistniałej sytuacji. Wykonawca może nie mieć wiedzy o wszystkich możliwych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 38** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. o

Prosimy o potwierdzenie, że w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuści wykonanie prac w innych terminach niż określone w zapisie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że prace hałaśliwe w terminach innych niż wskazane w Umowie będą mogły być realizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

**Pytanie nr 39** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. s

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót ulegających zakryciu oraz zanikających odbywać się będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 40** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 1 lit. u

Prosimy o potwierdzenie, że żądanie Zamawiającego będzie przekazane w formie pisemnej, przynajmniej w formie email.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 41** Załącznik nr 3 do SWZ, §4 ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż i utylizacja nie będzie dotyczyła materiałów lub urządzeń zawierających materiały niebezpieczne, w tym toksycznych i radioaktywnych.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie nr 42** Załącznik nr 3 do SWZ, §6 ust. 2  
Prosimy o dodanie do zapisów dotyczących protokołu konieczności, zgodnie z §9 ust. 7 Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 43** Załącznik nr 3 do SWZ, §6 ust. 3 lit. h  
Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Osoby, które zostały wyznaczone do podpisania protokołu zostały wskazane w § 4 ust. 1 lit. x) oraz w § 4 ust. 8 lit. d.)

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji.

**Pytanie nr 44** Załącznik nr 3 do SWZ, §6 ust. 3 lit. l  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający interpretując zapis ma na myśli dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 45** Załącznik nr 3 do SWZ, § 6 ust. 4 pkt a  
Prosimy o modyfikacje postanowień umowy w zakresie terminu w jakim Wykonawca przekaze Zamawiającemu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych (projekt koncepcyjny) na termin do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem uzgodnienia przez Strony w terminie kolejnych 10 dniach roboczych;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 46** Załącznik nr 3 do SWZ, § 7 ust. 5  
Informujemy, że opłata za usługi gwarancyjne w zakresie przedmiotu zamówienia jest uwzględniona w ofercie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy do dokonanie zmiany zapisu poprzez wykreślenie słowa „nieodpłatnie” - zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 7 pkt 32 Pzp zamówienie jest odpłatną umową, której przedmiotem jest nabyciem dostaw, usług lub robót budowlanych. Wykluczyć należy zatem możliwość zamawiania przez Zamawiającego świadczeń darmowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 47** Załącznik nr 3 do SWZ, § 7 ust. 9 oraz ust. 10  
Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowy wskazany termin nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 48** Załącznik nr 3 do SWZ, § 8  
1. Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych przewidzianych we wzorze umowy. Z uwagi na określenie poziomu kar w sposób powodujących znaczny wzrost ryzyka projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w cenie, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 oraz ich modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

a. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo) lub jego aktualizacji wymaganego przez Zamawiającego lub przepisy prawa, w terminie wymaganym Umową, OPZ lub przepisami prawa - do wysokości 0,015 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki.

- b. Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy – do wysokości 0,025 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;
- c. Uchybienia terminowi przekazania projektu koncepcyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt a – w wysokości 0,025 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;
- d. Uchybienia terminom w usuwaniu wad, awarii lub usterek – do wysokości 0,0025 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;
- e. Naruszenia postanowień § 4 ust. 3 lit. a. , § 4 ust. 3 lit. c. oraz wykonywaniu Przedmiotu Umowy na podstawie nie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji - do wysokości 0,015% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;
- f. Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - do wysokości 5% całkowitej wartości wynagrodzenia netto;
- g. Nieprzestrzegania zasad BHP, porządku na terenie budowy - do kwoty 300,00 złotych (trzysta złotych), za każde stwierdzone naruszenie;
- h. Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku – do kwoty 5 000,00 tysięcy złotych (pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.
- i. Niewykonywania poleceń Zamawiającego (§4 ust. 2) – do kwoty 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie.
- j. Braku udziału Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego – do kwoty 2 000,00 złotych (dwóch tysięcy złotych) za każdą nieobecność w wyznaczonym terminie.
- k. Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 3 lit. e – do 0,001% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić przekazanie dokumentacji powykonawczej.
- l. w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. § 7 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę, jeżeli nie zostało to uprzednio zgłoszone i wykazane, bez względu na przyczynę - do wysokości 0,025% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień wykonywania czynności bez zgłoszenia (za każdą osobę odrębnie).

Prosimy również o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej. Wykonane czynności zostały określone w § 4 ust. 7 Umowy.

2. Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o dodanie do postanowień umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamyh kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego.

3. Z uwagi na fakt, że kary umowne naliczane są z tytułu zwłoki wykonawcy, a zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego niezbędną przesłanką dochodzenia kary umownej jest tylko takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 KC), Wykonawca może więc dowodzić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy zatem o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej. Proponujemy zapis: Zamawiający przed naliczeniem kary umownej i wystawieniem z tego tytułu dokumentu księgowego, zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie okoliczności będących podstawą naliczenia kary, w tym w szczególności w zakresie zwłoki Wykonawcy, cele ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.”

4. Zamawiający przewiduje w umowie szereg przypadków w jakich naliczona może zostać kara umowna. Analiza tych postanowień wskazuje, że jedno zdarzenie może być jednocześnie podstawą do naliczenia kilku kar umownych, co z zasady jest sprzeczne z istotą kar umownych podkreślając nierówność stron umowy jak również dysproporcję między karą a ochroną interesu Zamawiającego, a także prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Dlatego prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, który eliminowałby możliwość





naliczania kilku kar z różnych tytułów, gdy dotyczą one jednego zdarzenia. Dopuszczamy przy tym wybór Zamawiającego kary najwyższej z możliwych w takim przypadku. Wskazujemy również, że zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi zamówień na systemy informatyczne, Tom II, Rekomendacja szczegółowa nr 5.4. Zamawiający powinni unikać kumulowania równych kar naliczanych za to samo zdarzenie. Proponujemy zatem zapis: W przypadku, gdy Zamawiający zgodnie z umową, w odniesieniu do jednego zdarzenia miałby możliwość naliczenia kary umownej z więcej niż jednego tytułu, Zamawiający uprawniony jest do jednokrotnego naliczenia kary, z dowolnie wybranego tytułu.

5. Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o dodanie w § 8 projektu umowy ustępu o treści: „Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w terminie 60 dni od zaistnienia podstawy do naliczenia kary, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.”

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian;
2. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian;
3. Zamawiający potwierdza, że wezwanie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie okoliczności będących podstawą naliczenia kary, w tym w szczególności w zakresie zwłoki Wykonawcy, cele ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy;
4. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian;
5. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy Projektu Umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 49** Załącznik nr 3 do SWZ, Projekt Umowy, §10 ust. 6 lit. f

Zamawiający wskazuje, że integralną częścią umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dołączy do dokumentacji postępowania wzór umowy bądź prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wzór Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zakres umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Pytanie nr 50 Dot. odpowiedzi na pytanie nr 4 z dn. 06.11.2024**

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4 oraz przeprowadzoną wizją lokalną, prosimy o informację jakiej firmy mają zostać dostarczone przełączniki sieciowe oraz wskazanie specyfikacji wymagań minimalnych dotyczącej tego urządzenia?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji prac związanych z siecią szpitalna wymaga dostawy przełącznika/ów sieciowych, które zapewnią utrzymanie jednolitego systemu w zakresie zarządzania posiadaną infrastrukturą, o minimalnych parametrach wyspecyfikowanych poniżej:

Lp.	Charakterystyka sprzętowa
-----	---------------------------





1	48 x 1000Base-T IEEE 802.3ab/802.3at
	Obsługa IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex) oraz Back Pressure (Half-Duplex), Auto MDI/MDI-X na wszystkich portach
	Możliwość konfiguracji prędkości i dupleksu oraz wyłączenia FlowControl dla każdego portu
	4 x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ae - porty SFP+ muszą obsługiwać również moduły SFP 1000Base-X IEEE 802.3z
	Aktywne monitorowanie przyłączonych urządzeń PoE z możliwością ponownego uruchomienia podłączonych urządzeń przez wyłączenie i włączenie zasilania
	Konsola szeregową RS-232
	Łączenie urządzeń w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Awaria żadnego pojedynczego urządzenia nie może spowodować przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierścienia. Przepustowość magistrali stosu co najmniej 40 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie
	Zasilanie AC 230V. Możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego
	Budżet mocy dla urządzeń PoE co najmniej 370 watów. Możliwość korzystania z zasilacza podstawowego oraz nadmiarowego w celu zwiększenia budżetu mocy PoE do co najmniej 740 watów.
	Pojemność przełączania nie mniej, niż 176 Gb/s. Wydajność przełączania nie mniej niż 130 Mp/s.
	Architektura nieblokującą (wire-speed).
	Pojemność tablicy MAC nie mniej, niż 16K. Możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych
	Ilość RAM nie mniej, niż 256 MB. Pamięć Flash nie mniej, niż 32 MB
	Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B
	Bufor pakietów nie mniej, niż 3 MB
	Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5°C do 50°C.
MTBF > 300000 godzin.	
2	Funkcjonalności warstwy 2
	IGMP Snooping v3 - obsługa nie mniej, niż 500 grup multicast, w tym co najmniej 256 grup



	statycznych
	MLD Snooping v2 - obsługa nie mniej, niż 31 grup multicast, w tym co najmniej 31 grup statycznych
	IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 16 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN
	Wykrywanie pętli w L2 dla przyłączonych urządzeń bez protokołu rodziny STP
	Tworzenie interfejsów Port-Channel - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie. Obsługa LACP
	LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.
	ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 1. Jednoczesna obsługa co najmniej 1 pierścieni
	DHCP Relay (opcje 60 i 61), opcja 82, DHCP Local Relay (opcja 82). DHCP Relay dla IPv6
	Port monitoring/mirroring/span. Możliwość monitorowania tylko wybranego ruchu
	Obsługa sieci VLAN
	802.1Q VLAN (nie mniej, niż 4094), 802.1v, GVRP
	Obsługa sieci VLAN
	802.1Q VLAN (nie mniej, niż 4094), 802.1v, GVRP
	Surveillance VLAN
	MAC-based VLAN
	Asymmetric VLAN
3	Funkcjonalności warstwy 3
	Wiele interfejsów IPv4 (co najmniej 16 instancji)
	UDP helper
	DHCP Server (co najmniej 10 pul adresowych), DHCPv6 Server (co najmniej 16 pul adresowych)
	Tablica ARP co najmniej 0,5K (co najmniej 256 wpisów statycznych)
	Pojemność tablicy przekazywania co najmniej 512 tras IPv4 oraz 256 takich tras dla IPv6



	Pojemność tablicy routowania co najmniej 64 tras IPv4 oraz 32 takich tras dla IPv6.
	Routing statyczny IPv4 (co najmniej 64 tras) oraz IPv6 (co najmniej 32 tras)
	IPv6 ND
4	Quality of Service
	QoS - co najmniej 8 kolejek. Klasyfikacja w oparciu o: port fizyczny, VLAN, MAC, EtherType, IP, DSCP, protokół, port TCP/UDP, klasa IPv6, etykieta IPv6
	Mapowanie DSCP do COS
	Obsługa algorytmu Strict, WRR, WDRR
	Obsługa trTCM/srTCM
	Limitowanie pasma TX per port (nie więcej niż co 64 kb/s)
	Limitowanie pasma RX per port (nie więcej niż co 64 kb/s)
5	Filtrowanie ruchu
	ACL w oparciu o: port przełącznika, MAC, VLAN, 802.1p, IP, DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę IPv6, etykieta IPv6, uruchamianie reguł ACL wg kalendarza, definiowanie reguł VLAN ACL
6	Funkcje bezpieczeństwa
	Port Security (co najmniej 120 adresów MAC per port). Funkcja Port Security Shutdown
	Uwierzytelnianie 802.1X z obsługą Guest VLAN
	Możliwość jednoczesnego uwierzytelniania wielu użytkowników 802.1X na porcie
	Przypisywanie parametrów autoryzacyjnych z serwera RADIUS: VLAN, 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL
	Obsługa CoA
	Uwierzytelnianie poprzez stronę Web
	Uwierzytelnianie po MAC
	Uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania.
	Filtrowanie w oparciu o pary IP-MAC (co najmniej 250 powiązań IP-MAC na urządzenie), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (również IPv6)



	Separacja klientów przyłączonych do różnych portów
	Blokowanie serwerów DHCP
	MAC Blackholing
	ARP Spoofing Prevention
	BPDU Attack Protection
	DoS Attack Protection
	Unicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Multicast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Broadcast Storm Control (krok co najwyżej 64Kbps i 2pps), Storm Control Port Shutdown, Storm Control Port Recovery
7	Zarządzanie
	Uwierzytelnianie dostępu administracyjnego protokołem RADIUS i TACACS+.
	Zarządzanie stosem poprzez pojedynczy adres IP
	Zdalne wykrywanie urządzenia przez dedykowaną aplikację producenta przełącznika i co najmniej zmiana adresu IP urządzenia
	WebGUI (obsługa IPv6), Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) (obsługa IPv6), SSH (obsługa IPv6), konsola szeregową (możliwość wprowadzania poleceń, możliwość konfiguracji wszystkich funkcjonalności urządzenia)
	Wsparcie szyfrowania HTTP
	Możliwość wykrywania urządzeń zgodnych z protokołem ONVIF, wyświetlanie informacji o rzeczywistym stanie tych urządzeń
	SNMPv2, v3 (obsługa IPv6)
	RMON, sFlow
	Obsługa DDM
	Klient DHCP oraz provisioning z zewnętrznego serwera TFTP
	Klient DNS
	Klient SNMP (obsługa IPv6)
	Zapis logów na serwer Syslog (obsługa IPv6)



	Zapis i pobieranie konfiguracji z serwera TFTP
	Traceroute
	Diagnostyka okablowania (co najmniej pomiar długości oraz ciągłość połączenia).
	Możliwość wprowadzania opisów portów.
	Wysyłanie powiadomień SNMP po pojawieniu się nowego adresu MAC w sieci.
	Możliwość logowania wydawanych poleceń.
	Możliwość przechowywania wielu wersji firmware.
	Wsparcie 802.3az (Energy Efficient Ethernet).
	Zmniejszanie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych.
8	Pozostałe
	Dostępność bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas życia produktu.
	Gwarancja przez cały czas produkcji urządzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu.

Z poważaniem