



Dyrektor
dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

Fax: (32) 370-45-22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/78/TP2/2024

Zabrze, 11.09.2024 r.

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 3

W związku z tym, że do przeprowadzenia zabiegu z wykorzystaniem asortymentu opisanego przez Zamawiającego w Zadaniu 3 z wyjątkiem pozycji 29-32 konieczne jest użycie zestawu instrumentarium – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga użyczenia narzędzi koniecznych do przeprowadzenia zabiegu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zarówno w szczegółowym formularzu ofertowym w zakresie zadania nr 3 stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ, jak i w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie zadania nr 3 jednoznacznie określił iż, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania procedury służącej do rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zatem jeżeli pozycje 29-32 nie wymagają użycia instrumentarium to Wykonawca nie dostarczy instrumentarium w ramach tych pozycji.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr do SWZ)

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów oraz użyczenia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia wzoru umowy, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu i użyczenia instrumentarium tj.:

1) Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:



- 2) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
- 3) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
- 5) W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
- 6) Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.
- 7) Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
- 8) Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
- 9) Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
- 10) Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
- 11) Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności.
- 12) Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr-
- 13) Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:
 - a) Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
 - b) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
 - c) Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .
 - d) Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaze sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wdzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
 - e) Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy części z powyższych zapisów, które nie zostały w niej dotychczas ujęte. Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Zamawiający
Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski