

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii i bakteriologii, Znak sprawy: Z/OL/10/20

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Formularz cenowy

Pakiet 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania lamblii w kale o czułości 95% i swoistości 97,7%?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaferowanie testu immunochromatograficznego kasetkowego do wykrywania lamblii w kale o czułości 95% i swoistości 97,7%.

Czy Zamawiający dopuści testy immunochromatograficzne do wykrywania lamblii w kale o czułości 97%?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaferowanie testu immunochromatograficznego do wykrywania lamblii w kale o czułości 97%.

Poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: czułość testu >98%, swoistość >98%?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaferowanie testu o parametrach: czułość testu >98%, swoistość >98%.

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Campylobacter o czułości 95,2% i swoistości 93,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaferowanie powyższego testu o czułości 95,2% i swoistości 93,5%.

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania specyficznych przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori we krwi, o czułości 96% i swoistości 93%?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** za zaferowanie powyższego testu o czułości 96% i swoistości 93%.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Leszek Rychlik