



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5618/2021

Data: 30.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o” Znak Sprawy: 5412 / 2021

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz.1 wyrazi zgodę na zaferowanie siatki dootrzewnowej, antyadhezyjnej, miękkiej, niewchłaniającej, jednowarstwowej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m², porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, wielkość porów 2,58 x 1,63 mm, z oznaczeniem strony implantacji (szwy kierunkowe), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, rozmiar siatki 10 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 12 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 2 i 3 wyrazi zgodę na zaferowanie siatki dootrzewnowej, antyadhezyjnej, miękkiej, niewchłaniającej, jednowarstwowej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m², porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, z oznaczeniem strony implantacji (niebieska membrana), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu w rozmiarze: poz. 2 - 20 cm x 30 cm, poz. 3 – 25 cm x 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

