



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Ul. KAROWA 2,00-315 WARSZAWA

L.dz.SK /619z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 02.09.2021 r.

**Wyjaśnienie
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obłożeń zabiegowych sterylnych” nr 05/08/21 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.08.2021 r pod nr 2021/S 166-433170.


W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019), Zamawiający wyjaśnia, co następuje

PAKIET 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu Procedure Pack?

Skład:	Ilość
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	10
- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm	1
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną (laminat dwuwarstwowy PE+PP o gramaturze 60g/m ²)	1
- Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm (celuloza/PE o gramaturze 44g/m ²)	1



Wszystkie komponenty owinięte w serwetę typu Hospidrape, całość umieszczona w opakowaniu jednostkowym papierowo-foliowym z mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo 2 naklejki służące do wklejania do dokumentacji medycznej zawierające REF, LOT, datę ważności.

Sterylizacja: tlenek etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska