

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów i wszczepów do zabiegów endoskopowych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.42.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

Pytanie 1: Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 3 następującego brzmienia: „Niewykorzystany przez Zamawiającego przedmiot Umowy, znajdujący się w Magazynie, stanowi własność Wykonawcy, do momentu jego pobrania przez Zamawiającego z Magazynu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 3a o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany do przechowywania przedmiotu Umowy w Magazynie we właściwych warunkach, w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3: Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 10 o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z Magazynu przedmiotu Umowy, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w Magazynie więcej niż jeden przedmiot Umowy danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności przedmiot Umowy z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 11 o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał do kontroli terminów ważności przedmiotu Umowy pozostającego w Magazynie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5: Czy w Pakiecie nr 1 pozycja 20 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nitinolowego samorozprężalnego stentu przetykowego, kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; uwalnianie do końca dystalnego; na kołnierzu proksymalnym nić oplatająca koniec kołnierza służąca do repozycji (lub do usuwania stentu - wersja pokrywana), wykonane z nitinolu; dostępne w wersji pokrywanej na całej długości; z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, z rejestracją implantacji w zwężeniach łagodnych, usuwalne w okresie 8 tygodni od momentu implantacji , dostępne również w wersji z niepokrytymi końcami; dostępne długości - 10, 12 i 15 cm; dostępne średnice - 18 mm lub 23 mm, średnica kołnierza antymigracyjnego 25 mm/ 23 mm (18 mm), średnica kołnierza antymigracyjnego 28 mm/28 mm (23 mm), system uwalniający: średnica: 18,5 Fr; dający możliwość uwalniania stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6: Dotyczy Pakiet 1 – poz. 1,2,4,6 Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu, pozwoli zaoferować następujące narzędzia:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Pytanie 7: Dla poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypicz zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, łyżeczki standardowe; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2,3mm długość 160 i 230cm oraz średnica szczek 3,0mm; długość współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8: Dla poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętłe do polipektomii, wykonane z plecionego, giętkiego drutu oraz z drutu pojedynczego wyposażone w wyskalowaną rękojeść, pozwalające na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki, średnice pętli: 10, 15, 25mm i 35mm (kształt owalny) oraz 15mm i 25mm (kształt półksiężycowaty), długość robocza 230cm, do kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9: Dla poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 22-25 G, długość ostrza 4- 5mm, długość całkowita 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10: Dla poz. 6 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w port, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11: Dotyczy Pakiet 1 – poz. 14, 16 i 24 Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu, pozwoli zaoferować następujące narzędzia?:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Pytanie 12: Dla poz. 14 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować sfinkterotom jednorazowego użytku, trzykanałowy. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20mm, 25mm, i 30 mm (do wyboru) średnica końcówki dystalnej :5Fr, przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł. 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,25 mm. 0,35mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13: Dla poz. 16 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu; długość robocza 200 cm, z wysunięciem igły do 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0.035", o dł. 260cm i 450cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14: Dla – poz. 24 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balon do ekstrakcji złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, możliwość pompowania balonów do 3 średnic 9mm13mm-16mm, możliwość podania kontrastu powyżej balonu, współpracujący z przewodnikiem 0,035", w komplecie z 3 skalibrowanymi strzykawkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15: Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Zmniejszenie ilości nabywanego przedmiotu umowy (np. spowodowane zmniejszonymi potrzebami) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawnymi-finansowymi, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile zmniejszenie nie przekroczy 20%.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, § 2 ust. 9 nawiązuje do ust. 8 niniejszego paragrafu.

Pytanie 16: Dotyczy wzoru umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od daty wymagalności, Wykonawca do momentu uregulowania należności ma prawo wstrzymać realizację zamówień oraz zastrzec możliwość korzystania z depozytu”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17: Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umowny z 1% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 18: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części z wyłączeniem możliwości zastosowania kar umownych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 19: Dotyczy Załącznika nr 2 do umowy kupna sprzedaży pkt I , ppkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wymiana zareklamowanej ilości przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 20: Dotyczy Załącznika nr 2 do umowy kupna sprzedaży pkt III, ppkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21: Dotyczy zapisów umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22: Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze bez igły, z pojedynczymi otworami, długość wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23: Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści pętle z drutu o standardowej sztywności o średnicach 10, 15, 25 oraz 32 mm, o długości roboczej 230 cm, kształt wyłącznie owalny? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24: Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści pętle z drutu o standardowej sztywności drutu, o długości roboczej 230 cm, o średnicy 10, 15, 25 oraz 32 mm, kształt wyłącznie owalny? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25: Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści igły o długości wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 26: Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści klips o długości wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 27: Pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści kosz wyłącznie 2 x 4 cm, 2,5 x 5 cm oraz 3 x 6 cm,, bez stalowego pancerza? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 28: Pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o długości narzędzia 180 cm, z cięciwą o długości 20 mm oraz 25 mm, końcówka dystalna zwężana wyłącznie do 1,75 mm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 29: Pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści przewodnik z końcówką hydrofilną długości wyłącznie 5 cm, wyłącznie o dwóch średnicach, średnica 0,025" końcówka wyłącznie prosta, średnica 0,035" końcówka prosta oraz zagięta, długość wyłącznie 450 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30: Pozycja 22. Czy Zamawiający dopuści narzędzie w osłonce o średnicy 2,4 mm o średnicy pętli 25 mm oraz 35 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17 oraz 22 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Z poważaniem