



Opole, dn. 15.12.2022r.

L.dz. 1101/DO/2022

Nr sprawy: ZP 10/2022

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup urządzeń chłodniczych dla RCKiK w Opolu**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy zadania nr 1 oraz zadania 2:

1. Czy Zamawiający dopuści obudowa ze stali galwanizowanej na gorąco pokrytej farbą proszkową, odporną chemicznie, bez folii PCV. Sama stal galwanizowana oraz farba - chroni urządzenie przed korozją. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej folii, która po kilku latach pęcznieje.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na szuflady z frontem pełnym niskim ze stali nierdzewnej ?. Front nie zasłania danych na workach z krwią, jest on niski. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu RCKiK i szpitalach i spełnia swoją funkcję.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia następująco:**

**1) W rozdziale 10 SWZ zapis o brzmieniu:**

„Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 14.01.2023 r.”





zastępuje tekstem o brzmieniu:

„Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **18.01.2023 r.**”

**2) W rozdziale 12 ust. 1 SWZ zapis o brzmieniu:**

- 1) Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/rckik-opole>) do dnia **16.12.2022 r. do godz. 10:00.**

zastępuje zapisem o brzmieniu:

- 1) Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/rckik-opole>) do dnia **20.12.2022 r. do godz. 10:00.**

**3) W rozdziale 12 ust. 3 SWZ zapis o brzmieniu:**

- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.12.2022 r. o godzinie 10:05**

zastępuje tekstem o brzmieniu:

- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.12.2022 r. o godzinie 10:05**

***Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.***

Sporządziła: Hanna Siuta

