

Katowice, dn. 06.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni.**
Nr sprawy: ZP-19-069UN

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kombinację zielonej włókniny o gramaturze 57 g/m² (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 47 g/m² (100% polipropylenu), parametry wytrzymałościowe są wyższe niż Zamawiający wymaga?

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.