



Poznań, 09.02.2024r.

Oznaczenie sprawy: TP-13/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę modułów pomiarowych dla Centrali Monitorującej Parametry Życiowe IntelliVue (4 części)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1. Dot. części 1 - Moduł EEG, Pkt 2.11.

Zwracamy się o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dwóch typów kabli tj. 2- i 4-kanałowego razem z odpowiednimi odprowadzeniami do każdego modułu czy Zamawiający może ograniczyć wyposażenie modułu do 1 wybranego zestawu kabli i odprowadzeń?

Odp.: Zamawiający wymaga 2 typów kabli dla każdego modułu razem z odprowadzeniami.

Pytanie nr 2. Dot. części 2 - Moduł O3, Pkt. 4.3.

Czy Zamawiający dopuści moduł O3, który jest kompatybilny ze wskazanymi modelami kardiomonitorów z wyjątkiem modeli MX700 i MX800?

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 3. Dot. części 3 - Moduł SPO2, 6.4-6.6.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby oferowane moduły do saturacji umożliwiały pomiar wskaźnika perfuzji PI?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza do złożenia oferty.

Pytanie nr 4. Dot. części 3 - Moduł SPO2, 6.4-6.6.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby oferowane moduły do saturacji umożliwiały monitorowanie podwójnej saturacji zgodnie z posiadanymi na oddziale technologiami pomiarowymi w kardiomonitorach tj. technologią FAST lub Masimo?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza do złożenia oferty.

(podpis Zamawiającego)

