

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowanie: 14.03.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 14.03.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Oznaczenie sprawy 8/2022**

Nazwa zadania: **Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego**

Zapytanie nr 1.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 14,37,75

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie niżej wymienionych urządzeń, produkcji firmy Trumpf Medical, do osobnego zadania.

Pakiet nr 14:

Poz. 20 Lampa Operacyjna Trulight 5500/5300

Poz. 21 Lampa Operacyjna Trulight 5500

Poz. 22 Lampa Operacyjna Hyled 600

Poz. 23 Lampa Operacyjna Trulight 5500

Poz. 24 Lampa Operacyjna Trulight 5500

Pakiet Nr 37:

Poz. 3 Kolumna Truport

Pakiet Nr 75:

Poz. 1 Stół Operacyjny Saturn Select 3.02.

Poz. 8 Stół Operacyjny Mars 2

Wyjaśnienie: Zgodnie Z SWZ

Zapytanie nr 2.

Dot. SWZ rozdz. XXVI, Umowa § 10

Czy zawarty wymóg dotyczący zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § Kodeksu Pracy (dalej k.p.)? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisów w SWZ i Umowie dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy. Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy.” Uzasadniając -z aktualnego brzmienia ww. zapisów wynika, że Wykonawca przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa (...) wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.” (k.p.). Oznacza to, że zamieszczenie w Umowie tego wymogu jest

obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter. W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika z wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jak wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy. Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);
- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).

Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 3.

Dot. Umowa § 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 4.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 44 pozycji z łóżkami Hill Rom i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek i materacy Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 5.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 6.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:

„W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 7.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 44

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów łóżek Hill Rom z pakietu nr 44. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Wyjaśnienie:

- 1 Łóżko Pobytowe Elektryczne Leol/L01/800/S -Listopad
- 2 Łóżko Pobytowe Centuris - Wrzesień
- 3 Łóżko Z Wagą Avant Guard 160 -Październik
- 4 Łóżko Pobytowe Centuris - Wrzesień
- 5 Łóżko Pobytowe Centuris - Wrzesień
- 6 Łóżko Pobytowe Centuris - Wrzesień
- 7 Łóżko Intensywnej Terapii - Listopad
- 8 Łóżko Pobytowe Elektryczne - Listopad
- 9 Łóżko Pobytowe Elektryczne Vida - Wrzesień
- 10 Łóżko Pobytowe Elektryczne A63sit - Wrzesień
- 11 Łóżko Pobytowe Elektryczne Vida - Październik
- 12 Łóżko Pobytowe Elektryczne Vida- Październik
- 13 Łóżko Pobytowe Elektryczne L01/320/M78/L- Marzec
- 14 Łóżko Pobytowe Elektryczne Centuris - Wrzesień
- 15 Łóżko Porodowe Lm03 Freya - Grudzień
- 16 Łóżko Rehabilitacyjne Le 07.0- Styczeń

Zapytanie nr 8.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy łóżek Hill Rom z pakietu nr 44 w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta do 4-6 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Hill Rom wynosi 4-6 tygodni od momentu złożenia zamówienia, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 9.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie **poz. 3** (Myjnia Steelco BP100) i **poz. 5** (Myjnia Steelco DS. 500SC) i dodanie ich do Pakietu nr 61 – są to urządzenia tego samego producenta lub utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 10.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 4, 8, 18, 27, 33, 48, 61, 64, 68, 76, 82

Dzień dobry, Uprzejmie proszę o wydzielenie: z pakietu 4 poz.1 z pakietu 8 poz.3 i 8 z pakietu 18 poz. 1,2, 3, 7, 10, 14, 15 z pakietu 27 poz. 41 (proszę o informację o typie aparatów) z pakietu 33 poz.3,4,7,8,15,16,20 z pakietu 48 poz. 1, 5 z pakietu 61 poz. 6 z pakietu 64 poz. 4, 8 z pakietu 68 poz. 1 z pakietu 82 poz. 5, 6, 7 (proszę o informację o typie aparatu w poz. 10 i 14) Pakiet 76 - proszę o informację o typie aparatów Pakiet 68 poz.16 - proszę o informację o typie aparatu

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 11.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 15, 86, 87

Czy Zamawiający może podać dla poniższych pakietów nr seryjne aparatów?

Pakiet nr 15

- 1 Bronchofiberoskop Fi 16 Bs 1
- 2 Bronchofiberoskop Fi 16 Bs 1
- 3 Bronchofiberoskop Fb-18x 1

Pakiet Nr 86

- 1 Videobronchoskop Eb 1970k1
- 2 Videobronchoskop Eb15-J101

Pakiet Nr 87

- 1 Videoprocessor Epk 3000 Light 1

Wyjaśnienie:

- 1 Bronchofiberoskop Fi 16 Bs - G111003**
- 2 Bronchofiberoskop Fi 16 Bs - G111404**
- 3 Bronchofiberoskop Fb-18x - H111929 + A5p257**

Pakiet Nr 86

- 1 Videobronchoskop Eb 1970k - G120399p**
- 2 Videobronchoskop Eb15-J10 - A120341**

Pakiet Nr 87

- 1 Videoprocessor Epk 3000 Light – A120341 Część Składowa Videobronchoskopu Z Pakietu Nr 86**

Zapytanie nr 12.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 27

Czy Zamawiający może podać dla poniższych urządzeń nr seryjne i dodatkowo wyłączyć do odrębnej obsługi aparat producenta marki Pentax

- 1 Duodenoskop Pentax Fd 34v 1
- 2 Duodenoskop Ed 530xt8 1

Wyjaśnienie: Numery seryjne Duodenoskop Pentax Fd 34v - A01104; Duodenoskop Ed 530xt8 - 2D102A004. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnej obsługi aparatu producenta marki Pentax

Zapytanie nr 13.

Dot. wzór umowy § 1 ust. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

12. Ustala się następujące terminy wykonania zlecenia:

- dla czynności naprawy jeden trzy dzień roboczy tj . od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy , zaś w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych trzy siedem dni robocze

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 14.

Dot. wzór umowy § 1 ust. 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

17. W przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązanyW przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3 000,00 1 500,00zł brutto za każde naruszenie obowiązku

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 15.

Dot. wzór umowy § 4 ust. 2 ppkt. 1), 2), 3)

Czy Zamawiający się na zmniejszenie kar umownych wg poniższego ?

- 1) Z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości ~~1-000,00~~ 500,00zł. brutto za każde naruszenie

2) Z tytułu zwłoki w wykonaniu przeglądu , konserwacji lub naprawy w wysokości ~~200,00~~ 100,00zł. brutto za każdy dzień zwłoki

3) Z tytułu nienależytego wykonania przeglądu , konserwacji lub naprawy w wyniku , którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości ~~5 000,00~~ 2 500,00zł. za każde naruszenie

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 16.

Dot. wzór umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych , których mogą dochodzić strony wynosi 30 20% łącznej wartości umowy z czynności przeglądowo-konserwacyjnych

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 17.

Dot. wzór umowy § 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści? Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kary umownej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 18.

Dot. wzór umowy § 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu wg poniższego?

W przypadku zwłoki w płatności ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu uregulowania zaległości bądź realizować usługę w formie : „ za pobraniem”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 19.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 37

Czy przeglądy wszystkich urządzeń wypadają w jednym terminie?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 20.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6

Czy przeglądy wszystkich urządzeń wypadają w jednym terminie?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 21.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 7

Czy przeglądy wszystkich urządzeń wypadają w jednym terminie?

Wyjaśnienie: Nie

Zapytanie nr 22.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 67

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie urządzeń do przeglądu firmą kurierską? Koszt wysyłki i zamówienie kuriera po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 23.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie urządzeń do przeglądu firmą kurierską? Koszt wysyłki i zamówienie kuriera po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 24.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 64

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie urządzeń do przeglądu firmą kurierską? Koszt wysyłki i zamówienie kuriera po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 25.

Dot. SWZ V pkt. 5 i 7 w związku z Załącznikiem nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 8-10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia będzie wymagał, aby zamówienie w ramach Pakietu nr 77 było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające certyfikat ze szkolenia u producenta do wykonywania napraw/ przeglądów technicznych? Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność diagnostyczną oraz jak najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca wykonanie serwisu jedynie przez autoryzowany serwis producenta. Dysponuje on pracownikami, którzy odbyli specjalistyczne/dedykowane szkolenia u producenta, więc posiadają specjalistyczną wiedzę na temat sprzętu, który serwisują. Ponadto wszelkie zmiany aparatu, modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części i nieautoryzowanego oprogramowania, bądź niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania aparatu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 26.

Dot. SWZ XII II pkt. 4 w związku z Załącznikiem nr 1 do SWZ Formularz cenowy Pakiet 77 w związku z Załącznikiem nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„**Imienny** dokument / certyfikat autoryzowanego serwisu wytwórcy lub **imienny** certyfikat **ze szkolenia u producenta**, lub inny równoważny dokument niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych, zgodnie z normą ISO 13485 lub równoważną”.

Pragniemy zauważyć, iż posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego nie stanowi poświadczenia w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia w serwisowaniu tomografu komputerowego, który jest specjalistycznym urządzeniem medycznym.

Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia wiąże się z nie wypełnieniem instrukcji jego użytkowania. Przekłada się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania sprzętu i ryzyko powstania incydentów medycznych, które zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu pacjenta. Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność Producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 27.

Dot. SWZ V pkt. 4 w związku z Załącznikiem nr 1 do SWZ Formularz cenowy Pakiet 77 w związku z Załącznikiem nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenie nowych, nieużywanych, niekondycjonowanych i oryginalnych części zamiennych oraz będą pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta tomografu komputerowego na rynek Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 28.

Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 2 dni roboczych dla naprawach niewymagających użycia części zamiennych oraz 5 dni roboczych dla napraw wymagających użycia części zamiennych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 29.

Dot. SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie go ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 30.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 6 i 68 sprzętu GE do innych pakietów. W obecnym kształcie autoryzowany serwis nie ma możliwości złożenia oferty.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 31.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Prosimy o podanie numerów seryjnych sprzętu oraz dat instalacji.

Wyjaśnienie: Pakiet nr 6

- 1 Aparat Do Znieczuleń Falkon Z Respiratorem Kestrel – 0110012-2001
- 2 Aparat Do Znieczuleń Fabius Gs – Arum-012517 - 2004
- 3 Aparat Do Znieczuleń Aespire View – Aphu 00841 I Aphu 01085 - 2015
- 4 Aparat Do Znieczuleń Fabius Gs – 1003718 (Ascj-0167) - 2011
- 5 Aparat Do Znieczuleń Aespire View – Aphu 1084 - 2015

Pakiet Nr 68

- 1 Respirator Ambu Matic – 2266 3912 - 2006
- 2 Respirator – Gb 79004263 - 2017
- 3 Respirator Hamilton G5 – 14420, 14433 - 2017
- 4 Respirator Event – W020134 - 2008
- 5 Respirator Savina – Arpn0039 - 2000
- 6 Respirator Schirst Iv 100b – 9373aeu102065p - 1993
- 7 Respirator Npb 840 – 3510101064 - 2009
- 8 Respirator Venti Pac 200d – 09/127
- 9 Respirator Ivent 201 - Iv36968 - 2015
- 10 Respirator Ivent 201 – Iv36916 - 2015
- 11 Respirator R860 – Cbru 02432,02434 - 2019
- 12 Respirator B840 – 35101011582 - 2009
- 13 Respirator 8400st – Kjho1480ip - 1998
- 14 Respirator Br 0303 - -
- 15 Respirator Demand Vr1- 0608210ip - 2006
- 16 Respirator Stacjonarno-Transportowygb79004264 - 2017

Zapytanie nr 32.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 33.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za opóźnienie do wysokości 0,2% za dzień zwłoki.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 34.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też posiadają moduły gazowe, które należy wliczyć w cenę?

Wyjaśnienie: Tak, Monitor B650. Moduły gazowe nie wliczają się w cenę przeglądu.

Zapytanie nr 35.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 68

Czy respiratory wymagają wymiany akumulatorów? Jeżeli tak, to czy mają być wliczone w cenę przeglądu czy będą rozliczane osobno na podstawie odrębnej oferty?

Wyjaśnienie: Nie, osobno.

Zapytanie nr 36.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższych pakietów zgodnie z zaleceniami producenta, licząc od daty instalacji sprzętu – odpowiednio przegląd roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 37.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 6, 68

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części do przeglądów ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 38.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 81

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 81 sprzętu GE do innych pakietów. W obecnym kształcie autoryzowany serwis nie ma możliwości złożenia oferty.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 39.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 81

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie informacji dotyczącej numerów seryjnych sprzętu znajdującego się w pakiecie 81.

Wyjaśnienie:

1 Aparat Usg Logiq 7 -46527YU8

2 Aparat Usg Voluson S6 Bt16 – VS6000627

3 Aparat Usg – US01711128

4 Aparat Usg Logiq S8 - 2922793

5 Aparat Usg Philips Sparq – US91510766

6 Aparat Usg E-Cube 8 – LO2551

7 Aparat Usg Logiq S8 - 2875215119

Zapytanie nr 40.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 81**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki aparat znajduje się pod pozycją numer 3 w pakiecie 81, oraz podanie jego numerów seryjnych.

Wyjaśnienie: Philips Ultrasound LNC Sparq - US01711128

Zapytanie nr 41.**BHP dotyczące Wzoru Umowy**

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

- a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
- b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,
- c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 42.**Instrukcje i zalecenia producenta**

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 43.**Gwarancja jakości:**

§ 1 ust. 13 wzoru umowy - gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
- f. normalnego zużycia wymienionych części

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 44.

Rękojmia

§ 1 ust. 13 wzoru umowy - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki rynku serwisu urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie do §1 wzoru umowy i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi.

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – z uwagi na charakter umowy – jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia w §1 wzoru umowy:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 45.

Siła Wyższa:

Z uwagi brak regulacji dot. siły wyższej projektowanych w projektowanych postanowieniach umowy proponujemy dodanie następujących postanowień:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 46.

Zwłoka

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Wskazujemy, że nowe przepisy prawa zamówień publicznych wyraźnie co do zasady zakazują wprowadzania w umowach o zamówienie publiczne odpowiedzialności wykonawcy za „opóźnienie”.

Mianowicie art. 433 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych wskazuje wprost, że takie postanowienie jest co do zasady niedozwoloną klauzulą abuzywną. .

Dlatego też w zakresie niniejszej umowy w naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy), dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień:

- § 1 ust. 17 oraz § 4 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy o zmianę w we wzorze umowy zmianę i dodanie odniesienia do naruszenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 1 ust 17. „W przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas wykonywania przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego (dotyczy urządzeń określonych w SWZ) tożsamego z posiadanym przez Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3 000,00 zł brutto za każde naruszenie obowiązku.”

§ 4 ust 2. pkt) 1) „ z tytułu nie podjęcia reakcji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie, ”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 47.

Potrącenie kar umownych

Prosimy o usunięcie postanowienia § 4 ust 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowiem zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 48.

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 oraz 3 i utworzenie dla tych urządzeń pakietu 1A, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia przeglądu, konserwacji oraz napraw aparatów wyszczególnionych w tych pozycjach.

Uzasadnienie: Firma bioMerieux świadczy usługi tylko do aparatów, których jest producentem, do obsługi których są przeszkoleni inżynierowie serwisu oraz posiadamy części zamiennie i zużywalne. Wykonawca nie posiada pracowników serwisu przeszkolonych do wykonywania czynności serwisowych aparatów innych producentów oraz do których nie posiadamy części zamiennych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 49.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

1. §1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji od przyjęcia zgłoszenia w celu podjęcia działań naprawczych. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia w formie

telefonicznej lub pocztą elektroniczną wynosi 48 godzin (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumieją przystąpienie do czynności przeglądowo–konserwacyjnych lub naprawczych.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 50.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§1 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane czynności przeglądowo–konserwacyjne i naprawcze urządzeń medycznych na okres 3 miesiące od daty wykonania czynności.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 51.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§1 ust. 17 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy czas przeglądu lub naprawy będzie przekraczał okres 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas wykonywania przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego (dotyczy urządzeń określonych w SWZ) tożsamego z posiadany przez Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde naruszenie obowiązku.”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 52.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§4 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową w wysokości 400,00 zł brutto za każde naruszenie,”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 53.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§4 ust. 2 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku, którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny w wysokości 3 000,00 zł brutto za każde naruszenie”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 54.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§4 ust. 2 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 55.

Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

§4 ust. 2 pkt 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 10 ust. 1 umowy w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek,”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 56.**Dot. Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy**

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty stanowiące dowód wykonania czynności przeglądowo–konserwacyjnych i/lub naprawczych zostały przekazywane w odrębnej korespondencji na ręce wskazanej przez Zamawiającego osoby?

Uzasadnienie: Mając na uwadze wdrożone u Wykonawcy systemy obsługi klienta pragniemy poinformować, że Zautomatyzowany system fakturowo-rozliczeniowy z którego korzysta Wykonawca uniemożliwia dołączenie bezpośrednio do generowanej faktury dodatkowych dokumentów a dokonywane czynności serwisowe rejestrowane są w odrębnym module całego systemu. W konsekwencji funkcjonowania powyżej opisanego rozwiązania po dokonaniu czynności serwisowych/ naprawczych powstała faktura każdorazowo zostanie opatrzona numerem seryjnym aparatu którego będzie dotyczyć, Wykonawca natomiast umożliwi wysyłkę do Zamawiającego na każde żądanie użytkownika pełnego raportu serwisowego z dokonanych prac zawierającego szczegółowy opis podejmowanych czynności serwisowych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ oraz Projektowanymi postanowieniami umowy

Zapytanie nr 57.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1**

Prosimy o wykreślenie pozycji 2 oraz 3 z pakietu. Uzasadnienie: Wykonawca jest wyłącznie dystrybutorem aparatów z pozycji 1 i 4, nie jest dystrybutorem urządzeń z pozycji 2 i 3, w związku z tym, nie prowadzi serwisu tych aparatów.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 58.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 1 formularza cenowego dla Pakietu nr 70 pod opisem „Sprzęt do badań serologicznych DIAMED”, Zamawiający ma na myśli wirówkę ID-Centrifuge 6S (sn: 1001553)?

Wyjaśnienie: Tak

Zapytanie nr 59.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada łącznie 2 sztuki pipet ID-Pipetor FP-6 (sn: A13X11181, E15712321), których przeglądy są przedmiotem niniejszego zamówienia w pakiecie nr 70 (L.P. 3 i 4 formularza cenowego) i tym samym w poz. 3 formularza doszło do omyłki pisarskiej – w miejscu ilość urządzeń: 2 nie powinno być przypadkiem 1? Jeżeli nie doszło do omyłki, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyceny przeglądów łącznie dla 3 sztuk pipet ID-Pipetor FP-6?

Wyjaśnienie: Tak

Zapytanie nr 60.**Dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy, Pakiet Nr 1**

Z uwagi na przedmiot zamówienia w pakiecie nr 70, w szczególności pipety – ID-Pipetor FP-6, czy Zamawiający wyrazi zgodę na umożliwienie na czas wykonania usługi zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego tej samej jakości i klasy?

Wyjaśnienie: Tak

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz