



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.06.2024 r.

**Znak sprawy Nr RPOZP 15/2024**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 12**

Zadanie nr 1 – Aparat RTG typu telekomando

**1. Pytanie nr 1**

Pkt 43 „Ścianka do zdjęć płucnych: Uniwersalny statyw do zdjęć płuc i zdjęć odległościowych  
Kratka przeciwrozproszeniowa 52 lp/cm fo=180 cm  
kratka wyjmowana bez użycia narzędzi  
zakres ruchu pionowego: od 40 cm do 190 cm  
(wysokość środka panelu) – regulowany płynnie  
zakres przechyłu cyfrowego panelu +90st / - 20st  
ciężar: 120 kg”

Czy Zamawiający dopuści aparat bez ścianki do zdjęć płucnych, ale z maksymalną odległością SID 180 cm (pkt. 24 OPZ) umożliwiającą wykonywanie wszystkich badań zdjęć płuc i zdjęć odległościowych?

**Odp. Zamawiający wymaga ścianki zgodnie z SWZ.**

**2. Pytanie nr 2**

Pkt 44 „Rozmiar panela: 17 x 17”

- Rozmiar pixela: 140 mikronów
- Rozdzielczość: 3,5 lp/mm
- Chłodzenie: powietrze
- Scyntylator: CsI
- Czas wyświetlania obrazu: do 3s
- Waga: 3,65 kg (z 2 akumulatorami)
- Klasa wodoodporności: IP67”

Czy Zamawiający dopuści aparat bez ścianki do zdjęć płucnych, ale z maksymalną odległością SID 180 cm (pkt. 24 OPZ) umożliwiającą wykonywanie wszystkich badań zdjęć płuc i zdjęć odległościowych wykorzystując detektor dynamiczny znajdujący się w stole telekomando?

**Odp. Zamawiający wymaga ścianki zgodnie z SWZ.**

**3. Pytanie nr 3**

Pkt 78 „Wymiary małego ogniska maksymalnie 0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat RTG typu telekomando z wielkością małego ogniska 0,7 mm? Jest to nieznaczna różnica, a w nowoczesnych aparatach RTG na wysoką jakość obrazowania wpływa przede wszystkim zastosowany detektor cyfrowy o wysokich parametrach.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**4. Pytanie nr 4**

Pkt 95 „Prędkość akwizycji obrazowania kości długich minimum 10obr./s”

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską na 10 cm/s?

**Odp. Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, winno być 10 cm/s.**

**KOMENDANT**

**płk mgr Krzysztof Jurkowski**

BD 91/8105982