

Łódź, dnia 2 października 2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na Usługę serwisową sekwenatora NGS firmy Illumina model NovaSeq 6000, znak sprawy 56/ZP/2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - dalej uPzp) zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1 – dotyczy: SWZ

Informujemy, że umową serwisową może być objęty jedynie aparat sprawny. Aparatura, będąca przedmiotem zamówienia, nie jest aktualnie objęta umową serwisową co za tym idzie nie wiadomo czy nie posiada usterek ani czy wydajnie prowadzi reakcje sekwencjonowania.

W związku z powyższym proponujemy dwa rozwiązania:

1) Na potrzeby spełnienia wymogu opisanego w Załączniku nr 6 do SWZ § 2 ust. 3 pkt. d), przed rozpoczęciem realizacji 12-miesięcznej umowy serwisowej Wykonawca dokona odpłatnej weryfikacji poprawności działania aparatu wykonując przegląd i odpowiednie testy systemu oraz:

a) w razie wykazania usterki przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy. W przypadku zaakceptowania kosztorysu wykonawca odpłatnie usunie usterki, a umowa serwisowa będzie realizowana. W przypadku odmowy pokrycia kosztów naprawy przez Zamawiającego umowa serwisowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a Zamawiający pokryje tylko koszty wykonania przeglądu wraz z reakcją testową, bez kar umownych i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

b) w przypadku kiedy urządzenie będzie sprawne – umowa będzie realizowana zgodnie z jej zapisami.

lub

2) w przypadku kiedy Zamawiający będzie dysponował danymi reakcji sekwencjonowania przeprowadzonej dla każdej z pozycji sekwencjonowania tego aparatu wykonanej w oparciu o komórkę przepustową o wysokiej przepustowości (tj. zapewniających uzyskanie co najmniej 6,6 miliardów odczytów w trybie sparowanych końców, dla każdej z pozycji) wykonanych w terminie nie wcześniejszym niż 4 tygodnie od daty podpisywania nowej umowy serwisowej i wyrazi zgodę na udostępnienie surowych plików wynikowych Wykonawcy oraz producentowi aparatu na potrzeby oceny parametrów jakościowych

Dodatkowo Wykonawca dokona odpłatnej weryfikacji poprawności działania aparatu wykonując

przegląd

oraz

a) w razie wykazania usterki przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy. W przypadku zaakceptowania kosztorysu wykonawca odpłatnie usunie usterki, a umowa serwisowa będzie realizowana. W przypadku odmowy pokrycia kosztów naprawy przez Zamawiającego umowa serwisowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a Zamawiający pokryje tylko koszty wykonania przeglądu, bez kar umownych i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

b) w przypadku kiedy urządzenie będzie sprawne – umowa będzie realizowana zgodnie z jej zapisami.

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy postulat Wykonawcy wyrażony w pkt 2) i wobec tego modyfikuje treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ Umowa nr 56/ZP/2023 (projekt) §6

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa urządzenia, z terminem wykonania 12 miesięcy od podpisania umowy. Czy Zamawiający jako rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zaakceptuje jednorazową płatność, na podstawie f-ry wystawionej w terminie do 15 dni od podpisania umowy. W przypadku akceptacji prosimy o stosowną modyfikację zapisów §6.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek wykonawcy i modyfikuje w tym zakresie treść SWZ.

Pytanie 3 – dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ Umowa nr 56/ZP/2023 (projekt) §7 ust. 4, §8 oraz §11

Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa, a nie dostawa urządzenia.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów §7 ust. 4, §8 oraz §11.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek wykonawcy i modyfikuje w tym zakresie treść SWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:

- pkt 4 – opis przedmiotu zamówienia
- pkt 8 – warunki udziału w postępowaniu,
- pkt 10
- pkt 18 – 20

oraz dokonuje zmian w treści Formularza oferty, załącznika nr 4b do SWZ oraz treści umowy.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert ulegają zmianie. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

- a) nowy termin składania ofert – 6.10.2023r. do godz. 9:30
- b) nowy termin otwarcia ofert – 6.10.2023r. godz. 10:00
- c) nowy termin związania ofertą – do 4.11.2023r.

W załączeniu zamawiający publikuje ujednoliconą treść SWZ obejmującą wszystkie zmiany oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Sebastian Rudziński
Kierownik Działu Zakupów UŁ