

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 08.02.2022r.

**Zamawiający:**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 08.02.2022**

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Dotyczy Parametry Techniczne:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niesteryl nego, jednorazowego ustnika endoskopowego wykonanego z nietoksycznego materiału poliwęglanowego, o rozm. 20-21mm x 25-26mm, nie zawierającego mogących wywołać reakcję alergiczną lateksu oraz DEHP (ftalanów), posiadającego porty boczne pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej, wyposażonego od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta w stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem z wstępnie założoną opaską mocującą wykonaną z miękkiego elastycznego tworzywa z otworami co 15 mm, pakowanego pojedynczo w foliowe opakowanie z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą produkcji?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 24.01.2022**

**Dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści układy wykonane z rur karbowanych w środku i na zewnątrz?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Dotyczy Zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści układy mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Dotyczy Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Dotyczy Zadania 9 poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Dotyczy Zadania 58**

Czy Zamawiający dopuści łączniki rozciągalne w zakresie 5-15 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Dotyczy Zadania 75**

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet 5**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 w poz. 1 kranika odpornego na ciśnienie do 3 barów . Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet 53**

2. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 53 w poz 1,2 przyrządu do przetaczenia o długości komory 57mm bez podziału na 2 części , z igłą czterokanałową/ścięcie stożek , z odpowietrznikiem ,zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie). Pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet 57**

3. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 57 przyrządu z filtrem bakteryjnym 0,1 mikrona , filtrem hydrofobowym bakteryjnym 5 mikronów o powierzchni 0,36cm<sup>2</sup> ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Czy Zamawiający w zadaniu 43 dopuszcza:**

- Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system antyzwrotny, przezroczysty lub cielisty, opakowanie = 30 szt.
- Poz. 2 płytko do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona płytka hydrokoloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, pakowanie = 5 szt.
- Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system zapobiegający przeciekaniu, przezroczysty lub neutralny szary, opakowanie = 30 szt.
- Poz. 2 płytko do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, elastyczna płytka hydrokoloidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Czy Zamawiający w zadaniu 89 dopuszcza:**

- Poz. 1 płytko do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona płytka hydrokoloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, pakowanie = 5 szt.
- Poz. 1 płytko do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, elastyczna płytka hydrokoloidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Czy Zamawiający w zadaniu 100 dopuszcza:**

- Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na rzep, docięcie 10-76 mm, płytka samoprzylepna, hydrokoloidowa, działająca ochronnie na skórę
- Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na zapinkę, docięcie 10-70 mm, płytka samoprzylepna chroniąca przed działaniem wilgoci, zapewniająca przyleganie

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Czy Zamawiający dopuszcza** składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt, płytki stomijne po 5 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytania z dnia 02.02.2022**

**zadanie 21** Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne - foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, bez portu do próbek?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**zadanie 21,22** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 48** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 53,poz. 1-2, zadanie 52 poz. 1-3** czy zamawiający wymaga opakowanie papier - folia?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 54, poz. 1-2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 56, poz. 1** czy zamawiający dopuści wymiar 355x296x95 mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 56, poz. 2** czy zamawiający dopuści wymiar 260x105x125 mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**zadanie 56, poz. 3** czy zamawiający dopuści wymiar 240x185x80 mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Dotyczy Zadania 55**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłębnik żołądkowy / sondę żołądkową z czterema bocznymi otworami ? Z poważaniem

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytania z dnia 19.01.2022**

**Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 130 sztuk, czyli 65 opakowań (op=2 sztuki), czy też 130 opakowań pakowanych po 2 sztuki?

**Odp.**

Zamawiający wymaga zaoferowania 130 sztuk

**Zadanie 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maksymalną długość rury 200 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Zadanie 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny bez pułapki wodnej?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Zadanie 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą po 1 otworze na każdej ze stron o średnicy ok. 18 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą po 1 otworze na każdej ze stron o średnicy ok. 18 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści długość 255 mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Zadanie 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3.3 mm/340 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 15 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści długość 340 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 15 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm/340 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 18 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Zadanie 23 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 23 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 41 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania z końcówką lejek – kapkon?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 41 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Zadanie 41 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 41 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 49 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o średnicy 5/8 mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 50 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h<sub>20</sub>, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 50 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h<sub>20</sub>, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 50 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h<sub>20</sub>, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 75 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Zadanie 84 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wyposażoną w standardowy mankiet?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 17.01.2022**

**Pytanie 1 dotyczy pakietu 59 pozycja 1:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm<sup>2</sup> o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytanie 2 dotyczy pakietu 59 pozycja 2:**

Prosimy o dopuszczenie elektrod z pierścieniem ekwipotencjalnym (czyli bardziej bezpiecznych niż pierwotnie opisane w SIWZ, - nowszej generacji), o pow. aktywnej zgodnie z SIWZ (90cm<sup>2</sup>), hydrożelowych, antyalergicznym najwyższej jakości.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 31.01.2022**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do postępowania nr EZ/986/416/21 w zadaniu 75, następującego produktu:

Filtr antybakteryjny, antywirusowy, dla dorosłych, z elektrostatyczną warstwą filtrującą, z portem kapno, sterylny, o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,999% o przestrzeni martwej 28ml i wadze 21g o skuteczności filtracyjnej względem NaCl > 97%.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 19.01.2022**

**zadanie nr 25**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 1 wymaga, aby zaoferowane koszyczki jednora-zowe do usuwania ciał obcych, były kompatybilnych z kanałem roboczym o śr. 1,5 mm wi-deoendoskopu 11302 BDX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 2 wymaga, aby zaoferowane szczoteczki do czysz-czenia kanału roboczego były kompatybilne z kanałem roboczym o śr. 2,8 mm x 3,2 mm wi-deoendoskopu 11304 BCX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 3 wymaga, aby zaoferowane kleszcze chwytające, jednorazowe były kompatybilne z kanałem roboczym o śr. 2,8 mm x 3,2 mm wideoendosko-pu 11304 BCX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 4 wymaga, aby zaoferowane kleszcze biopsyjne, jednorazowe były kompatybilne z kanałem roboczym o śr. 2,8 mm x 3,2 mm wideoendosko-pu 11304 BCX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 5 wymaga, aby zaoferowane tuby ochronne do endoskopów giętkich były kompatybilne z uchwytem na endoskopy giętkie 29005 IFH firmy Karl Storz?



„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 6 wymaga, aby zaoferowane zawory ssące jedno-razowe były kompatybilne z wideoendoskopem 11302 BDX i 11304 BCX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 7 wymaga, aby zaoferowane szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego były kompatybilne z kanałem roboczym o śr. 1,5 mm wideoendoskopu 11302 BDX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pkt. nr 8 wymaga, aby zaoferowane gumowe zatyczki do przyłącza LUER-Lock, były kompatybilne z wideoendoskopem 11302 BDX i 11304 BCX firmy Karl Storz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

9. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 25 do 14 dni?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. ProShield tuba ochronna do endoskopów oraz gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock- które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

11. (dot. wzoru umowy §11 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia wyrobu wolnego od wad bądź dokonania naprawy do 5 dni??

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania