

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 05.03.2024 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/41/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 36 m-czna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii; w SPZOZ w Wolsztynie”; **TP/2/2024**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023.1605 t.j. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw I

Pakiet nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne pokrywane osłonką PTFE

- średnica osłonki 1,8 o długości 160cm bez igły szerokość otwarcia szczęk 5,5mm
- 2,3mm o długości 180cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowe szczypce biopsyjne pokrywane osłonką PTFE

- średnica osłonki 1,8 o długości 160cm bez igły szerokość otwarcia szczęk 5,5mm
- 2,3mm o długości 180cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm

W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe (jednorazowego użytku), owalne, średnica drutu tnącego 0,36 mm dla średnicy pętli: 6 mm i 0,40 mm dla średnicy pętli: 10, 15, 25 mm z drutu plecionego - długość narzędzia 230 cm średnica osłonki 2,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii;średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli: 10, 15 mm; średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii;średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli: 10, 15 mm; średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm **W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa, pętla elektrochirurgiczna wykonana z z plecionego drutu do polipektomii; pętłe owalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 4 Jednorazowa, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętłe owalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm.**W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.**



Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści: Igła do ostrzykiwań jednorazowa stosowana w gastroscopii i kolonoskopii , z osłoną zabezpieczającą przed przekłuciem kanału endoskopowego. Długość robocza narzędzia 2300 mm;

☑ dł. Igły 4, 6 mm ; średnica igły 23 G,

☑ dł. Igły 5, 6 mm ; średnica igły 25 G ,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści: Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x30mm, wykonane z polipropylenu z opaską mocującą wykonaną z miękkiego elastycznego tworzywa (materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dispenser?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. .6 Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x30mm, wykonane z polipropylenu z opaską mocującą wykonaną z miękkiego elastycznego tworzywa (materiałowego), Pakowane indywidualnie w karton typu dispenser. **W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.**

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści: Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 25 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.7: Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 25 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm **W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.**

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.8 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura. **W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.**

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm ; Otwarcie ramion klipsa: 16 mm; średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopu średnica osłonki 1,7mm długość robocza 230cm , średnice szczoteczek tylko 5/10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu ponieważ w obecnej konfiguracji pakiet nr 1 spełnia tylko jeden Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu ponieważ w obecnej konfiguracji pakiet nr 1 spełnia tylko jeden Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu ponieważ w obecnej konfiguracji pakiet nr 1 spełnia tylko jeden Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu ponieważ w obecnej konfiguracji pakiet nr 1 spełnia tylko jeden Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW II

Pakiet nr 1

Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych (jednorazowego użytku), owalne, średnica drutu tnącego 0,3 mm i 0,40 mm średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm z drutu plecionego - długość narzędzia 230 cm średnica osłonki 2,3mm / 2,4mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie standardowej pętli jednorazowej, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica drutu tnącego 0.3 mm, średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie wielostopniowej pętli jednorazowej, obrotowej- obrót poprzez pokrętko w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.25 mm, 3 średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.4 zaferowanie wielostopniowej pętli jednorazowej, obrotowej- obrót poprzez pokrętko w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.25 mm, 3 średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm. [W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.](#)

Pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie igły do ostrzykiwania o średnicy osłonki 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie ustnika wykonanego z polietylenu o rozmiarze 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.6 zaferowanie ustnika wykonanego z polietylenu o rozmiarze 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ. [W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.](#)

Pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 55 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz: 7 zaferowanie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 55 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym. [W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.](#)

Pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie jednorazowych kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach : ząb szczura – aligator, kleszcze w wersji obrotowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 8 zaferowanie jednorazowych kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura – aligator, kleszcze w wersji obrotowej. [W tym zakresie zostanie dokonana zmiana.](#)

Pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie jednorazowej klipsownicy endoskopowej długość robocza 230 cm. Otwarcie ramion klipsa: 11,16 mm; średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia endoskopo średnica osłonki 1,7 / 1,8 mm długość robocza 230cm , średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 7/7, 6/10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 11 i 12

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowych zaworów ssących oraz woda - powietrze pakowanych łącznie jako zestaw, pakowany indywidualnie wraz z dołączonymi etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 11 i 12

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że wymagane zawory mają być kompatybilne z endoskopami Olympus.

Odpowiedź: Tak, wymagane zawory muszą być kompatybilne z endoskopami Olympus.

Pozycja 14

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

721