



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 21.07.2020 r.

Nr sprawy: W.Sz.Z.: TZ – 280-75/20

## Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do procedur naczyniowych, zestawów do wertebroplastyki, sond do żywienia dojelitowego.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 7:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 7 cewników balonowych do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów o następujących parametrach: Cewnik w rozmiarze 32 lub 46mm, o średnicy trzonu 9 lub 10F kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 12 lub 14F. Długość systemu 120cm dla rozmiaru 32mm i 140cm dla rozmiaru 46mm. Dodatkowo dostępny cewnik o dostępnych rozmiarach 12-28mm i długości 2 lub 4cm, o średnicy trzonu do 9F i długości systemu 100cm, kompatybilny z przewodnikiem 0.035" i koszulką od 6 do 12F.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje parametry wymagane w SIWZ.

Z poważaniem

W trybie art. 18 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
Z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

*Anna Wutrych-Krajewska*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie