



Wrocław, 16.05.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego stosowanego w chirurgii, laparoskopii i endoskopii wraz z najmem generatora do cięcia i koagulacji tkanek oraz najem generatora do ewakuacji dymu chirurgicznego, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.15.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 4:

Pakiet nr. 4

Czy Zamawiający dopuści w pak. 4 w poz.1- 2 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm

Rozmiary :

Poz. 1- 6x11cm

Poz. 2 - 10x15cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii dylatacyjnej metodą Griggsa, do wprowadzenia metodą Seldingera oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) o składzie:

- skalpel, strzykawki 5 i 10 ml
- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G
- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z przewodnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
- krótki rozszerzacz 14F
- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankieta, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę
- 2 wymienne kaniule wewnętrzne (opcjonalne) do rurki, szczoteczka do kaniul
- opaska do rurki; podkładka pod rurkę,
- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki 9,5 x 9,5 cm (10 szt.)

Rozmiary rurki tracheostomijnej: 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru). Dla dorosłych pacjentów.
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Powyższy zestaw jest stosowany przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii dylatacyjnej metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem, do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie:

- skalpel, strzykawki 5 ml i 10 ml
 - igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)
 - igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
 - prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z przewodnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
 - krótkie rozszerzadło 14F
 - jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ścian tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia
 - kleszczyki hemostatyczne, pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
 - rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankieta, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera
 - prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera, z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem
 - 2 wymienne kaniule wewnętrzne (opcjonalne) do rurki, szczoteczka do kaniul,
 - opaska do rurki, podkładka pod rurkę
 - klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki 9,5 x 9,5 cm (10 szt.)
- Rozmiary rurki tracheostomijnej: 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru). Dla dorosłych pacjentów.
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zgodnie z SWZ.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
/-/
mgr Piotr Strąk
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych