

# Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DZP-RJ-PN.004.2021

Załącznik 1.2 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2 – Nosze główne wraz z transporterem

1.	<b>Nosze główne 20 szt.</b>
2.	Podać markę, model
3.	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
4.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
5.	Przystosowane do prowadzenia ucisków klatki piersiowej, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
6.	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
7.	Wyposażony w miękki podgłówek lub poduszkę wykonane z tworzywa zapobiegającego wchłanianiu płynów, mocowany do ramy noszy w sposób bezpośredni (za pomocą dedykowanej ramy) lub pośredni (za pomocą pasków). Podgłówek lub poduszka powinny mieć możliwość szybkiego demontażu celem ułożenia pacjenta na wznak do pozycji wężącej.
8.	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
9.	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
10.	Ze składanymi wzdłużnie lub na boki poręczami bocznymi.
11.	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
12.	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
13.	Zamawiający rekomenduje fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności nosze nie posiadające fabrycznie zamontowanego gumowego odbojnika w których zastosowano profile niwelujące ryzyko otarć dużych powierzchni.
14.	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy
15.	Dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci
16.	Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg
17.	Nosze główne wyposażone w systemem umożliwiający zdjęcie blokady z goleni w momencie wprowadzania noszy na lawetę.
18.	Gwarancja min. 24 miesiące
19.	Norma EN 1865 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych
20.	<b>Transporter noszy głównych 20 szt.</b>
21.	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
22.	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
23.	Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
24.	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami do kierunku jazdy.
25.	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
26.	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera

## Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

### DZP-RJ-PN.004.2021

27.	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost.
28.	4 główne uchwyty transportera
29.	Rama noszy wykonana z profili o przekroju podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
30.	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
31.	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
32.	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
33.	Max obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg.
34.	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie. (lub równoważne)
35.	Gwarancja min. 24 miesiące
36.	Na oferowany system transportowy (nosze i transporter) - Norma EN 1865 (lub norm równoważnych)