



Oznaczenie sprawy: PN- 63/23


Poznań, dnia 19 czerwca 2023 roku

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych (27 części)**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1 dot. część nr 27

Czy Zamawiający dopuści nauszniki w następującym rozmiarze:



A = 37,5 mm

B = 28,3 mm

C = 7,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. część 27

Czy Zamawiający wymaga aby nauszniki zmniejszały poziom hałasu o 15 dB?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga, aby nauszniki zmniejszały poziom hałasu o minimum 7 dB.

