



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 10

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1732 / 3138 /2023

Data: 09.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 72, Pozycja 1, 2 i 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane trokary były wyposażony z strzykawkę do napompowania balonu, zapakowane w jednym sterylnym opakowaniu razem z trokarem? Z opisu wynika iż trokary powinny być fiksowane za pomocą napompowanego balonika, ale nie jest wymagana strzykawka do ich napompowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 72, Pozycja 1, 2 i 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby trokary i strzykawki dedykowane do napompowania balonu pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 72, Pozycja 1, 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści trokary bez balonu kontrolnego? Oferujemy trokary najwyższej jakości na rynku, który nie potrzebuje dodatkowego balonika kontrolnego. W celu chęci upewnienia się czy balon został napompowany, można go skontrolować ze strony otrzewnowej. Opisany kontrolny balonik oferuję tylko jedna firma na rynku, przez co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

