

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE**

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl**Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego**

do postępowania sygn. ZP/03/SPZOZ/2022, nr postępowania 2022/BZP 00189739/01 z dnia
01.06.2022 r.

pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

L.p.	Data wpływu	Pakiet / Dokument	Pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
1.	03.06.2022	13	7	1. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w poz. 7 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie udokumentowana?	ZGODNIE Z SWZ	04.06.2022
2.	03.06.2022	6	22	Pakiet 6 poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycję nr 22 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Szpitala.	NIE WYRAŻAMY ZGODY	06.06.2022
3.	03.06.2022	6	22	Pakiet 6 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem wykonaną z przezroczystego PCV, antyalergiczne tworzywo niezawierające lateksu, dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia o dł. 200 cm, nebulizator o pojemności 8 ml., skalowany co 2 ml, możliwość pracy w pozycji siedzącej i leżącej, w dwóch rozmiarach: pediatrycznym i dla dorosłych?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
4.	03.06.2022	8	1	Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny, o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, opór 2,14cm H ₂ O przy 60 l/min, przestrzeń martwa 55ml, waga 35,6g, skuteczność nawilżania 37mg/l H ₂ O przy VT 500ml?	NIE DOPUSZCZAMY	06.06.2022
5.	03.06.2022	8	2	Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, port kapno ze szczelnie wkręcanym koreczkiem, masa 35,6g, przestrzeń martwa 55ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
6.	03.06.2022	8	4	Pakiet 8 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycję nr 4 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.	NIE WYRAŻAMY ZGODY	06.06.2022
7.	03.06.2022	8	4	Pakiet 8 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną tyżkę światłowodową, wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Makrolon®, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, typ Macintosh o rozmiarach 2, 3 i 4, szerokość tyżek 12-16 mm, profil tyżek identyczny z profilem tyżek wielorazowych, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO 7376-3 lub równoważne), mocowanie światłowodu w tworzywie sztucznym,	DOPUSZCZAMY	06.06.2022

				zielona kropka ułatwia identyfikację ze standardem ISO7376, wytrzymały zatrzask kulkowy (metalowy) zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego od czoła tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, pakowane pojedynczo folia-folia, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376: 2009; BS EN ISO 13485:2012; ISO 15223-1:2012?		
8.	03.06.2022	7	2	Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 2 dopuści łącznik nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych i podlegający stawce Vat 23%.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
9.	03.06.2022	7	3	Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 3 dopuści adaptor nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych i podlegający stawce Vat 23%.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
10.	03.06.2022	16	1, 2	Pakiet 16 Poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych sterylnych, podwójnie szlifowanych w celu precyzyjniejszego cięcia tkanek, bez ich traumatyzacji, jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3 i 3,0 mm, długość robocza 160cm, 180 cm i 230 cm, tyżeczki z okienkiem z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z trzema markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, tyżeczki owalne pogłębione z okienkami. Pakowanych indywidualnie w sterylne pakiety, opakowania handlowe po 10 szt sterylnych pakietów.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
11.	03.06.2022	16	4, 5	Pakiet 16 Poz. 4 i 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic o rozwarciu klipsa 12mm i długości wyłącznie 230 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
12.	03.06.2022	16	6	Pakiet 16 Poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika w rozmiarze 22 x 25 mm, z gumką tekstylną do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową, mikrobiologicznie czystego, pakowanego indywidualnie, opakowanie zawiera etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia do dokumentacji pacjenta.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
13.	03.06.2022	16	9	Pakiet 16 Poz. 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych szczypiec chwytających do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8 mm lub 120 cm pediatryczne do kanału 2,0 mm; szerokość otwarcia szczęk min 6,7 mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora; pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. 2 systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
14.	03.06.2022	23	1, 4, 5	Pakiet 23. CPV 33182100-0 Defibrylatory (akcesoria eksploatacyjne) Poz.1. Papier do defibrylatora LIFEPAK 15 100 mm x 22 m (oryginalny) Poz.4. Elektroda COMBO do defibrylatora LIFEPAK 15 dla dorosłych	TAK	06.06.2022

				Poz.5. Elektroda COMBO do defibrylatora LIFEPAK 15 dla dzieci Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.		
15.	03.06.2022	23	1, 4, 5	Załącz. nr 2 do SWZ / Załącz. nr 1 do umowy Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 23. CPV 33182100-0 Defibrylatory (akcesoria eksploatacyjne) Poz.1. Papier do defibrylatora LIFEPAK 15 100 mm x 22 mm (oryginalny) Poz.4. Elektroda COMBO do defibrylatora LIFEPAK 15 dla dorosłych Poz.5. Elektroda COMBO do defibrylatora LIFEPAK 15 dla dzieci	WYRAŻAMY ZGODĘ – zmiana dokonana w formularzu ofertowo-cenowym – utworzono pakiet nr 23.1	06.06.2022
16.	03.06.2022	Umowa		Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 5 ust. 1.1 wskazał: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości: 1) 0,5% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto opóźnionej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy; W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”	W ocenie Zamawiającego wysokość kar nie jest wygórowana. Zamawiający odmawia uwzględnienia proponowanych zmian w umowie.	08.06.2022

				W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto opóźnionej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy; jednak nie więcej niż 5% wartości brutto opóźnionej części dostawy.		
17.	03.06.2022	Umowa		Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy proponowanych zapisów.	08.06.2022
18.	06.06.2022	16	1	Pakiet 16: • Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o średnicy narzędzia 2,3 mm; długość 230 cm; łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej; osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, do wyboru z igłą i bez igły, jeden rozmiar łyżeczek: owalne; pakowane po 10 sztuk?	NIE DOPUSZCZA	06.06.2022
19.	06.06.2022	16	2	Pakiet 16: • Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o średnicy narzędzia 2,3 mm; długość 160 cm; łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej; osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, do wyboru z igłą i bez igły, jeden rozmiar łyżeczek: owalne; pakowane po 10 sztuk?	DOPUSZCZA	06.06.2022
20.	06.06.2022	16	5	Pakiet 16: • Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	NIE DOPUSZCZA	06.06.2022
21.	06.06.2022	16	6	Pakiet 16: • Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe wyłącznie w wersji z rantem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	NIE DOPUSZCZA	06.06.2022
22.	06.06.2022	21	1	PYTANIE 1 – pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób:	TAK	06.06.2022

				Pozycja 1 – 0,7L – po 25 szt.; Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.		
23.	06.06.2022	21	2	PYTANIE 1 – pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób: Pozycja 2 – 1L – po 50 szt.; Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	NIE – maksymalnie po 25 szt.	06.06.2022
24.	06.06.2022	21	3	PYTANIE 1 – pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób: Pozycja 3 – 2L – po 50 szt.; Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	NIE – maksymalnie po 25 szt.	06.06.2022
25.	06.06.2022	21	4	PYTANIE 1 – pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób: ZAMAWIAJĄCEGO: NIE – maksymalnie po 25 szt. Pozycja 4 – 5L – po 10 szt.; Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	TAK	06.06.2022
26.	06.06.2022	21	5	PYTANIE 1 – pakiet 21 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób: Pozycja 5 – 10L – po 10 szt. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: TAK Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	TAK	06.06.2022
27.	06.06.2022	24	1	PYTANIE 2 – pakiet 24 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w pakiecie 24 – torby na wymiociny wykonanej z przeźroczystego materiału bez odcienia błękitu, reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ? Odcień materiału, z którego wykonany przedmiot zamówienia nie ma jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowane worki na wymiociny są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.	DOPUSZCZAMY	06.06.2022

				Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przestaniek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.		
28.	06.06.2022	16	1	PAKIET NR 16 Czy Zamawiający dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,3mm długość robocza 180 cm i 230 cm, i dla średnicy 3,0 mm długość 230 cm; łyżeczki owalne z okienkiem, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną, do wyboru: z igłą i bez igły dla średnicy 2,3 mm; dla średnicy 3,0 mm tylko łyżeczki bez igły 1) śr. 3,0 mm, dł. 230cm (opakowanie po 10 szt.)	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
29.	06.06.2022	16	2	PAKIET NR 16 Czy Zamawiający dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,3mm długość robocza 180 cm i 230 cm, i dla średnicy 3,0 mm długość 230 cm; łyżeczki owalne z okienkiem, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną, do wyboru: z igłą i bez igły dla średnicy 2,3 mm; dla średnicy 3,0 mm tylko łyżeczki bez igły 2) śr. 2,3mm, dł. 180 cm i 230 cm (opakowanie po 10 szt.)	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
30.	06.06.2022	16	3	PAKIET NR 16 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na zimno, średnica otwartej pętli: 15 mm; jednorazowego użytku wykonana z plecionego drutu, długość robocza min. 230 cm; średnica osłonki 2,3 mm?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
31.	06.06.2022	16	4	PAKIET NR 16 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16 mm, możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długości 235 oraz, średnica kanału roboczego 2.8 mm; możliwość wykonania badania MRI przy zastosowaniu wszystkich zaleceń producenta? 1) Długość 235 cm	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
32.	06.06.2022	16	5	PAKIET NR 16 Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16 mm, możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długości 235 oraz, średnica kanału roboczego 2.8 mm; możliwość wykonania badania MRI przy zastosowaniu wszystkich zaleceń producenta? 2) Długość 235 cm	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
33.	06.06.2022	16	6	PAKIET NR 16 Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowy do gastroskopii w rozmiarze 22x30 mm. Ustnik z materiałową gumką wstępnie założoną?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022

34.	06.06.2022	16	7	PAKIET NR 16 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, pakowany każda szczoteczka oddzielnie - Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna dł. 230 cm, śr. każdej z główek 5 mm i 10 mm długości 30-20 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7 mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 i 10 mm oraz długości 30-20 cm. (opakowanie po 50 zestawów)?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
35.	06.06.2022	16	8	PAKIET NR 16 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, (nie zawierający latexu); składa się z: • Cylinder lufy z ultra przezroczystego poliwęglanu z wysokiej jakości elastycznymi taśmami podwiązującymi • Rączka z bębniem nawijającym zapewniającym płynny ruch dla dokładnego rozłożenia opaski • Dostępne w dwóch wersjach: zwolnienie opasek z mechanizmem kliknięcia lub bez • Cewnik • Igła do nawadniania do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm bez mechanizmu kliknięcia	NIE DOPUSZCZAMY	06.06.2022
36.	06.06.2022	16	9	PAKIET NR 16 Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8 mm; szerokość otwarcia szczęk min 6,5 mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora; pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
37.	06.06.2022	16	10	PAKIET NR 16 Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4mm , 5 mm, 6 mm, długość całkowita 230 cm?	DOPUSZCZAMY	06.06.2022
38.	06.06.2022	Umowa	§ 5	Pytanie 1 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 6 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 6 o treści:	Brak możliwości uwzględnienia proponowanych zapisów.	08.06.2022

				"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury.		
39.	07.06.2022	4	2	Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową jednorazowego użytku pojemność 2ml skalowana do wartości 2,2ml. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
40.	07.06.2022	4	3	Pakiet 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową jednorazowego użytku pojemność 5ml skalowana do wartości 5,5ml. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
41.	07.06.2022	4	4	Pakiet 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową jednorazowego użytku pojemność 10ml skalowana do wartości 11ml. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
42.	07.06.2022	4	5	Pakiet 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową jednorazowego użytku pojemność 20ml skalowana do wartości 22ml w opakowaniach a'50szt. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
43.	07.06.2022	4	6	Pakiet 4, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50mlz jednostronną skalą?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
44.	07.06.2022	4	7	Pakiet 4, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml z jednostronną skalą?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
45.	07.06.2022	4	8	Pakiet 4, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nazwy firmy na komorze kroplowej? Reszta parametrów jak w SWZ.	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
46.	07.06.2022	4	9	Pakiet 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komora kroplowa z medycznego PCV o opisie: • Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą • Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką • Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm • Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm² • Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren • Łącznik LUER-LOCK z osłonką • Długość przyrządu min. 150 cm • Opakowanie jednostkowe typu blister-pack • Sterylizowane tlenkiem etylenu • Termin ważności - 3 lata	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
47.	07.06.2022	4	9	Pakiet 4, pozycja 9 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022

				z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.		
48.	07.06.2022	4	11	Pakiet 4, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania płynów zabezpieczający dojsie przez 7 dni lub 350 wejść?	Jeżeli pytanie dotyczy pozycji nr 11 (a nie 10) to DOPUSZCZAMY	07.06.2022
49.	07.06.2022	4	18	Pakiet 4, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści igły do penów 30G, 31G 0,25 mmx6 mm, 0,30 mm x 8 mm?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
50.	07.06.2022	4	21	Pakiet 4, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy przyrząd o opisie: Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu) Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów Wyrób niepirogenny Jednorazowego użytku Sterylizowany tlenkiem etylenu Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
						
51.	07.06.2022	4	22, 23	Pakiet 4, pozycja 22, 23 Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne w kolorze niebieskim tylko z optycznym indykatoem kierunku przepływu?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
52.	07.06.2022	4	25	Pakiet 4, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
53.	07.06.2022	4	35	Pakiet 4, pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu z podziałem na dziewczynki i chłopców?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
54.	07.06.2022	4	46, 47	Pakiet 4, pozycja 46-47 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert?	NIE WYRAŻAMY ZGODY	07.06.2022
55.	07.06.2022	5	3	Pakiet 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L-XL?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
56.	07.06.2022	5	10	Pakiet 5, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
57.	07.06.2022	5	10	Pakiet 5, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m2?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
58.	07.06.2022	6	3	Pakiet 6, pozycja 3	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022

				Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych?		
59.	07.06.2022	6	9, 10	Pakiet 6, pozycja 9, 10 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu w opakowaniu wewnętrznym foliowym i zewnętrznym folia-papier?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
60.	07.06.2022	6	11	Pakiet 6, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o opisie: Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka Wypożarty w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Wolny od DEHP Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu Opakowanie papier/folia 	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
61.	07.06.2022	6	22	Pakiet 6, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem w rozmiarach od S-XL: Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV Nie zawiera lateksu Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą Wypożarty w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml) Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 µm Jednorazowego użytku Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia 	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
62.	07.06.2022	10	1	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
63.	07.06.2022	10	1	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 1,1x32, przepływ 56ml/min?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
64.	07.06.2022	10	1	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 1,3x45, przepływ 90ml/min?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022

65.	07.06.2022	10	1	Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
66.	07.06.2022	12	1	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 0,7x19, przepływ 23ml/min?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
67.	07.06.2022	12	4	Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
68.	07.06.2022	13	6	Pakiet 13, pozycja 6 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?	WYRAŻAMY ZGODĘ – zmiana dokonana w formularzu ofertowo-cenowym – utworzono pakiet nr 13.1	07.06.2022
69.	07.06.2022	15	1	Pakiet 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szyny palcowe w rozmiarze 230x13; 250x18; 500x40 lub 600x50?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
70.	07.06.2022	21	1	Pakiet 21, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7L okrągły w opakowaniu zbiorczym po 25sztuk? Reszta parametrów jak w swz.	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
71.	07.06.2022	21	3	Pakiet 21, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 246mm?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
72.	07.06.2022	21	3	Pakiet 21, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 220mm?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
73.	07.06.2022	22	1	Pakiet 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły bez nadruku o wymiarach 110x20?	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022
74.	07.06.2022	22	2	Pakiet 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły bez nadruku o wymiarach 110x20?	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022
75.	07.06.2022	23	1	Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier nieoryginalny do Lifepack 15 o wymiarach 100x22?	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022
76.	07.06.2022	23	2	Pakiet 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier nieoryginalny do Lifepack o wymiarach 100x22?	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022
77.	07.06.2022	23	2	Pakiet 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Lifepack 12 o wymiarach 106x25?	ZGODNIE Z SWZ	07.06.2022
78.	07.06.2022	23	3	Pakiet 23, pozycja 3 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert?	Na prośbę wystosowaną 3.06.2022 r., Zamawiający udzielił odpowiedzi 6.06.2022 r. godząc się na wydzielenie poz. nr 1, 4, 5 – zmiana dokonana w formularzu ofertowo-cenowym, poz. 2 i 3 pozostała w pakiecie nr 23	07.06.2022

79.	07.06.2022	24	1	Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?	NIE WYMAGAMY, ale DOPUSZCZAMY	07.06.2022
80.	07.06.2022	24	1	Pakiet 24, pozycja 1 Mając na uwadze fakt, że treść żółdkowa może być materiałem zakaźnym, czy Zamawiający wymaga aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?	NIE WYMAGAMY, ale DOPUSZCZAMY	07.06.2022
81.	07.06.2022	26	1, 2	Pakiet 26, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści nici powleczone polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
82.	07.06.2022	26	2	Pakiet 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły o długości 20mm?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
83.	07.06.2022	26	2	Pakiet 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły o długości 26mm?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
84.	07.06.2022	26	6	Pakiet 26, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?	NIE DOPUSZCZAMY	07.06.2022
85.	07.06.2022	26	6	Pakiet 26, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści igły o długości 16 lub 19mm?	DOPUSZCZAMY	07.06.2022
86.	07.06.2022	10	1	Zad.10 Pyt. 1 - Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 10 poz. 1: kaniule do wlewów dożylnych wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykany standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi korka, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli, dostępne rozmiary; • 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min • 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?	NIE WYRAŻAMY ZGODY	07.06.2022
87.	07.06.2022	10		Zad.10 Pyt. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie w zakresie pakietu nt 10 lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu?	NIE WYRAŻAMY ZGODY	07.06.2022
88.	07.06.2022	5	4	Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
89.	07.06.2022	5	4	Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS?	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
90.	07.06.2022	5	4	Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych w rozmiarze S do XXL czy tylko spodni w tym rozmiarze?	Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych w rozmiarze S – XXL, a nie tylko spodni w tym rozmiarze	08.06.2022
91.	07.06.2022	5	11	Pakiet 5 poz. 11	TAK	08.06.2022

				Czy Zamawiający oczekuje Koszula dała pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny. Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g		
92.	07.06.2022	5	11	Pakiet 5 poz. 11 Czy Zamawiający oczekuje Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju) Rozmiar uniwersalny. Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.	NIE	08.06.2022
93.	07.06.2022	Umowa	§ 4 ust. 6	1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?	NIE WYRAŻAMY ZGODY	08.06.2022
94.	07.06.2022	Umowa	§ 3 ust. 5	2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	NIE WYRAŻAMY ZGODY	08.06.2022
95.	07.06.2022	3	2	1. Pakiet 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw Flocare do żywienia dojelitowego, umożliwiający podaż w sposób grawitacyjny wszystkich preparatów konfekcjonowanych w opakowaniu typu butelka i worek ze złączem Enfit bez przejściówki do zwykłych zgłębników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor? W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Zgłębniki ze złączem Enlock nie są już produkowane. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
96.	07.06.2022	3	3	2. Pakiet 3 poz. 2 Prosimy o określenie czy zestaw do żywienia dojelitowego do pompy Flocare Infinity ma umożliwiać podaż preparatów konfekcjonowanych w opakowaniach typu worek; w opakowaniach typu butelka czy tak zwany zestaw uniwersalny umożliwiający podaż preparatów w opakowaniach butelka i worek?	Jeżeli pytanie dotyczy pakiet nr 3 poz. 3 (a nie 2) to Zamawiający oczekuje zestawu uniwersalnego umożliwiającego podaż preparatów w opakowaniach butelka i worek.	08.06.2022
97.	08.06.2022	5	8	1. Pakiet 5, poz. 8: czy Zamawiający dopuści maski posiadające wygodne, elastyczne, nieuciskające tasiemki (uszy) do założenia na uszy?	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
98.	08.06.2022	19		2. PAKIET 19: czy Zamawiający dopuści, aby wskaźnik sterylizacji znajdował się na papierze, widoczny od strony folii?	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
99.	08.06.2022	20	7	1. Dotyczy Pakiet nr 20, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem o długości 2,5cm posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola	ZGODNIE Z SWZ	08.06.2022

				wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?		
100.	08.06.2022	20	7	2. Dotyczy Pakiet nr 20, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona	DOPUSZCZAMY	08.06.2022
101.	08.06.2022	4	1-7, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 40, 41	Pakiet 4 poz. 1-7, 10-11, 17 ,18 ,22 ,23 ,40 ,41 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu	NIE WYRAŻAMY ZGODY	09.06.2022
102.	08.06.2022	4	2-5	Pakiet 4 poz. 2,3,4,5 Proszę o dopuszczenie strzykawek kodowanych liczbowo na opakowaniach	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
103.	08.06.2022	4	5	Pakiet 4 poz. 5 Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op.	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
104.	08.06.2022	4	6	Pakiet 4 poz. 6 Proszę o odstąpienie od wymogu obustronnej skali	NIE ODSZCZĘPUEJEMY	09.06.2022
105.	08.06.2022	4	7	Pakiet 4 poz. 7 Proszę o odstąpienie od wymogu dwustronnej skali.	NIE ODSZCZĘPUEJEMY	09.06.2022
106.	08.06.2022	4	7	Pakiet 4 poz. 7 Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na cylindrze tłoka.	NIE ODSZCZĘPUEJEMY	09.06.2022
107.	08.06.2022	4	9	Pakiet 4 poz. 9 Proszę o dopuszczenie przyrządu wykonanego z PVC.	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
108.	08.06.2022	4	9	Pakiet 4 poz. 9 Proszę o dopuszczenie systemów bezigłowych z możliwością używania do 600 wejść i 7 dni.	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
109.	08.06.2022	5	2-2, 7-11	Pakiet 5 poz. 2-5 , 7-11 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu	NIE WYRAŻAMY ZGODY	09.06.2022
110.	08.06.2022	5	4	Pakiet 5 poz. 4 Proszę o dopuszczenie ubrań o gramaturze 40 g/m ²	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
111.	08.06.2022	5	4	Pakiet 5 poz. 4 Proszę o dopuszczenie ubrań z okrągłym wycięciem.	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
112.	08.06.2022	5	5	Pakiet 5 poz. 5 Proszę o dopuszczenie prześcieradeł o wymiarach 200 cm x 150 cm	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
113.	08.06.2022	5	9	Pakiet 5 poz. 9 Proszę o dopuszczenie spodenek o gramaturze 35 g/m ²	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
114.	08.06.2022	5	9	Pakiet 5 poz. 9 Proszę o dopuszczenie spodenek wykonanych z SMMS.	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
115.	08.06.2022	5	10	Pakiet 5 poz. 10 Proszę o dopuszczenie zestawu prześcieradeł o gramaturze 25 g/m ²	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
116.	08.06.2022	5	10	Pakiet 5 poz. 10 Proszę o dopuszczenie zestawu prześcieradeł wykonanego z Polipropylenu.	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
117.	08.06.2022	5	11	Pakiet 5 poz. 11 Proszę o dopuszczenie koszuli wykonanych z SMMS.	DOPUSZCZAMY	09.06.2022
118.	08.06.2022	10	1, 2	Pakiet 10 poz. 1,2 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu	NIE WYRAŻAMY ZGODY	09.06.2022
119.	08.06.2022	10	1	Pakiet 10 poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 2 paski RTG	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
120.	08.06.2022	10	1	Pakiet 10 poz. 1	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022

				Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 3 paski RTG																																		
121.	08.06.2022	10	1	Pakiet 10 poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PTFE.	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022																																
122.	08.06.2022	10	1	Pakiet 10 poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniuli tylko o podanych wymiarach: <table><tr><th>Kod koloru</th><th>Rozmiar (GAUGE)</th><th>Rozmiar w mm</th><th>Przepływ</th></tr><tr><td>Pomarańczowy</td><td>14 G</td><td>2,05 x 45</td><td>270 ml/min</td></tr><tr><td>Szary</td><td>16 G</td><td>1,7 x 45</td><td>180 ml/min</td></tr><tr><td>Biały</td><td>17 G</td><td>1,4 x 45</td><td>126 ml/min</td></tr><tr><td>Zielony</td><td>18 G</td><td>1,2 x 45 1,2 x 32</td><td>80 ml/min 80 ml/min</td></tr><tr><td>Różowy</td><td>20 G</td><td>1,0 x 32</td><td>54 ml/min</td></tr><tr><td>Niebieski</td><td>22 G</td><td>0,9 x 25</td><td>36 ml/min</td></tr><tr><td>Żółty</td><td>24 G</td><td>0,7 x 19</td><td>22 ml/min</td></tr></table>	Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ	Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min	Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min	Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min	Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32	80 ml/min 80 ml/min	Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min	Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min	Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022
Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ																																			
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min																																			
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min																																			
Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min																																			
Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32	80 ml/min 80 ml/min																																			
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min																																			
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min																																			
Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min																																			
123.	09.06.2022	16	3	Pakiet nr 16 Czy zamawiający dopuści Poz 3Pętla do polipektomii na zimno, średnica otwartej pętli: 15 mm; jednorazowego użytku wykonana z plecionego drutu, długość robocza min. 230-240 cm; średnica osłonki 2,3 mm	DOPUSZCZAMY	09.06.2022																																
124.	09.06.2022	16	8	Pakiet nr 16 Czy zamawiający dopuści poz. 8 Zestaw do opaskowania żyłaków przetyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, (nie zawierający latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,4 – 13,0 mm	NIE DOPUSZCZAMY	09.06.2022																																
125.	09.06.2022	4	18, 19	Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 4, poz. 18 i 19 w przedmiotowym postępowaniu: 1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 18 i 19 z pakietu 4 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?	NIE WYRAŻAMY ZGODY	10.06.2022																																
126.	09.06.2022	4	19	Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 4, poz. 18 i 19 w przedmiotowym postępowaniu: 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie z pozycji 19 nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm oraz 21Gx2,4mm?	DOPUSZCZAMY	10.06.2022																																
127.	09.06.2022	18	1	1. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu ?	DOPUSZCZAMY	10.06.2022																																

128.	09.06.2022	18	1	2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	DOPUSZCZAMY, ale nie wymagamy certyfikatu	10.06.2022
129.	09.06.2022	18	1	3. Cz Zamawiający w Pakiecie Nr 18 dopuszcza testy mokre nie wymagające dodatkowych płynów ?	DOPUSZCZAMY	10.06.2022

UWAGA: zmienił się zał. nr 2 do SWZ – zmieniony załącznik przekazany Państwu na platformie zakupowej w komunikatach publicznych dnia 07.06.2022 r.

- 1) Z pakietu nr 13 wydzielono pakiet nr 13.1
- 2) Z pakietu nr 23 wydzielono pakiet nr 23.1

Zmiany, o których mowa zaznaczono kolorami:

- 1) na żółto ze skreśleniem pozycje, które wydzielono z danego pakietu
- 2) na zielono nowo utworzone pakiety z pozycjami wykreślonymi z pakietu wyjściowego

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/03/SPZOZ/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Stan na 10.06.2022 r. g. 9:30
 Danuta Miszczyszyn
 Specjalista ds. zamówień publicznych
 W SP ZOZ w Człuchowie