

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 15.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ) Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy z rezerwuarem o pojemności 2700 ml, z zastawką 60 cm, o objętości 1060 ml, dostarczanej objętości oddechowej 1060 ml, objętości rezerwuaru tlenu 2700 ml z maską z otwartym mankietem z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 1:

W IV części w punkcie 1 Opisu przedmiotu zamówienia - Resuscytator silikonowy i Resuscytator silikonowy dla dzieci zamawiający podał objętość rezerwuaru tlenu 2600ml.

Nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający oznajmia, że chodzi o rezerwar tlenu dla Resuscytator silikonowy i Resuscytator silikonowy dla dzieci o objętości ok. 1500 ml. Zamawiający dopuszcza zmianę tej objętości o max. +/- 20%.

Pytanie nr 2:

Dot. zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy, dezynfekcji, sterylizacji, konserwacji?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający odstępuje od obowiązku szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy, dezynfekcji, sterylizacji, konserwacji w części SWZ w Zadaniach 1-4.

Pytanie nr 3:

Dot. zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 2700 ml, objętości 500 ml, dostarczanej objętości oddechowej 320 ml, objętości rezerwuaru tlenu 2700 ml z

zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 3:

W IV części w punkcie 1 Opisu przedmiotu zamówienia - Resuscytator silikonowy i Resuscytator silikonowy dla dzieci zamawiający podał objętość rezerwuaru tlenu 2600ml.

Nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający oznajmia, że chodzi o rezerwuar tlenu dla Resuscytator silikonowy i Resuscytator silikonowy dla dzieci o objętości ok. 1500 ml. Zamawiający dopuszcza zmianę tej objętości o max. +/- 20%.

Pytanie nr 4:

Dot. zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską twarzową z otwartym mankietem z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia z resuscytorem masek twarzowych z otwartym mankietem.

Pytanie nr 5:

Dot. zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy, dezynfekcji, sterylizacji, konserwacji?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający odstępuje od obowiązku szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy, dezynfekcji, sterylizacji, konserwacji w części SWZ w Zadaniach 1-4.