

Chełmno, 01.10.2021 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/67/2021

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno” nr post. 22/2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

##### dotyczy: **Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 2

##### dotyczy: **Pakiet 33, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonane z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3****dotyczy: Pakiet 33, Pozycja 5, wydzielenie poz. 3 i 5.**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonane z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 1ml - 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
- cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 5 z Pakietu nr 33 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga cewniki o powyższych parametrach. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 i 5 z pakietu nr 33 i stworzenie osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 4****dotyczy: Pakiet nr 23 (poz. 1)**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu o następującym opisie: 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 230cm. Warstwa chłonna min 70cm x 230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmożenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość  $85 \pm 5$  g/m<sup>2</sup>, niebieska dolna warstwa PE 35g/m<sup>2</sup>. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm. Chłonność 3300 - 4000ml/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5****dotyczy: pakiet nr 30 – Naczynia z pulpy**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 w poz. 1 kaczkę z pulpy celulozowej o pojemności 875 ml i wym. 260 x 105 x 125 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6****dotyczy: pakiet nr 26 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7****dotyczy: pakiet nr 26 poz. 1, 2**

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów (zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg ISO 22196?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 8****dotyczy: pakiet 19, pozycje 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i rozpuszczania leków z filtrem bakteryjnym 0,2 µm bez zastawki z samodomykającą się klapką? Filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 9****dotyczy: pakiet 33, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a silikonowy w rozmiarze CH16-24? Rozmiary w przypadku cewników Foley'a są określane w liczbach parzystych (co dwa).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 10****dotyczy: pakiet 33, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a w rozmiarze CH18 o wypełnieniu balonu 15-30 ml?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Cewnik wykorzystywany jest do preindukcji porodu i zakładany do szyjki macicy. Wobec powyższego zasadne jest większe wypełnienie balonu.**

**Pytanie nr 11****dotyczy: pakiet 33, pozycje 9 i 11**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne, worki do moczu j.u. dla dziewczynek i chłopców w opakowaniu foliowym, reszta zgodna z wymogami SWZ. Sposób pakowania jest tylko i wyłącznie kwestią techniczną.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12****dotyczy: pakietu 24, poz. 1**

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów foliowych pakowanych zbiorczo w op. a'100 szt. z możliwością pojedynczego wyciągnięcia ich z opakowania?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13****dotyczy: Pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla pacjentów o masie ciała poniżej 7 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 14****dotyczy: Pakietu nr 28 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla pacjentów o masie ciała 7-30 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15****dotyczy: Pakiet nr 28 poz. 1**

1. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla niemowląt, o objętości oddechowej 150 ml, objętości worka 234 ml, z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, rezerwuar tlenu w postaci worka o objętości 300 ml?

2. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla niemowląt, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy?

3. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla niemowląt bez DEHP i innych ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16****dotyczy: Pakiet nr 28 poz. 2**

1. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku dla dorosłych, o objętości oddechowej dostarczanej oburącz 1000 ml, jedną ręką 600 ml, o objętości resuscytatora 1547 ml, z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, rezerwuar tlenu o objętości 2600ml?

2. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku dla dorosłych, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, z paskiem zabezpieczającym przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny?

3. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku dla dorosłych bez DEHP i innych ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17****dotyczy: Pakiet nr 28 poz. 3**

1. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla dzieci, o objętości oddechowej 450 ml, objętości worka 683 ml, z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O z możliwością blokady, z rezerwuarem tlenu o objętości 2600 ml?

2. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla dzieci, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, z paskiem zabezpieczającym przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny?

3. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora Ambu jednorazowego użytku – pediatrycznego dla dzieci bez DEHP i innych ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18****dotyczy: pakiet nr 19**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 urządzenia jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% ( skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis ) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19****dotyczy: pakiet nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz.1-4 dopuści wycenę strzykawki z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20****dotyczy: pakiet nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 5, 9 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 21****dotyczy: pakiet nr 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 3 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,5x40mm, 0,6x40mm, 0,7x50mm i 0,8x50mm.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22****dotyczy: pakiet nr 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 5 dopuści wycenę nakłuwacza w rozmiarze 21G/1,8mm i 21G/2,4mm, w opakowaniu x 200szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwacza w rozmiarze 21G/1,8mm i 21G/2,4mm, w opakowaniu x 200szt. z przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 23****dotyczy: pakiet nr 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1 dopuści koreczek z trzpieniem wystającym poza krawędź?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24****dotyczy: pakiet nr 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1, 2 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 25****dotyczy: pakiet nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 18 poz. 3 i utworzenie osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26****dotyczy: pakiet nr 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 4 dopuści wycenę zamkniętego systemu bezigłowego o objętości wypełnienia 0,05 przepływie 540ml/min., wytrzymałość na ciśnienie 24 bar?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27****dotyczy: pakiet nr 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 1 dopuści do zaferowania aplikator do pobierania leków wyposażony w filtr bakteryjny 0,1um?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28****dotyczy: Pakiet nr 2 Sprzęt do endoskopii**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ustnik do zabiegów endoskopowy, na gumce o wymiarach 22x30 mm, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29****dotyczy: Pakiet nr 22, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści średnice korpusu 2,3 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30****dotyczy: Pakiet nr 22, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści średnice korpusu 2,3 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31****dotyczy: Pakiet nr 22, Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści średnice 2,3 mm, rozmiar: 20/25 pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32****dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ustnik do zabiegów endoskopowych w rozmiarze 20x26 mm i długości paska 46 cm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33****dotyczy: Pakiet 12, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z mlecznym tłokiem i z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34****dotyczy: Pakiet 12, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35****dotyczy: Pakiet 13, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej ze stalowym tokarem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36****dotyczy: Pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem z końcówką żeńską luer lock?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37****dotyczy: Pakiet 14, pozycja 5 (winno być pakiet nr 15 poz. 5)**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz w rozmiarze 23G w kolorze zielonym; 21G w kolorze różowym?

**Odpowiedź: Winno być pakiet nr 15 poz. 5. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.****Pytanie nr 38****dotyczy: Pakiet 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez foliowej opaski,, wykonana z:

Odpowietrznik – PVC,

Komora kroplowa PVC,

Regulator przepływu – ABS,

Dren – PCV?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 39****dotyczy: Pakiet 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania o długości całkowitej 9,5 i części przezroczystej 9 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 40****dotyczy: Pakiet 17, pozycja 8**

Czy Zamawiający ma na myśli kaniulę bezpieczną?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 41****dotyczy: Pakiet 18, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka oraz wycenę za opakowanie a'250 sztuk?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 42****dotyczy: Pakiet 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 43****dotyczy: Pakiet 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem powietrza 0,1 bez zastawki zwrotnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 44****dotyczy: Pakiet 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiającą trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu (bez możliwości cięcia), w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni, wkład chłonny o gramaturze 126g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem, warstwa spodnia o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli oraz redukuje zapach?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 45****dotyczy: Pakiet 24, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do badań kolonoskopowych o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46****dotyczy: Pakiet 24, pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47****dotyczy: Pakiet 24, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 48****dotyczy: Pakiet 25, pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli zakończenie lejek-lejek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 49****dotyczy: Pakiet 25, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH30 o średnicy wewnętrznej 7,0, zewnętrznej 10 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 50****dotyczy: Pakiet 27, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach CH6-CH18, z nieprzezroczystym konektorem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 51****dotyczy: Pakiet 29, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną tylko z PCV?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 52****dotyczy: Pakiet 29, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary i długości:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)



**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 53**

**dotyczy: Pakiet 29, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną tylko z PCV?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 54**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875 ml o wymiarach 245x105x125?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 55**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarze 365x270x85mm?

**Odpowiedź:Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności max. 900 ml o wymiarach 245x115x50 mm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści miskę w rozmiarze 315x255x110?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 58**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści nocnik w rozmiarze 240x179x80 mm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59**

**dotyczy: Pakiet 30, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakiet 30, pozycja 87 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenia ofert większej liczbie wykonawców a Państwo pozyskanie rzeczywiście korzystania ofert?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 60**

**dotyczy: Pakiet 32, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarach:

CH 24

CH 26

CH 27

CH 30

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 61**

**dotyczy: Pakiet 33, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarach od CH4 do CH10?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 62**

**dotyczy: Pakiet 33, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik od rozmiaru CH8?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63**

**dotyczy: Pakiet 33, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik CH24, lub 26 zamiast 25?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 64**

**dotyczy: Pakiet 33, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z kolorowym konektorem?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 65**

**dotyczy: Pakiet 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50cm x 50m z perforacją co 37,5cm?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 66**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 7**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby łyżka jednorazowa, typ McIntosh w rozmiarze 3 posiadała wymiary odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm);

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 67**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 7**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby łyżka jednorazowa, typ McIntosh była wykonana z nieodkształcającego, niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 68**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 7**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby łyżka jednorazowa, typ McIntosh miała możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta.

**Odpowiedź:Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 69**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 9**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby produkt zawierał dwie „kieszonki” obustronne w pierścieniu uszczelniający dla umieszczenia palca wiodącego zarówno dla praworęcznych oraz leworęcznych operatorów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 70**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 9**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby cewnik był o długości min. 160 cm ze znacznikiem pozycyjnym w postaci czarnej, grubej kreski widocznym na zdjęciu RTG.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 71**

**dotyczy: Pakiet nr 4 - Toaleta drzewa oskrzelowego, Podpunkt 9**

W ramach doprecyzowania, czy zamawiający wymaga, aby worek zbiorczy miał pojemność 1500 ml i zawierał wkładkę z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 72**

**dotyczy: Zadanie 12, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 73**

**dotyczy: Zadanie 12, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo personelu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 74**

**dotyczy: Zadanie 12, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe strzykawek posiadały różne kolory w zależności od rozmiaru, co ułatwi identyfikację produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 75**

**dotyczy: Zadanie 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 76**

**dotyczy: Zadanie 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania krwi, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 77****dotyczy: Zadanie 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga również zaoferowania przedłużaczy w różnych rozmiarach (7cm, 15cm, 25cm, 90cm, 120cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 78****dotyczy: Zadanie 15, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane po 200 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 79****dotyczy: Zadanie 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w dyspenser pozwalający na wyciąganie pojedynczych fartuchów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 80****dotyczy: Zadanie 33, pozycja 5**

Czy w związku z brakiem na rynku cewnika w rozmiarze CH25, Zamawiający dopuści wycenę rozmiaru CH26?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 81****dotyczy: SWZ**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10 -350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź: Czynności dotyczące przygotowania dostawy, transportu leżą po stronie wykonawcy.**

**Pytanie nr 82****dotyczy: SWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

**Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są warunki dostawy.**

**Pytanie nr 83****dotyczy: SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 84****dotyczy: SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury

**Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są warunki dostawy.**

**Pytanie nr 85****dotyczy: SWZ**

Z uwagi na bardzo dużą ilość pakietów w przetargu i bardzo ograniczony czas na rzetelne przygotowanie ofert, prosimy o możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 04.10.2021.

**Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert.**

**Pytanie nr 86****dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopii z otworem o wymiarach 21 x 26,5 mm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 87****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do odsysani z rurki intubacyjnej o długości ok. 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 88****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści system posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45°?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 89****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zamykany port do podawania leków typu LUER?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 90****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do mycia jamy ustnej z funkcją odsysania mikrobiologicznie czystą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 91****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby gąbka do mycia jamy ustnej z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa? W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, szczoteczkę do zębów lub gąbkę z odsysaniem należy traktować jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczone do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym (źródło ssania) klasy IIa lub wyższej (reguła 5 lit.b). Wobec powyższego stanowią one wyroby medyczne klasy IIa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 92****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny pozycji 3 w przypadku, gdy gąbka do mycia jamy ustnej z funkcją odsysania w pozycji 2 posiada zakończenie do podłączenia ssania oraz wyposażona jest w uchwyt z możliwością regulacji odsysania?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 93****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dołączony osobno łącznik typu lejek?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 94****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20-25 ml?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 95****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający ma na myśli łyżki światłowodowe czy też żarówkowe?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 96****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę metalową z podstawą z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 97****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści karbowaną rurę do worka oddechowego o długości 120cm?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 98****dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 99****dotyczy: Pakiet nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści regulację przepływu od 5 do 200 ml/h oznaczoną białymi cyframi na zielonym tle?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 100****dotyczy: Pakiet nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7/10 mm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 101****dotyczy: Pakiet nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nieprzejrzysty konektor?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 102****dotyczy: Pakiet nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 103****dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną w 100% z PCV?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 104****dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarach:

- 4,0mm – długość 340mm;
- 5,0mm – długość 340mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 105****dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 106****dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń karbowaną?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 107****dotyczy: Pakiet nr 29 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści port do odsysania zamykany ręcznie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 108****dotyczy: pakiet nr 22**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 7,8,9,10 11 i dopuści w Poz. 1 Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z igłą, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm, długość 230 cm Poz. 2 Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z igłą, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm, długość 180 cm. Poz 4 Pętla do polipektomii owalne jednorazowe, średnica 2,3 mm, do kanału min. 2,8 mm, długość 230 cm; rozmiar: 10mm,15mm,20mm, 24mm,36mm Poz. 6 Igła biopsyjna do skleroterapii teflonowa, gastroskopowa, w osłonce z tworzywa sztucznego, z metalowym kołnierzem, mechanizm długopisowy, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego o średnicy  $\geq 2,8$  mm, długość narzędzia 230 cm, dostępne długości ostrza igły 5 mm dostępne rozmiary igły: 22G, 25G; jednorazowego użycia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 109****dotyczy: Pakiet 16 poz. 3**

Prosimy o dookreślenie z jaką pompą mają być kompatybilne zestawy do podaży. Do pompy Flocare Infinity czy do pompy Flocare 800?

**Odpowiedź: Zestawy do podaży mają być kompatybilne z pompą Flocare Infinity.**

**Pytanie nr 110****dotyczy: Pakiet nr 5, Poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt jednorazowy z elektrodą nóż, gdzie dł. całkowita elektrody nożowej wynosi 70 mm, a wymiary noża wynoszą 18 x 2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 111****dotyczy: Zad.23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego podkładu chłonnego, min. 4-warstwowego, przeciwoleżynowego, oddychającego, przeznaczonego do absorpcji płynów ustrojowych. Warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Nie rozwarstwia się, nie pęcznieje i nie przywiera do skóry gdy jest mokra. Miękka, włókninowa warstwa zewnętrzna pomaga redukować nacisk na skórę. Superabsorbująca warstwa środkowa z wkładem żelowym, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Pochłaniają zapach i zawilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut. Posiadają zdolność do wielokrotnego pochłaniania płynów, nie przeciekają. Rozmiar 210 x 80 cm, chłonność 4900 ml, potwierdzona przez producenta. Oddychająca, pełnobarierowa, antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor nadruku części spodniej). Kompatybilne z materacami przeciwoleżynowymi typu low airloss. Nadaje się do repozycjonowania pacjenta, obracania go i unoszenia (wytrzymałość do 150 kg). Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 112****dotyczy: Zad.36**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje ostrzy mikrobiologicznie czystych jednorazowych, uniwersalnych, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko nr katalogowy, które są kompatybilne ze strzygarką Medlina będącą na stanie Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje ostrzy uniwersalnej jednorazowych, o szerokości cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. - Kompatybilne ze strzygarką BeCare.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ostrzy mikrobiologicznie czystych jednorazowych, uniwersalnych, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko nr katalogowy, które są kompatybilne ze strzygarką Medlina będącą na stanie Zamawiającego.**



**Pytanie nr 113****dotyczy: pakiet nr 12 poz. 6-9**

Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 114****dotyczy: pakiet nr 12 poz. 6,8**

Czy zamawiający dopuści skalę rozrzerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 115****dotyczy: pakiet nr 12 poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 116****dotyczy: pakiet 17, poz. 1,3,11**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 117****dotyczy: pakiet 17, poz. 1**

czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych? czy zamawiający dopuści komorę kroplową ok. 62 mm? czy zamawiający dopuści przyrząd bez zaczepu na dren?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 118****dotyczy: pakiet 17, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ? czy zamawiający dopuści TS: o objętości komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 119****dotyczy: pakiet 18, poz. 1-2**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz.1-2. Zamawiający dopuszcza najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

**Pytanie nr 120**

**dotyczy: pakiet 24, poz. 1**

czy zamawiający dopuści długość min. 108?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 121**

**dotyczy: pakiet 24, poz. 2**

czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem? czy zamawiający dopuści fartuch niebieski?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem oraz fartuch niebieski.**

**Pytanie nr 122**

**dotyczy: pakiet 30, poz. 1-2,4-6**

Czy zamawiający dopuści wyroby z pulpy (odpowiednio do pozycji) o wymiarach podanych poniżej:

- NERKA 250 mm x 135 mm x 40 mm, o pojemności 700 ml, palowana po 500 szt.?
- BASEN PŁASKI długość: 350 mm ; szerokość: 275 mm ; wysokość: 95 mm ; pojemność: 2000 ml ; pakowanie: 100 sztuk
- KACZKA długość: 250 mm ; szerokość: 115 mm ; wysokość: 115 mm ; pojemność: 800ml / 900 ml ; pakowanie: 100 sztuk
- NOCNIK –MISKA 1 LITR średnica: 250 mm , wysokość: 90 mm , pojemność: 1000 ml, pakowanie 300-400 szt
- MISKA 4 LITRY długość: 320 mm ; szerokość: 260 mm ; wysokość: 107 mm ; pojemność: 4000 ml ;pakowanie: 100 sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 123**

**dotyczy: pakiet 33, poz. 6,9-11**

Czy zamawiający wydzieli poz.6,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 124**

**dotyczy: pakiet 35**

Czy zamawiający dopuści rolki 60cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm, z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

**Pytanie nr 125**

**dotyczy: projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 a-c):

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
  - a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce**
  - b) z tytułu każdorazowej zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad – w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za

każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce**

c) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości 0,5 % wartości brutto złożonego zamówienia, **który został dostarczony niezgodnie , jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto złożonego zamówienia, który został dostarczony niezgodnie**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 126**  
**dotyczy: projektu umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 127**  
**dotyczy: projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „... od dnia uznania reklamacji”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 128**  
**dotyczy: Pakiet 3, pkt. 1**

Czy Zamawiający, jako produkt równorzędny dopuści zestaw 3-światłowy 7F 20cm do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera BJBRAUN, zawierający:

- Cewnik poliuretanowy, ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy – kolorowe oznaczenia poszczególnych kanałów, system mocowania cewnika do skóry dwupunktowy stały i ruchomy
- Prowadnica Nitinolowa (rdzeń niklowo-tytanowy), odporna na zaginięcie
- Igła Seldingera
- Rozszerzadło
- Element blokujący motylek
- Korecz(ek)ki IN Stopper
- Opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym
- Strzykawka 5 ml luer-lock pakowana oddzielnie

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 129**  
**dotyczy: Pakiet 3, pkt. 1**

Czy Zamawiający dla pewnego umiejscowienia cewnika w żyłę górnej głównej bez konieczności poprawiania zestawu po wykonaniu RTG oczekuje, aby zestaw umożliwiał identyfikację położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym przy pomocy obserwacji przedsiorkowego EKG (przewód elektryczny łączący wewnątrz zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 130****dotyczy: Pakiet 3, pkt. 1**

Czy Zamawiający oczekuje, aby każdy kanał zakończony był zastawką dostępu bezigłowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 131****dotyczy: Pakiet 6, pkt. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający opisując w wymaganiach do pakietu 42 poz. 1-7 zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych jako rozszerzony, uzna za taki zestaw zawierający:

- zestaw nalepek na strzykawkę
- Iglę TUOHY G18 1,3x80 mm, ze skalowaniem wtopionym w materiał cewnika, skrzydełkami zintegrowanymi z igłą dla pewnego uchwytu
- Strzykawkę niskooporową 10 ml, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek
- cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z materiału odpornego na załamania, z trzema otworami bocznymi i zamkniętą, miękką końcówką – 20 G x 1000 mm, ze skalowaniem co 1 cm na całej długości
- Filtr 0,2  $\mu$ m, o objętości wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatrzaskiem), pozwalającym na swobodny obrót filtra 360°
- Zatrzaskowy, przezierny łącznik cewnika

Jeśli nie, prosimy o wyspecyfikowanie elementów takiego zestawu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 132****dotyczy: Pakiet 6, pkt. 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby skala do pomiaru dla zachowania swojej zdolności do wielokrotnego wykorzystania, wykonana była ze sztywnego tworzywa sztucznego, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, aby skala do pomiaru dla zachowania swojej zdolności do wielokrotnego wykorzystania, wykonana była ze sztywnego tworzywa sztucznego, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego.**

**Pytanie nr 133****dotyczy: Pakiet 6, pkt. 3**

Czy Zamawiający jako produkt równorzędny dopuści zamiennie w rozmiarze 26G igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym typu Atraucan, z prowadnicą jałową w zestawie, o długości 88 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 134****dotyczy: Pakiet 6, pkt. 3**

Czy Zamawiający jako produkt równorzędny dopuści zamiennie igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 27G/ 88mm? Konstrukcja prowadnicy 22Gx35mm zapewnia maksymalne wykorzystanie długości roboczej igły podpajęczynówkowej, gdzie w innym przypadku staje się koniecznym stosowanie igieł dłuższych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 135****dotyczy: Pakiet 36**

Prosimy o określenie modelu strzygarki, z którą mają współpracować ostrza.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 112.**

### Pytanie nr 136

#### dotyczy: pakiet 10 - poz 1

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Zestaw jednorazowy do strippingu żyłaków kończyn, skład: dwie linki 1m, uchwyt, oliwki 9,5mm; 12,8mm i 15,4mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedzi udzielane w ramach wyjaśnień treści SWZ są bezwzględnie wiążące dla wykonawców i stają się częścią SWZ.**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zmienia treść SWZ w następujący sposób:

#### **1. W zakresie terminu związania ofertą:**

w rozdziale XI pkt 1 zmienia

**Było:** Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.11.2021 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Jest:** Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **05.11.2021 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

#### **2. W zakresie terminu składania ofert:**

W rozdziale XIII pkt 1 zmienia

**Było:** Zgodnie z art. 283 ustawy Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert: do dnia 06.10.2021 r. do godz. 10:00. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

**Jest:** Zgodnie z art. 283 ustawy Pzp zamawiający wyznacza termin składania ofert: do dnia **07.10.2021 r. do godz. 10:00.** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

#### **3. W zakresie terminu otwarcia ofert:**

w rozdziale XIV pkt 1 zmienia

**Było:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 o godzinie 10.15.

**Jest:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2021 o godzinie 10.15.**