



Wrocław, 12 maja 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem systemu do mappingu trójwymiarowego i najmem 10 szt. programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.22.2022

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

#### **Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 20 dopuści do zaferowania elektrodę ablacyjną chłodzoną z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilną z najmowanym systemem elektroanatomicznym 3D, najnowszej generacji z sensorem magnetycznym SE o parametrach: 4 polowa, długość 115 cm, rozmiar 8F, rozstawie elektrod 2-2-2 i typie elektrody 3,5mm, jedno i dwukierunkowa , krzywizny DF, FJ, D, F, J ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

1.