

Piła dnia 11.01.2022 roku

FZP.II-241/02/22/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. **pn. „PROBÓWKI ORAZ NAKŁUWACZE AUTOMATYCZNE”.**

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o parametrach:

- specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem
- prosta intuicyjna obsługa - aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca
- igły sterylizowane promieniami gamma
- mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia
- produkt sterylny
- jednorazowego użytku
- używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu
- dostępny jest w czterech wersjach odpowiadających różnym potrzebom w zakresie wielkości próbki krwi oraz różnym rodzajom skóry pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.