



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-69/20

Tarnów, 2020-10-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę aparatu EKG z wydrukiem badania na formacie A4 3 sztuki oraz aparatów EKG 4 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada możliwość przystosowania do współpracy z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługa zleceń , przewodowo ?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1** - Czy Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała również koszt integracji z systemem PACS ? Jeżeli tak , to jakiej firmy Zamawiający posiada system PACS ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu EKG, który posiada możliwość przystosowania do bezpośredniej współpracy z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń przewodowo LAN.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje integracji zaoferowanych aparatów EKG z systemem PACS. Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.23 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów EKG, które mają mieć możliwość przystosowania do bezpośredniej współpracy z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń; przewodowo LAN i bezprzewodowo Wi-Fi (z uwzględnieniem odpowiedzi Ad.1), tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane aparaty EKG w przyszłości mogły bezpośrednio współpracować z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń; przewodowo LAN i bezprzewodowo Wi-Fi (z uwzględnieniem odpowiedzi Ad.1).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Bósek