

Świętoszów 01.07. 2021r.

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup wraz z transportem i wniesieniem do magazynów leków, medycznych środków materiałowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla 43 wojskowego Oddziału Gospodarczego” numer postępowania: **22/23/PN/2021**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniższą treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się z pytanie, do jakiego modelu i marki defibrylatora AED Zamawiający potrzebuje elektrod?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga elektrody do defibrylatora AED ZOLL CPR-D- PADZ.

#### **Pytanie 2**

„ Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie zestawu automatycznego wkłucia doszypikowego NIO, który umożliwi niezwykle szybki i łatwy dostęp naczyniowy w kilkanaście sekund? Produkt posiada nr NSN 6515-01-667-2884 i charakteryzuje się poniższymi parametrami:-dostęp na kończynach górnych i dolnych (4 alternatywne miejsca wkłucia), dzięki czemu, gdy założone jest wkłucie jest możliwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa,- igła doszypikowa w wejściem typu LUER,- w zestawie stabilizator igły i naklejka samoprzylepna do zabezpieczenia miejsca wkłucia,- automatyczny mechanizm wbijający igłę na odpowiednią głębokość,- urządzenie umożliwia łatwe wyciągnięcie igły infuzyjnej z kości, gdy dostęp jest już zbędny,- minimum treningu z obsługi w związku z automatycznym działaniem,- trwałe, małe i lekkie opakowanie (około 100g), odporne na wilgoć.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na wkłucia doszypikowego **NIO**.

### **Pytanie 3**

„Czy w związku z modyfikacją przez producenta parametrów opisanej latarki czołowej, Zamawiający dopuści produkt, który spełnia parametry OPZ, lecz posiada inny czas świecenia (tryb standardowy – czas świecenia 11 h 30 min, tryb MAX – 9h)?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na latarkę czołową spełniającą parametry opisane w OPZ (tryb standardowy – czas świecenia 11 h 30 min, tryb MAX – 9h)

### **Pytanie 4**

„Prosimy o potwierdzenie, iż dokument wskazany w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dotyczy wyłącznie pakietu nr 1, w którym Zamawiający opisał produkty lecznicze. Dla pozostałych pakietów, w których nie ma leków Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę powyższego zezwolenia.”

### **Odpowiedź:**

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dotyczy wyłącznie zadania nr 1

## **CZĘŚCI NR 2 - MATERIAŁY**

### **Pytanie 5**

„Do jakiego defibrylatora mają być przeznaczone elektrody wskazane w pozycji nr 7?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga elektrody do defibrylatora AED ZOLL CPR-D- PADZ.

### **Pytanie 6**

„Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hydrożelu w butelce WaterJel 120ml?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania hydrożelu w butelce WaterJel 120ml.

## Pytanie 7

„Czy w pozycji nr 13 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego zgodnego z załączonym WET poz. 31 tj. opatrunek hydrożelowy w wersji militarnej w rozmiarze 10 x 40 cm?”

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na opatrunek hydrożelowy w wersji militarnej w rozmiarze 10 x 40 cm.

## Pytanie 8

„Czy w pozycji nr 14 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego twarzowego zgodnego z załączonym WET poz. 31 tj. opatrunek hydrożelowy w wersji militarnej w rozmiarze 28 x 49 cm?”

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na opatrunek hydrożelowy w wersji militarnej w rozmiarze 28 x 49 cm.

## Pytanie 9

„Czy w pozycji nr 17 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkłucia doszpikowego BIG, NIO lub EZ-IO, gdyż wkłucia doszpikowe FAST, które są opisane w WET są niedostępne i nieznana jest data ich ponownej dostępności?”

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na wkłucia doszpikowego **BIG, NIO.**

## Pytanie 10

„Czy w pozycji nr 20 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu równoważnego tj. „

### Odpowiedź:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie zadanego pytania

**Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

**/-/ Violetta BIAŁECKA**