

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 15.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Część V – Zadanie V

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z kolorowym, wysokiej rozdzielczości, ekranem LCD 4,3”, rozdzielczość: 480x272?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza ekranu LCD o wielkości 4,3”. Dopuszcza ekran o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240.

Pytanie nr 2:

Część V – Zadanie V

Czy Zamawiający dopuści Aparat z zapisem na papierze termicznym o wymiarach 100 x 150 mm, składanka?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga parametrów podanych w OPZ w pkt. 12. Nie dopuszcza aparatu z zapisem na papierze termicznym o wymiarach 100 x 150 mm, składanka.

Pytanie nr 3:

Część V – Zadanie V

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości zapisu wstecznego przebiegu EKG?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga parametrów podanych w OPZ w pkt. 15. Nie dopuszcza aparatu bez możliwości zapisu wstecznego przebiegu EKG.

Pytanie nr 4:

Część V – Zadanie V

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości prowadzenia długiego zapisu w pamięci aparatu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga parametrów podanych w OPZ w pkt. 16. Nie dopuszcza aparatu bez możliwości prowadzenia długiego zapisu w pamięci aparatu.

Pytanie nr 5:**Część V – Zadanie V**

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z filtrem zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej, Cyfrowym filtrem zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza Aparat EKG z filtrem zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej, Cyfrowym filtrem zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.

Pytanie nr 6:**Część V – Zadanie V**

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości bezpośredniego drukowania na drukarce laserowej i automatycznego testu aparatu?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wymaga parametrów podanych w OPZ w pkt. 28. Nie dopuszcza aparatu bez możliwości bezpośredniego drukowania na drukarce laserowej i automatycznego testu aparatu.

Pytanie nr 7:**Część V – Zadanie V**

Czy Zamawiający dopuści Aparat o wadze: z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka - poniżej 1,9 kg?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze większej o 20% od podanej w OPZ. Podana waga w OPZ obejmuje wyposażenie wymienione w pkt. 32, nie dotyczy pkt. 33.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – zaznaczą wagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY