

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 59/23

Lublin, dnia 09.05.2023r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych.”

- I. **Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

Pytanie Nr 1

Ad. Parametry graniczne i jakościowe

Czy Zamawiający dopuści analizator, którego konstrukcja i sposób pracy nie wymaga automatycznego podajnika próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pod pojęciem automatycznego podajnika Zamawiający ma na myśli możliwość wstawienia statywu z próbkami do analizatora i automatycznego (bez udziału operatora) rozpipetowania osocza celem wykonania badań.