



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 15.04.2019 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-11/03/18 Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do diagnostyki z zakresu immunochemii i biochemii wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji/sprostowania udzielonej odpowiedzi na **pytanie nr 7** - udzielonej w dniu 10.04.2019r. która otrzymuje brzmienie:

Pytanie brzmiało: „Pytanie nr 7. Pakiet nr 1.

Czy Zamawiający dopuści analizatory, które tworzą krzywą kalibracyjną na podstawie punktów kalibracyjnych w procesie kalibracji? Zgodnie z najlepszą wiedzą diagnostyczną jest to proces, w którym użytkownik reaguje na zmienne warunki środowiskowe dla danego laboratorium oraz ma możliwość pełnej kontroli procesu kalibracji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź otrzymuje brzmienie: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów, które tworzą krzywą kalibracyjną na podstawie punktów kalibracyjnych w procesie kalibracji. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania w kolumnie wartość oferowana formularza parametrów technicznych należy wpisać – „*dopuszczono zgodnie z odpowiedziami na zapytania wykonawców*”

**Z-ca Dyrektora
d/s Techniczno-Logistycznych
Mariusz Moczulski**

Sporządził w 1 egz. – MM
Egz. nr 1 - a/a
Otrzymują: uczestnicy postępowania /
zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie