

Konin, 03.11.2023 r.

**WSZ-EP-53/1354/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Oddziału Rehabilitacji i Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej w urzędzenia robotyczne do rehabilitacji”, nr sprawy WSZ-EP-53/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Czy zamawiający dopuści termin dostawy do 30.11.2023?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dla wszystkich pakietów. W związku z tym Zamawiający zmienia treść SWZ - w rozdziale VI. oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - w par. 3. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 o tym, że uruchomienie sprzętu musi odbyć się do 29.04.2024r. zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się aby dostawa sprzętu odbyła się w wymaganym terminie, jednak uruchomienie oraz szkolenie odbyły się zgodnie z terminem wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia tj. do 29.04.2024r.? W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem oraz wymogami jakimi rządzą się szkolenia certyfikowane (określony czas trwania min. 6h itd.), profesjonalne jakościowo szkolenie z obsługi sprzętu nie jest możliwe do wykonania podczas dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 3

Dotyczy: **Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Powołując się na zapisy konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 sugerujemy złożenie wniosku o wydłużenie okresu realizacji do standardowo przyznanego większości placówek 20.12.2023. W przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, wnosimy o wydłużenie terminu dostawy sprzętu o adekwatny czas.

Czy zamawiający wydłuży zatem termin dostawy do 20.12.2023 – terminu podanego w Tabeli konkursu Ministerstwa Zdrowia nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. W przypadku uzyskania zgody przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy, modyfikując SWZ.

### Pytanie nr 4

Dotyczy: **Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Czy Zamawiający zmieni termin płatności na “płatność do 20.12.2023r.”?

W związku z warunkami konkursu FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 oraz wzorem umowy, który Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dokumentacji konkursowej Beneficjent jest zobligowany do w/w terminu przez § 2. pkt.5:

“Beneficjent jest obowiązany do wykorzystania dotacji w sposób określony w art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w terminie nie dłuższym niż do dnia 20 grudnia 2023 r.”

oraz pkt. 12:

“Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty należności dostawcy urządzeń robotycznych w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 5

Dotyczy: **Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu urządzenia do stosowanej zwyczajowo kary tj. 0,1-0,5% wartości za dzień opóźnienia? Zastosowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 6

Dotyczy: **Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji jakichkolwiek prac, o których mowa w § 4, innych niż dostawa do stosowanej zwyczajowo kary tj. 0,1-0,5% wartości za dzień opóźnienia? Zastosowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 7

Dotyczy: **Pakiet 1 – Egzoszkielet dla dorosłych – 1 szt.**

Czy zamawiający zgodni się na czas naprawy maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii, wady lub usterki albo maksymalnie 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii, wady lub usterki w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę konieczności importu części zamiennych z zagranicy. Podane przez zamawiającego terminy wykonania napraw są rażąco krótkie w szczególności jak chodzi o import części.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w par. 5 ust. 6. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*Sporządziła: Elżbieta Marcinkowska  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 240 -41-33*