



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 802/12/2024

Chrzanów, 12.12.2024r.

## Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla ZDL Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 128/2024.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w **pakiecie 21** w formularzu asortymentowo-cenowym podane ilości w kolumnie „Ilość op.” są jedynie przykładowe i Zamawiający wymaga zaoferowania odpowiedniej ilości opakowań odczynników do podanej liczby badań?

**Odp.: Tak, z przeliczeniem ilości.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że we **wzorze umowy § 4** Dostawa odczynników pkt 5 (załącznik nr 4 do SWZ) doszło do omyłki i w rzeczywistości Zamawiający wymaga, aby termin przydatności odczynników wynosił minimum 9 miesięcy, a dla odczynników krwinkowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy, co opisano w pkt 14 Arkusza Informacji Technicznych dla pakietu nr 21 (załącznik nr 9 do SWZ)?

**Odp.: Zgodnie z swz – zał. nr 9 do swz (AIT).**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt 11 kosztorysu cenowego dla **pakietu nr 21**, Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wyceny zestawów do zewnętrznej kontroli jakości?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

4. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca ma Podwykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia oraz – jeśli Zamawiający wyrazi zgodę – czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą formę rozliczeń: Podwykonawca wystawia fakturę na rzecz Wykonawcy i równocześnie zgłasza ją Zamawiającemu do potrącenia z wynagrodzenia od Wykonawcy, jakie w ramach realizacji kontraktu, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy.

**Odp.: Nie. Jedynym podmiotem jaki może wystawić fakturę VAT na Zamawiającego, jest wybrany w postępowaniu Wykonawca.**

5. **Dot. Formularza cenowego Pakiet 7** : Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd serwisowy zgodnie z wymaganiami producenta aparatu na czas trwania umowy” – Czy Zamawiający wyszczególni w tabeli asortymentowej przegląd serwisowy w ilości 3 szt. (1 x w roku) ?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

6. **Dot. Pakiet 7, zał. nr 2 do SWZ**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po pozycji 4,5,6 numerów katalogowych nowych, ulepszonych kart antybiogramowych, które będą dostępne w roku 2025 ? Dokładna informacja o dacie zamiany będzie podana w trakcie trwania umowy i będą zastępowały dotychczasowe karty wymienione w pozycji 4,5 z takim samym zastosowaniem tożsamą ceną za test.

**Odp.: Zgodnie z swz.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

7. **Par 4 pkt 6 umowy** – Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do faktury oświadczenia dotyczącego pozycji których aktualnie będzie brak na magazynie i wskaże adres email, na który Wykonawca prześle automatycznie informację o brakujących pozycjach? Wykonawca nie ma technicznych możliwości do przygotowywania oświadczenia o brakach ilościowych.  
**Odp.: Tak, dopuszczamy przesyłanie informacji w tym zakresie na adres e-mail: [laboratorium@spch.home.pl](mailto:laboratorium@spch.home.pl)**
8. **Pytania do umowy: §4 ust. 10** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca udostępni Zamawiającemu w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem [www. ....](http://www. ....) lub dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy karty charakterystyki, ulotki w języku polskim, aplikacje i pozostałe wymagane w arkuszu wymagań do pakietów dokumenty”? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwi obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.  
**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.**
9. **Pytania do umowy: §4 ust. 12** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie dostawy wadliwego produktu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad do 3 dni roboczych licząc od dnia uwzględnienia reklamacji”?  
**Odp.: Zgodnie z swz.**
10. **Pytania do umowy: §8 lit. a** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „co najmniej trzykrotnej nieterminowej dostawy odczynników w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy przekraczającej każdorazowo co najmniej 2 dni robocze”?  
**Odp.: Zgodnie z swz.**
11. **Pytania do umowy: §8 lit. d** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu? Uzasadnienie: Zgodnie z brzmieniem §3 ust. 5 Umowy, Zamawiający dopuszcza przesyłanie FV w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Ponadto stosownie do ust. 6 §3 Umowy Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia wraz z towarem dokumentu dostawy przy jednoczesnym dostarczeniu do Zamawiającego faktury w terminie do 5 dni liczonych od daty dostawy. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w żadnym postanowieniu umowy nie wymaga doręczenia FV wraz z towarem, co więcej Zamawiający przewiduje różne formy dostarczenia FV przedmiotowy zapis powinien ulec wykreśleniu.  
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w umowie lit. d w §8.**
12. **Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1A, pozycji 20 oraz z pakietu nr 8 poz. 22,23 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozzerwalnie związane.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**13. Pytanie nr 2, pakiet nr 8:** Czy Zamawiający w poz. nr 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie innego konfekcjonowania produktu i zaoferowanie przez wykonawcę wymaganą ilość sztuk w zaokrągleniu do pełnego opakowania, to jest 108 opakowań?

**Odp.: Tak.**

**14. Pytanie nr 3, pakiet nr 8:** Czy Zamawiający w poz. nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie innego konfekcjonowania produktu i zaoferowanie przez wykonawcę 55 opakowań produktu?

**Odp.: Tak.**

**15.** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

**Odp.: Tak.**

**16. Pakiet 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza asortymentowo-cenowy poprzez dodanie kolejnych wierszy w celu wyszczególnienia niezbędnych odczynników do wykonania Morfologii i rozmazu ?

**Odp.: Tak.**

**17. Pakiet 11 i 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Formularza asortymentowo-cenowy poprzez dodanie kolejnych wierszy w celu wyszczególnienia niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli?

**Odp.: Tak.**

**18. Pakiet nr 11A, 11B** Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wyposażony w komputer z systemem operacyjnym Windows, baza danych na 50.000 wyników pacjentów wraz z histogramami oraz wykresami typu scattergram

**Odp.: Tak.**

**19. Pakiet 12:** Formularz asortymentowo cenowy poz. 82 czy Zamawiający wymaga dzierżawy 1 zintegrowanego systemu?

**Odp.: Dwóch zintegrowanych systemów.**

**20. Pakiet 12:** Prosimy o potwierdzenie, że wymóg "Wydajność maksymalna min. 400 testów fotometrycznych i min. 400 testów ISE na godzinę" odnosi, się do wydajności analizatora przy jednoczesnym wykonywaniu badań fotometrycznych i ISE.

**Odp.: Tak.**

**21. Pakiet 12:** Czy Zamawiający wymaga, aby kalkulując ilość oferowanych opakowań odczynników kierować się jedynie zapisami w kolumnie „ilość badań” oraz „ilość opakowań” przy założeniu, że zaoferowane ilości opakowań odczynników zapewniają możliwość wykonania liczby oznaczeń nie mniejszej niż podana w



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

kolumnie „ilość badań” i nie należy doliczać żadnych dodatkowych opakowań odczynników.

**Odp.: Tak.**

**22.Pakiet 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

**Odp.: Tak.**

**23.Pakiet 12:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej i dodatkowych elektrod referencyjnych. Płyny i dodatkowe elektrody referencyjne są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej.

**Odp.: Tak.**

**24.Pakiet 12:** W związku z zapisem „Zintegrowany system immunochemiczno biochemiczny wraz z sorterem próbek” czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie systemy pochodziły od jednego producenta?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**25.Pakiet 12:** Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWZ minimalna wydajność analizatora biochemicznego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**26.Pakiet 12:** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**27.Pakiet 12:** Czy w związku z zapisem „Maksymalna wielkość opakowania odczynnika wstawianego na pokład analizatora nie większa niż 60 testów” Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym jedynie dwa odczynniki (TSH i HIV) posiadają wielkość opakowania wstawianego na pokład analizatora 100 testów?

**Odp.: Tak.**

**28.Pakiet 12:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku możliwości kontroli danego parametru za pomocą kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odp.: Tak.**

**29. Pakiet 12:** W zawiązku z zapisem „W przypadku konieczności weryfikacji wyników wątpliwych koszty weryfikacji wraz z transportem próbek pokrywa Wykonawca.” prosimy o podanie informacji jakich badań będzie dotyczyła weryfikacja?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**30. Pytania do umowy:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**31. Pytania do umowy:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**32. Pytania do umowy: §4 ust. 11** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku dostaw niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na zgodny z zamówieniem w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji – dotyczy to również zwrotu towaru, o ile Zamawiający umożliwi Wykonawcy wcześniejszy odbiór zwracanego towaru.”

**Odp.: Zgodnie zapisami wzoru umowy.**

**33. Pytania do umowy: §4 ust. 12** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie dostawy wadliwego produktu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

**34. Pytania do umowy: §4 ust. 13** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Podaną w załączniku do umowy ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, niezbędną do przeprowadzenia postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowania całej pozycji, gdy zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 90% ogólnej wartości umowy.”

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

**35. Pytania do umowy: §5 ust 1 pakiet 11 i 12** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów na 28 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenia?



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

- 36. Pytania do umowy: §5 ust. 4** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w formie e-mailowej, Wykonawca na swój koszt usunie awarię. Jeśli w tym czasie aparat nie zostanie naprawiony, Wykonawca zapewni wykonanie badań w innym laboratorium”?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.  
lub**

**§5 ust. 4** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w formie e-mailowej, Wykonawca na swój koszt usunie awarię. Jeśli w tym czasie aparat nie zostanie naprawiony, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, o parametrach równoważnych lub lepszych, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od upływu terminu naprawy.”

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 37. Pytania do umowy: §5 ust. 3** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Ujawnienie w trakcie czynności odbioru wad w którymkolwiek z urządzeń uniemożliwiających korzystanie zgodnie z przeznaczeniem skutkować będzie odmową podpisania protokołu odbioru w odniesieniu do wadliwego urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego opisu wady od Zamawiającego, dokonać wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad. Prawidłowość wykonania czynności wymiany potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wolnego od wad lub dostarczenia urządzenia niezgodnego z wymaganiami określonymi w Arkuszu Informacji Technicznych (AIT), Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną określoną w §7 ust. 2 pkt c niniejszej umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie co najmniej 14 dni.”

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 38. Pytania do umowy: §7 ust. 2 lit. a** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej kwoty 20 zł?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 39. Pytania do umowy: §7 ust. 2 lit. b** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej kwoty 20 zł?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 40. Pytania do umowy: §7 ust. 2 lit. c** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 41. Pytania do umowy: §7 ust. 2 lit. d** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

- 42. Pytania do umowy: §7 ust. 2 lit. e** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto?

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

43. **Pytania do umowy: §7 ust. 5** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy?  
**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**
44. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-7, 12, 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  
**Odp.: Tak.**
45. Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §3 ust. 6 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy".  
**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**
46. **Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 4** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy dla pakietu nr 9 w następujący sposób: "W terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w formie e-mailowej, Wykonawca na swój koszt usunie awarię. Jeśli w tym czasie aparat nie zostanie naprawiony, Wykonawca pokryje koszt badań wykonanych na zewnątrz placówki", co będzie następstwem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia wymagań w załączniku nr 9.  
**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy.**
47. **Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 10** – Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od wymogu dostarczania wskazanych dokumentów w zamian za Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty i szybki sposób pobrać potrzebne dokumenty.  
**Odp.: Tak, zgodnie z odp. na pytanie nr 8 w niniejszym piśmie.**
48. **Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit. c** – Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację umowy w następujący sposób: „w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wolnego od wad lub dostarczenia urządzenia niezgodnego z wymaganiami określonymi w Arkuszu Informacji Technicznych (AIT), o którym mowa w §1 ust. 2 umowy - w wysokości 1 % wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki”  
**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**
49. **Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit. d** - Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację umowy w następujący sposób: „za przekroczenie przez Wykonawcę terminu związanego z usunięciem awarii lub niedostarczeniem urządzenia zastępczego wolnego od wad - w wysokości 0,5% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki”  
**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

50. **Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 5** - Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

**Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.**

51. **Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 3** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

**Odp.: Tak.**

52. **Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 4** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

**Odp.: Tak.**

53. **Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 5** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

**Odp.: Tak.**

54. Prosimy o wydzielenie **poz. 8-11 i 13 z pakietu nr 2** w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu lub o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 2. Asortyment w **poz. 8-11 i 13 z pakietu nr 2** stanowiący zestawy do identyfikacji patogenów i surowice nie jest powiązany z pozostałym asortymentem, stanowiącym testy immunochromatograficzne. Ujednoczenie asortymentu zwiększy konkurencję asortymentowo-cenową, co przełoży się na obniżenie cen ofert przetargowych. Pozostawianie pakietu nr 2 w obecnym kształcie drastycznie ogranicza konkurencję, blokując możliwość złożenia oferty większości podmiotów posiadających w swoim portfolio testy immunochromatograficzne.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

55. Czy w **Pakiecie nr 2 poz. 2, 3, 4** Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 10 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

**Odp.: Tak.**

56. Czy w **Pakiecie nr 2 poz. 5** Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

**Odp.: Tak.**

57. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 70 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

58. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2** - czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 70 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

59. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 70 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

60. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 50 opakowań po 20 szt.?





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Odp.: Tak.**

61. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 100 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

62. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 60 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

63. **Dotyczy pakietu nr 2 poz. 14** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne konfekcjonowanie opakowań – na zaoferowanie 50 opakowań po 20 szt.?

**Odp.: Tak.**

64. **Dotyczy pakietu nr 2** czy Zamawiający wyrazi wydzieli pozycje 8, 9, 10, 11, 13 do osobnego pakietu?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08.00 – 16.00? Wykonawca ma podpisaną umowę z firmą kurierską, która na terenie Zamawiającego gwarantuje dostawy w powyższych godzinach.

**Odp.: Tak.**

66. **Dotyczy zapisu umowy:** „W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie Wykonawcy w całości lub tylko w niektórych pozycjach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo załączyć do faktury oświadczenie o jego braku”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na informację znajdującą się na fakturze? Wykonawca korzysta z systemu, który bezpośrednio generuje informację na dokumencie sprzedaży o niezrealizowanej części zamówienia.

**Odp.: Tak.**

67. **Dotyczy: Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych:** Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga zaoferowania podłoża, które jest przeznaczone do wykrywania oporności czy do identyfikacji?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

68. **Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach w pozycjach nr 2, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27 w opakowaniach po 10 sztuk?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

69. **Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy? Podłoże ze względu na dodatek krwi ma krótszy termin ważności.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

70. **Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycjach nr 16 i 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży które nie są przeznaczone do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**71. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża chromogenne?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**72. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu po 50 sztuk, tym samym zaoferowanie 11 takich opakowań?

**Odp.: Tak.**

**73. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu po 50 sztuk, tym samym zaoferowanie 300 takich opakowań?

**Odp.: Tak.**

**74. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu po 50 sztuk, tym samym zaoferowanie 200 takich opakowań?

**Odp.: Tak.**

**75. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu po 50 sztuk, tym samym 60 takich opakowań?

**Odp.: Tak.**

**76. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający w pozycji nr 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika EDTA o stężeniu 0,5 M?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

**77. Pakiet nr 1A Podłoża do badań mikrobiologicznych** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań dot. pakietu nr 1a? Jeżeli tak, to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilości przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odp.: Tak, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania handlowego w górę.**

**78. Dotyczy pakietu 1B:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowanym laserem o częstotliwości 1-60 Hz, z gwarancją lasera na 400 milionów strzałów bez możliwości zaoferowania stałego lasera o częstotliwości 1-200Hz?

**Odp.: Tak.**

**79. Dotyczy pakietu 1B:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

z gwarancją lasera na 400 milionów strzałów, a nie na 2 miliardy strzałów?  
Uzasadnienie: Oferent gwarantuje, że Zamawiający będzie mógł wykonać wymaganą ilość identyfikacji w okresie 36 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wymianą lasera. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej i najbardziej ekonomicznej oferty cenowej.

**Odp.: Tak.**

80. **Dotyczy pakietu 1B:** Prosimy o doprecyzowanie czy w punkcie Pompa próżniowa - :2:300 US Zamawiający wymaga pompy z prędkością pompowania  $\geq 300$  l/s?

**Odp.: Tak.**

81. **Dotyczy pakietu 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie testy immunochromatograficzne były wyposażone w indywidualne próbki z buforem, wyposażone w odkręcany korek i nakraplacz?

**Odp.: Tak.**

82. Prosimy o wyrażenie zgody na inne konfekcjonowanie:

- **D-Dimer EKO Kontrola NORMAL**
- **D-Dimer EKO Kontrola ABNORMAL L**

Z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane tj.

- zamiast zestawu 10x1 ml w ilości 15 proponujemy zestaw 5x 1 ml w ilości 30.

**Odp.: Tak.**

- **D-Dimer EKO Kalibrator**

Z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane tj.

- zamiast zestawu 10x1 ml w ilości 2 proponujemy zestaw 5x 1 ml w ilości 4.

**Odp.: Tak.**

83. Czy Zamawiający w **pakiecie 1B** wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora posiadającego laser ciała stałego o częstotliwości 1-1200Hz? Uzasadnienie: Proponowany laser ciała stałego o częstotliwości 1-1200Hz zapewnia większą dokładność pomiarów oraz dłuższą żywotność lasera, co przekłada się na wyższą efektywność pracy urządzenia oraz mniejsze koszty eksploatacyjne w dłuższym okresie użytkowania.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

84. Prosimy o doprecyzowanie parametru z **pakietu 1B** „Czas stosowania i wprowadzenia: mniej niż 50 sekund”. Czy Zamawiający ma na myśli czas od umieszczenia płytki w analizatorze do rozpoczęcia procesu identyfikacji, który poprzedzony jest wytworzeniem próżni? Uzasadnienie: Precyzyjne zrozumienie tego parametru pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do wymagań Zamawiającego oraz uniknięcie niedoprecyzowań, które mogłyby wpłynąć na jakość realizacji zamówienia.

**Odp.: Zgodnie z swz.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

85. Czy Zamawiający w **pakiecie 1B** wyrazi zgodę na zaproponowanie reagenta matrycowego w stabilnej formie, który należy przechowywać w temperaturze 2-8°C?

**Odp.: Zgodnie z swz.**

86. Prosimy o doprecyzowanie parametru z **pakietu 1B**: „Płytką docelowa wielokrotnego użytku oddzielona celem zapobiegania korozji tacy docelowej podczas czyszczenia”. Czy Zamawiający przez płytkę docelową rozumie płytkę na której umieszcza się kolonie? Prosimy również o doprecyzowanie czym jest taca docelowa i od czego ma być oddzielona? Uzasadnienie: Doprecyzowanie definicji tych elementów jest kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania systemu oraz dostosowania oferty do wymagań technicznych Zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

87. Czy Zamawiający w **pakiecie 1B** odstąpi od wymogu podstawki z funkcją podgrzewania, która ułatwia nanoszenie i przyspiesza proces suszenia? Uzasadnienie: W ramach spełnienia wymogu przyspieszenia procesu suszenia, dołączymy do urządzenia termoblok, który skutecznie spełnia rolę podgrzewania.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

88. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie **pakietów 1A i 1B** i stworzenie dwóch różnych zadań? Uzasadnienie: W obecnym kształcie, pakiety 1A i 1B sugerują, że jeden oferent musi posiadać zarówno spektrometrię masową, jak i podłoża. Taki zapis może ograniczać konkurencję i uniemożliwić składanie ofert przez inne podmioty, mimo że spełniają one pozostałe techniczne wymagania. Rozdzielenie pakietów umożliwi większą konkurencyjność, a także zapewni zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP), w szczególności z art. 22 ust. 1, który stanowi, że zamówienia publiczne powinny być udzielane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję oraz w sposób umożliwiający dostęp do rynku możliwie najszerzej liczbie wykonawców. Zastosowanie takiej procedury zapewni transparentność oraz pełne przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców.

**Odp.: Zgodnie z swz.**

89. Czy Zamawiający w **pakiecie 1B** wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o wymiarach 450 mm (szer.) x 705 mm (głęb.) x 1280 mm (wys.) oraz wadze 110 kg, zamiast wymaganych wymiarów 490 mm (szer.) x 800 mm (głęb.) x 1215 mm (wys.) i wadze 116,1 kg? Uzasadnienie: Proponowane przez nas urządzenie ma wymiary, które są mniejsze niż wymagane (szerokość o 40 mm mniejsza, głębokość o 95 mm mniejsza, a wysokość o 5 mm mniejsza). W związku z tym, urządzenie z łatwością zmieści się w przestrzeni przewidzianej przez Zamawiającego. Dodatkowo, nasza propozycja wagi 110 kg jest o 6,1 kg lżejsza niż wymagane 116,1 kg, co również nie wpłynie na jego funkcjonalność. Taka różnica w parametrach nie ma wpływu na zdolność urządzenia do realizacji zamierzonych zadań, a doprecyzowanie wymiarów i wagi w specyfikacji może wskazywać



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

---

konkretnego oferenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1). Dopuszczenie naszej oferty pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, co przyniesie Zamawiającemu korzyści finansowe, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji, gdzie ceny dyktowane są przez jednego dystrybutora.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

***Z poważaniem***