



Znak: AE/ZP-27-09/22

Tarnów, 2022-02-14

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Pragnę zapytać Zamawiającego, czy umożliwi konkurencję wszystkim uczestnikom poprzez traktowanie prawa jako nadrzędnego nad zapisami postępowania oraz nie popieranie nielegalnej monopolizacji poprzez zgodę na wymóg dostarczania autoryzacji dystrybutorskiej?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy zamawiający zgodzi się na uczciwe pozostawienie ww pozycji w nienaruszonym stanie, co umożliwi udział większości wykonawców zapewniając uczciwą konkurencję?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu wykonanego ze stali nierdzewnej?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki do oznaczania glukozy na 2,5 ml?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki do koagulologii na 2,5 ml krwi z zawartością 0.25 ml cytrynianu sodu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki pediatrycznej EDTA K2 na 1,5 ml krwi z przekłuwanym korkiem?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu na 0.8 ml krwi?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu na 1,6 ml krwi?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści kapilarya heparynowane, sodowe pojemność 100-120 µl, długość 125 mm, średnica zewnętrzna 1,6 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 20.** Czy Zamawiający dopuści próbki plastikowe typ FALCON, z nakrętką, o pojemności 50 ml, 115x28 mm, stożkowe, z możliwością postawienia, sterylne?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zestaw CYTOSET do badania płynu mózgowo-rdzeniowego (wkładki CYTO, szkiełka mikroskopowe podstawowe, bibułki filtracyjne, próbki) był kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego cyto-wirówką CELLSPIN I w celu możliwości ciągłej pracy?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiającego wymaga, aby zaoferowane bibułki do zestawów CYTOSET posiadały średnicę 6 mm i tym samym były kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego cyto-wirówką CELLSPIN I w celu możliwości ciągłej pracy?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek w parafinie; długość – 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość – 8 mm, kąt ostrza 35°; wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji (ostrza o podwyższonej twardości) z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki (licząc odległość od środka otworu do brzoju żyłki).
14. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych przeznaczonych do cięcia tkanek zamrożonych w kriostacie – długość 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość 8 mm, kąt żyłki 35°, wykonane ze stali nierdzewnej.

15. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – zamawiający wymaga aby produkty z pakietu nr 7 – były wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro i posiadały stosowne dokumenty – Deklaracja CE IVD. Zgodnie z załącznikiem VIII w/w rozporządzenia (Reguły klasyfikacji) punkt 2.5 (reguła 5) pojemniki na próbki należą do klasy A wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
16. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 i 2.** Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia żyłek z pozycji 1 i 2 - skrawanie konkretnego rodzaju materiału w określony sposób – Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty pochodziły od jednego producenta oraz dla potwierdzenia posiadały naniesioną nazwę producenta na każdym nożyku?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy ze względu na przeznaczenie żyłek - skrawanie materiału parafinowego na mikrotomie – Zamawiający wymaga aby żyłki były wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji platerowanej platyną z dodatkową powłoką żywiczną?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy ze względu na przeznaczenie żyłek – skrawanie świeżego materiału w kriostacie – Zamawiający wymaga aby żyłki były wykonane ze stali węglowej (niestopowej) bez dodatkowych powłok i pokryć?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – Czy Zamawiający oczekuje żyłek mikrotomowych wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu)?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający wymaga aby dla produktów z zadania 9 oferent posiadał autoryzację wydaną przez producenta, upoważnionego (autoryzowanego) przedstawiciela lub importera potwierdzającą możliwość oferowania tych wyrobów na terenie RP
21. **Dotyczy pkt 22.1 SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?
22. **Dotyczy pkt 22.13 SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści pałeczki o śr. 2,5 mm, spełniające pozostałe wymagania?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści probówki Eppendorf z dnem soczewkowym, spełniające pozostałe wymagania?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 23.** Czy Zamawiający dopuści kamery Pentasquare z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA - 10 miejscowe (na 10 badań) o pojemnościach : 0,5 ul na całej siatce, 0,1 ul wewnątrz każdego z 5 kwadratów o boku 1 mm, 0,0111 ul wewnątrz każdego z 45 małych kwadratów o boku 0,333 mm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13 i 14.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13 i 14 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 lejka szklanego o średnicy górnej 55mm.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w pozycji 8 oczekuje szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D 263 M o składzie: dwutlenek krzemu (SiO₂) – 64,1%, tlenek boru (B₂O₃) – 8,4%, tlenek glinu (Al₂O₃) – 4,2%, tlenek sodu (Na₂O) – 6,4%, tlenek potasu (K₂O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO₂) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb₂O₃) – 0,1%?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 24.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 24 szczoteczki ze szczeciny z bawełnianą główką o średnicy 20mm
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-11.** Prosimy zamawiającego o wydzielenie asortymentu ujętego w pozycjach 8-11 i utworzenie osobnego pakietu.



31. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 – 4 kasetek histopatologicznych z 80 otworami w obu częściach kasetek, z otworami o wymiarach 1,6mm x 1,6mm, pozostałe parametry bez zmian.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 – 4 kasetek histopatologicznych z 56 otworami w podstawie kasetki i 62 w przykrywce, z otworami o wymiarach 1mm x 5mm, pozostałe parametry bez zmian.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5-6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 - 6 kasetek biopsyjnych z przykrywką połączoną na zawiasie, z wewnętrzną komorą o wymiarach 22mm x 19mm, pozostałe parametry bez zmian.
34. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 kasetek biopsyjnych z 168 otworami w podstawie kasetki i 164 w przykrywce, z otworami o wymiarach 1mm x 1mm, pozostałe parametry bez zmian.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały etykietę z miejscem na dane. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:
- a. sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”
- Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:
- a) Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.
- b) Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”
36. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. nr 3 atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia, kolor zielony, odpowiednich do tkanki świeżej i utrwalonej, zapewniających trwałe oznaczenie, w opakowaniu o pojemności 59 ml.
37. **Dotyczy pkt 22 SWZ.** Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień?
38. **Dotyczy pkt 22.12 SWZ.** Prosimy o modyfikację zapisów pkt 22.12.umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
39. **Dotyczy pkt 22 SWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
40. **Dotyczy Formularza Ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?
41. **Dotyczy pkt 22 SWZ..** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia



medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1-2 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zapewnia uczciwą konkurencję zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie..

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** produktu ze stali nierdzewnej, i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 2.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** probówek do oznaczania glukozy na 2,5 ml i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 2.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** probówek do koagulologii na 2,5 ml krwi z zawartością 0.25 ml cytrynianu sodu i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 3.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** probówek pediatrycznych EDTA K2 na 1,5 ml krwi z przekłuwany korkiem i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 4.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 5** zestawów na 0.8 ml krwi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 5.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 5** zestawów na 1,6 ml krwi i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 5, z uwzględnieniem Ad 7.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** kapilar heparynowanych, sodowych o pojemność 100-120 µl, długość 125 mm, średnica zewnętrzna 1,6 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 3, w tym zaoferowane kapilary przeznaczone są do aparatu Rapidlab 405.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 20** probówek plastikowych typ FALCON, z nakrętką, o pojemności 50 ml, 115x28 mm, stożkowych, z możliwością postawienia, sterylnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 20.

Ad. 11 Zamawiający wymaga aby zaoferowany w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** zestaw Cytoset spełniał wymagania określone w SWZ.

Ad. 12 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** bibułki do zestawów Cytoset spełniały wymagania określone w SWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz.. 1** żyletek mikrotomowych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz.. 2** żyletek mikrotomowych opisanych w pytaniu.

Ad. 15 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7**.

Ad. 16-18 Zamawiający wymaga aby produkty oferowane w **Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2** spełniały wymagania SWZ, z uwzględnieniem Ad 13.

Ad. 19 Zamawiający oczekuje zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyletek mikroomowych spełniających wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem Ad 13.

Ad. 20 Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający oferty w **Pakiecie Nr 9**, jak również w pozostałych pakietach. spełniali wymagania określone w SWZ.

Ad. 21-22, 37-39, 41 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.



Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** pałeczek z wacikiem o średnicy 2,5 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 19** probówek typ Eppendorf z dnem soczewkowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 23** kamer do osadu moczu opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 13 i 14** i utworzenie z nich osobnego zadania.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** lejka szklanego o średnicy górnej 55 mm.

Ad. 28 Zamawiający oczekuje zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** szkiełek nakrywkowych spełniających wymagania SWZ

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaofcrowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 24** szczoteczek opisanych w pytaniu

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 8-11** i utworzenie osobnego pakietu

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-4** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-4** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ..

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 5-6** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 7** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 35 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7** pojemników na próbki chirurgiczne spełniających wymagania określone w SWZ.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** atramentu opisanego w pytaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ oraz zaoferowaniu 2 opakowań po 59 ml.

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

