

Konin, 05.08.2022 r.

WSZ-EP-24/1144/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 10**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający w Pakieta 6 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8F, 6.0 F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty skalowany co 5 cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, przewodnik 0,035", popychacz dł. 45cm (do wyboru popychacz o dł.45cm, lub popychacz do urs-u o dł.90cm);system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający w Pakieta 7 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Sterowalny zestaw do szynowania moczowodów typu Double -J 4,8;6 Ch, widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 6 mies., cewnik o śr. 4,8 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, system sterujący o dł. 45 cm i śr. 0.028";0,035" z zaciskiem (system sterujący o dł. 45 cm i śr. 0.028";0,035" z zamkiem) do wyboru przez Zamawiającego, przewodnica o śr.0,028";0,035" i dł.150 cm powleczona teflonem z ruchomym rdzeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający w Pakieta 29 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik Couvelaira z półprzezroczystym lub nieprzezroczystym konektorem, powierzchnia satynowa, rozmiar od F16-F24 do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający w Pakieta 29 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylne, rozmiar od F14-F24 do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:

Czy Zamawiający w Pakieta 51 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik Foley'a dwudrożny wykonany z wysokiej jakości lateksu pokrytego w 100% silikonem o dł. Min 27 cm dla rozmiaru 6CH - Silikonowy, przezroczysty, 8-10CH - z wysokiej jakości lateksu pokrytego w 100% silikonem, dla pozostałych min. 40 cm, z bezpieczną zastawką w porcie, podwójnie pakowany, „sterylizowany, na każdym cewniku podany rozmiar i pojemność balonu, kod barwny cewnika oznacza średnice, pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, ważności i numerem serii, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.