

Odpowiedź 1 na zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek
Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29
94-048 Łódź**

Łódź, dnia 15 marca 2022 r.

Znak postępowania (numer referencyjny): 1/2022

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawców przesłane do Zamawiającego w dniu 28 lutego 2022 r.:

Pytanie 1

Pkt I.1/17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania o masie 130 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Pkt I.11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów zasilających na przedniej stronie aparatu do znieczulania a z butli rezerwowych odczyt na reduktorach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Pkt I.16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem SPO2 bez potrzeby rozbudowy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem SPO2 bez potrzeby rozbudowy. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznik do SWA w/w zakresie.

Pytanie 4

Pkt II.1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnymi przepływomierzami mechanicznymi dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza i w pełni wystarczającymi zakresami od 0 do 10 l/min?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Pkt II.2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z systemem automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie co najmniej 25% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6

Pkt III.7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

Pkt III.10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zaworem APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie za pomocą skręcania APL ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8

Pkt III.11/12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wyjściem świeżych gazów z przodu i króćcami przyłączeniowymi układu pacjenta wychodzącymi na lewą stronę aparatu, z boku ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Tryby wentylacji

Pytanie 9

Pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z 6 trybami wentylacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez trybu PRVC ?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Regulacje

Pytanie 11

Pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z dodatnim ciśnieniem końcowo wdechowym PEEP od 3 do 30 cmH₂O ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 12

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją czasu wdechu od 0,2 – 5 sek ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją ciśnienia wspomagania od 3 do 60 cmH₂O ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 14

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem objętości oddechowej w zakresie od 20 do 1500 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 15

Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją pauzy wdechowej od 5 -60% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 16

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z regulacją czułości wyzwiania przepływowego od 1 - 15 l/min ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pomiar i obrazowanie

Pytanie 17

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem częstotliwości oddechowej f (bez spontanicznej fspont) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 18

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z oporami Rst w zakresie do 500 cmH₂O/l/s ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Monitor pacjenta

Pytanie 19

Pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z RJ45, 3 złącza USB, wyjście synchronizacji defibrylatora, zewnętrzne gniazdo VGA ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Mierzone parametry, moduły pomiarowe

Pytanie 20

Pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z pomiarem częstości akcji serca w zakresie od 15 do 350/min ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 21

Pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z 23 rodzajami arytmii ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z 23 rodzajami arytmii. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

Pytanie 22



Pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z pomiarem i obrazowaniem pulsu w zakresie od 25 – 250 /min ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z pomiarem i obrazowaniem pulsu w zakresie od 25 – 250 /min Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

Pytanie 23

Pkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania z możliwością rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie od -50 do + 300 mmHg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Prezentacja graficzna

Pytanie 24

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor pacjenta do aparatu do znieczulania ze 160 godzinami trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością 1 minuta, trendy 4 godzinne z rozdzielczością 10 s oraz 1 godzinne z rozdzielczością 1 lub 5 s ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że w oparciu o postanowienia art. 135 ust 6 ustawy pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Marcin Ogórek – Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALL-MED"
Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)