



Słupsk, dnia 12.04.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa akcesoriów okulistycznych i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – postępowanie nr 33/TP/2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakiet 4. Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści nić niewchłaniającą nylonową krzywizna 7/16, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet 8.

Czy w Zamawiający dopuści Pierścień do mechanicznego rozszerzenia źrenicy w czasie operacji zaćmy wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z jednolitego, niebieskobarwionego polipropylenu w kształcie kwadratu z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, średnica pierścienia 6,25 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu w zakresie dokumentów przedmiotowych – pkt. 14 ppkt 5 SWZ poprzez dopuszczenie w ramach potwierdzenia spełniania wymogu oświadczenia o treści jak niżej oraz ewentualnie dołączenie certyfikatów jako dowodu?

„Oferowane wyroby w zakresie pakietu nr 8 zostały wprowadzone do obrotu na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do użytkowania do dnia 27 maja 2025 r.”

Zgodnie z przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2017/745 – MDR, w zakresie wyrobów medycznych (art. 120, ust. 2 i 4) wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do użytkowania do dnia 27 maja 2025r. Wyroby które chcemy zaoferować w pakiecie nr 8, zostały wprowadzone do obrotu na podstawie certyfikatu CE, którego ważność upłynęła w dniu 11.12.2022 r. Obecnie czekamy uzyskanie przez producenta nowego Certyfikatu CE oraz Deklaracji Zgodności. Jednakże zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami przejściowymi (art. 120, ust 2 i 4) wyroby te – będąc już wprowadzone do obrotu - mogą być udostępniane na rynku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Upzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy § 7 ust. 1 – 5 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) zwłoki w dostawie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 5 % wartości umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Części nr 12:

Czy Zamawiający w Części nr 12 dopuści pierścień dotorebkowy napinający o średnicy wyłącznie 11mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Części nr 2 poz. 5:

Czy Zamawiający w Części nr 2 poz. 5 dopuści materiał wiskoelastyczny kohezyjny zawierający 1,6% hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa > 1 mln Daltonów, lepkość przy 25°C: 55 700 +/- 8200 mPa·s (przy 1,0 s⁻¹), osmolarność: 340 mOsmol/kg, pH: 6,8-7,6, pojemność amputkostrzykawki: 0,8ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Dotyczy części nr 10


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie noża mikrochirurgicznego ostrzonego od góry. Opakowanie 5 sztuk, możliwość zamawiania na sztuki.

Jaką ilość wówczas należy zaoferować

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 36 sztuk.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający ma na myśli pierścienie wykonane z PMMA służące do stabilizacji torebki podczas operacji usunięcia zaćmy wstępnie załadowane do injectora, wyglądające jak na zdjęciu poniżej? Czy Zamawiający dopuści takie pierścienie?



Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak