

Projekt „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17)
współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Wykonawcy postępowania

ZP/51/2023

Łódź, dn. 23.06.2023 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na *Dostawę komory laminarnej w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”*

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa wentylatory obsługujące filtry HEPA H14? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający już odpowiedział na to pytanie w poprzednich odpowiedziach na pytania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez filtra węglowego? Jaką ma pełnić funkcję filtr węglowy? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie, filtr węglowy jest wymagany ze względu na planowaną pracę m.in. z cytostatykami oraz innymi związkami chemicznymi, które mogą generować niebezpieczne opary.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną gdzie boki komory roboczej są wykonane ze szkła hartowanego? Boki szklane nie przepuszczają promieniowania UV a doświetlają przestrzeń roboczą światłem dziennym co wpływa na dobre samopoczucie Operatora. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu modyfikacja załącznika nr 2 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem o intensywności 1000 luksów?
Oświetlenie dodatkowo posiada możliwość regulacji natężenia. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie. Wymagane jest minimum 1100 lux.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści lampę UV zainstalowaną w górnej przedniej części komory roboczej? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie, wymagane jest zamontowanie lampy UV przy ścianie tylnej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

- **składania ofert z dnia 27.06.2023 r. do godz. 12.00 na dzień 28.06.2023 r. do godz. 12.00.**
- **wniesienia wadium z dnia 27.06.2023 do godz. 12.00 na dzień 28.06.2023 do godz. 12.00**

Dyrektor
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi