



Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320. tj.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytania dotyczące części 1 Ultrasonograf z sondami diagnostycznymi

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby aparat - wózek był dodatkowo wyposażony w replikator portów pozwalający na podłączenie 2 lub 3 głowic obrazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, że **nie wymaga**, aby aparat - wózek był dodatkowo wyposażony w replikator portów pozwalający na podłączenie 2 lub 3 głowic obrazowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG typu laptop z ekranem 15" sterowany za pomocą przycisków funkcyjnych, posiadający 3 rodzaje zoom w tym zoom umożliwiający powiększenie wybranego obszaru na cały ekran, o wadze 6 kg, praca przy zasilaniu akumulatorowym >120 min, sondy : mikroconvex 5- 10MHz, endorektalna 5- 14MHz, przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, że **nie dopuści** do postępowania aparat USG typu laptop z ekranem 15" sterowany za pomocą przycisków funkcyjnych, posiadający 3 rodzaje zoom w tym zoom umożliwiający powiększenie wybranego obszaru na cały ekran, o wadze 6 kg, praca przy zasilaniu akumulatorowym >120 min, sondy : mikroconvex 5- 10MHz, endorektalna 5- 14MHz, przy spełnieniu pozostałych parametrów



UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga w zestawie videoprintera?

Odpowiedź:

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, że **nie** **wymaga** w zestawie videoprintera.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



**UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Wiśniewski

Tel. 89 524 52 39

e-mail: krzysztof.wisniewski@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl