



**REGON: 910858394**

**NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 16/3/2023

Nasza data: 03.11.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP 00463925/01 z dnia 2023-10-28

Numer ogłoszenia BZP – zmiana terminu: BZP 00474304/01 z dnia 02.11.2023

**Termin składania ofert: 08.11.2023 r. godzina 10.00**

**Wykonawcy - Dostawcy  
postępowania przetargowego  
ZP/TP- 16/2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 02.11.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego,

**pn. „Zakup i dostawa urządzeń medycznych  
w ramach projektu pn.  
„ Zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie „**

**Dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych, znak sprawy: ZP/TP -16/2023**

#### **Załącznik 5.4**

##### **Pyt.1**

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**Odpowiedź; Parter**

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

**Odpowiedź: Tak, jest winda; wys. 185cm, szer. 110cm, głębokość 230cm, nośność 1000kg/korzystanie z windy nie jest konieczne**

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**Odpowiedź: Nie**

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**Odpowiedź: 90 cm i więcej**

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

**Odpowiedź: Brak**

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

## Pyt.2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z 6 szuflado- koszami i wnętrzem wykonanym z materiału HIPS .

**Odpowiedź: Wymagamy 4 szuflad , materiał – stal . Osocze występuje w 4 grupach – dlatego 4 szuflady**

HIPS jest polistyrenem wysoko udatowanym stosowanym w branży chłodniczej jako element wewnętrzny chłodziarek.

Do wyróżników polistyrenu wysokoudarowego zalicza się:

- dobrą plastyczność,
- dobre właściwości elektryczne,
- wyjątkową odporność na uderzenia,
- temperaturę pracy do 70°C,
- niewrażliwość na czynniki chemiczne (w tym kwasy, alkohole, słabe i mocne zasady), wytrzymałość na czynniki organiczne (jak np. benzynę czy keton).



Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację

## Pyt. 3

Prosimy o zgodę na zamrażarkę bez systemu automatycznego domykania drzwi.

Zamrażarka, którą chcemy zaoferować wyposażona w dodatkowe funkcje, których Zamawiający nie postawił jako wymóg. Min.: alarmy wizualne i dźwiękowe, oraz funkcję szybkiego mrożenia.

Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał dźwiękowy
Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał świetlny
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał dźwiękowy
Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał świetlny
Alarm otwartych drzwi - sygnał dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi - sygnał świetlny
Alarm niskiego poziomu baterii podtrzymującej pracę wyświetlacza- sygnał dźwiękowy
Alarm niskiego poziomu baterii podtrzymującej pracę wyświetlacza - sygnał świetlny
Alarm braku zasilania - sygnał dźwiękowy

Alarm braku zasilania - sygnał świetlny
Alarm awarii sondy - sygnał dźwiękowy
Alarm awarii sondy – sygnał świetlny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga (nie wymagamy tylu alarmów)**

**Pyt. 4**

Prosimy o zgodę na dopuszczenie urządzenia laboratoryjnego, ze stawka VAT 23%

**Odpowiedz: produkt musi być przeznaczony do przechowywania osocza w laboratorium szpitalnym.**

**Pyt. 5 do umowy &6 ust. 8 pkt. b i d**

Prosimy o modyfikację zapisu umowy

*Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii faksem/mailem/listem na adres podany w umowie w czasie do 24 godz.*

**Punkt b) otrzymuje brzemienne**

*Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii faksem/mailem/listem na adres podany w umowie w czasie do **24 godz. w dni robocze.***

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

*Czas usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii.*

**Punkt d) otrzymuje brzemienne**

*Czas usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do **15 dni roboczych** od przyjęcia zgłoszenia awarii.*

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas dotarcia przesyłki TNT lub DHL wynosi ok. 7 dni.

**Pyt. 6 do umowy &6 ust. 19**

Prosimy o modyfikację zapisu umowy

*Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie okresu gwarancji . Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy o dostarczenie części. Wykonawca zapewni stałą, niczym nieograniczoną możliwość zakupu części zamiennych aparatu przez Zamawiającego*

**Ustęp 19 otrzymuje brzemienne**

*Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie okresu gwarancji . Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć **21 dni roboczych** licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy o dostarczenie części. Wykonawca zapewni stałą, niczym nieograniczoną możliwość zakupu części zamiennych aparatu przez Zamawiającego*

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas dotarcia przesyłki TNT lub DHL wynosi ok. 7 dni

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Z poważaniem  
( -) Monika Tryniszewska Skarżyńska  
Dyrektor SP ZOZ w Rypinie