	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

Elbląg, dnia 05.07.2022 r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku - uzupełnienie. Nr sprawy **ZP/9/2022**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

**Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,16,23,31:**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 3, wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,16,23,31 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen?

**Odpowiedź: Zamawiający pakiet nr 3 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7:**

W celu doboru odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanej sondy

**Odpowiedź: Zamawiaj**

**Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 3 poz 8:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu dla dzieci obwód ramienia 10-15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 3 poz.9:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu dla dorosłych obwód ramienia 14-26 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu dla dorosłych obwód ramienia 25-35 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6 – dot. Pakietu nr 3 poz.11:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu dla dorosłych obwód ramienia 33-47 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7 – dot. Pakietu nr 3 poz. 23:**

W celu doboru odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika

**Odpowiedź: Zamawiający nie może podać nr katalogowego.**

**Pytanie 8 – dot. Pakietu nr 3 poz.31:**

W celu doboru odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie może podać nr katalogowego.**


**Pytanie 9 – dot. Pakietu nr 3 poz.2:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra?

**Odpowiedź: Zamawiający nie pozwala.**

**Pytanie 10 – dot. Pakietu nr 3 poz 4:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra?

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/9/2022
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.	

**Odpowiedź: Zamawiający nie pozwala.**

**Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 3 poz 4:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu

**Odpowiedź: Zamawiający nie może podać nr katalogowego.**

**Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 27:**

Czy w Zadaniu nr 27 Zamawiający dopuści Pierścień do mechanicznego rozszerzenia źrenicy w czasie operacji zaćmy wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z jednolitego, niebieskobarwionego polipropylenu w kształcie kwadratu z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, średnica pierścienia 6,25 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13 – dot. Pakietu nr 4 poz. 3:**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne z mankietem Soft-Seal, zbrojone, w rozmiarach od 5,0 – 9,5 mm (co 0,5 mm); spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 – dot. Pakietu nr 4 poz. 7:**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 7 (z racji na fakt, iż opisany produkt jest niedostępny). W przypadku pozytywnej decyzji - w pozycji 8 zostanie złożona oferta na wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T2 (posiadający port do podania tlenu i dodatkowo port do odessania pacjenta)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania wpisania ostatniej ceny poz. 7 wraz z informacją pod pakietem o zaprzestaniu produkcji.**

**Pytanie 15 – dot. Pakietu nr 34:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 100 x 220 cm, udźwig do 150 kg / 1 min.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16 – dot. Pakietu nr 37 poz. 5-7:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 37, pozycje 5-7 pojemniki na wycinki histopatologiczne o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml, reszta wymagań zgoda z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 – dot. Pakietu nr 37 po. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 30 ml, reszta wymagań zgoda z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 – dot. Pakietu nr 28 poz. 1:**

Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów igieł zagiętych w pozycji 1: „Zagięta 22G,20mm , 22G,2mm, 20G,25mm, 20G,20MM, 20G,25mm” , rozmiar igły 20G,25mm powtarza się, czy rozmiar 22G,2mm to 22G,25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły zagiętej w następujących rozmiarach: 22G 20mm, 22G 25mm, 20G 25mm, 20G 20 mm.**



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.

Nr sprawy:

ZP/9/2022

#### **Pytanie 20 – dot. Pakietu nr 28 poz. 2:**

Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności i efektywności, dopuści produkt o niewielkich różnicach technicznych lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, różnice podane w nawiasach: Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem (posiadająca osłonę przed samozakłuciem) z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania, zagięta pod kątem 90 stopni z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia) (z miękką podkładką zapewniającą komfort użycia, oraz odpinanymi skrzydełkami) Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,17,20,25 i 35mm (długości 15,20,25,32,38mm)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie 21 – dot. Pakietu nr 28 poz. 2:**

Proponujemy Iglę Hubera (kompatybilna z portem naczyniowym) z mechanizmem przed samozakłuciem wraz z motylkiem, drenem, zaciskiem i złączem LuerLock. Zastosowanie:

- do wlewów
- możliwe w środowisku CT
- do podawania kontrastu
- do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie – 325 psi

Rozmiary 19,20 i 22G długości 15,20,25,32,38mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie 22 – dot. Pakietu 28 poz. 3:**

Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności i efektywności, dopuści produkt o niewielkich różnicach technicznych lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, różnice podane w nawiasach: Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90 stopni, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm (całość) (prosimy o dopuszczenie długości w zakresie 24-26cm), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły (oznaczenie kolorami w inny sposób niż na skrzydełkach). Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i 19G o długościach 15, 17, 20, 25, 30 i 35mm (długości 15,20,25,32,38mm)


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie 23 – dot. Pakietu 28 poz. 4-5:**

Prawem Zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, (echogeniczną punkcyjną z systemem BLS - użyto patent - zgodnie z przepisami PZP , na tej podstawie zamawiający ma obowiązek dopuścić produkty równoważne) którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby społeczne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o poprawienie opisu zgodnie z przepisami poprzez stworzenie zakresu i nie używanie patentów, co ogranicza konkurencyjność lub w przypadku zachowania poszczególnych parametrów wyjaśnienie ich znaczenia w oparciu o funkcjonalność, lub dopuszczenie w postępowaniu portów naczyniowych, o niewielkich różnicach technicznych lecz takiej samej lub lepszej funkcjonalności użytkowej, różnice techniczne wyszczególnione, w nawiasach: Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości do 11mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym (poliuretanowym) 6,6Fr (1,1x2,2mm)/ 60cm (oferujemy 1,0x2,2mm/55cm- długość wystarczająca do założenia portu) z zestawem do wprowadzania.

W skład zestawu wchodzi:

- port tytanowy o średnicy 28mm (24mm, mniejszy, zapewniający komfort użytkowania dla pacjenta) i objętość wypełnienia 0,47ml(0,4ml) , membrana silikonowa o średnicy 13mm(10,2mm), wytrzymałą do 3000 nakłuć.
- cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w RTG,
- całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu, - nitinolowy przewodnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika (Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, igła Hubera, rozszerzadło z przewodnicą typu J (długość min. 50cm),

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>		

przewodnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do onoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim)

Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.

pozycja 5

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do 10mm (10,2mm- parametr nie mający negatywnego wpływu na terapię) i ciężarze do 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym (poliuretanowym) 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm (oferujemy 1,0x2,2mm/55cm) z zestawem do wprowadzania.

W skład zestawu wchodzi:

- port tytanowy o średnicy 24mm (17,3mm mniejszy, zapewniający komfort użytkowania dla pacjenta) i objętość wypełnienia 0,27ml (0,3ml), membrana silikonowa o średnicy 10mm (10,2mm), wytrzymałą do 3000 nakłuć. (ilość nakłuć dla igły 22G – 1500) -cewnik silikonowy (poliuretanowy) skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu, - nitinolowy przewodnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, - zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika,-łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika (Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, igła Hubera, rozszerzadło z przewodnicą typu J (długość min. 50cm), przewodnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do onoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim)

Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.

**Odpowiedź: Zamawiający określił szczegółowe parametry produktu wg sprawdzonego asortymentu. Wg operatora niezbędnym składowym w wymienionej pozycji jest cewnik silikonowy. Cechuje się sprężystością i mniej drażni mechanicznie śródbłonek naczynia, zmniejszając proces wykrzepiania i czas użytkowania. Dodatkowo opisany system BLS jest niezbędny do uwidocznienia refluksu krwi i ograniczenia zatorowości powietrznej podczas wprowadzania przewodnika.**

#### **Pytanie 24 – dot. Pakietu 28:**

Od 26 maja 2021 obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jedną z najważniejszych zmian jest wdrożenie systemu niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów medycznych, tzw. systemu UDI. Nowe wymogi prawne wpisują się w europejskie i światowe trendy związane z poprawą bezpieczeństwa pacjenta, usprawnianiem pracy organizacji, jak również cyfryzacją ochrony zdrowia. Celem UDI jest wprowadzenie mechanizmów identyfikowalności, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający w formularzu cenowym (np. w kolumnie 3 razem z „nazwa oferowanego asortymentu) umieści zapis dotyczący wymogu kodu EAN (UDI)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających posiadanie kodu EAN zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.**

#### **Pytanie 25 – dot. Pakietu 28**

Zamawiający wskazał w opisie konkretne produkty jednego producenta , a to wyklucza możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich wykonawców działających na rynku. Prawem Zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby społeczne. Zamawiający musi jednak uzasadnić swoje obiektywne potrzeby. W podejściu obiektywnym występują pewne ustalenia o charakterze arbitralnym wynikające z przyjmowanego systemu wartości czy też wzorców porównawczych. Zamawiający w odpowiedziach nie może kierować się tylko potrzebami własnymi i Niezależnie od swoich własnych wartościowań w tym zakresie powinien stworzyć zakres dla wszystkich wykonawców ,W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne wyjaśnienie wynikające z przyjmowanego systemu wartości w życiu społecznym czy też arbitralnych wzorców porównawczych.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.

Nr sprawy:

ZP/9/2022

**Odpowiedź: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załącznikach - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.**

**Pytanie 26 – dot. Pakietu 27:**

Czy Zamawiający dopuści pierścień o poniższych parametrach:



Zastosowanie:

1. Pełny kontakt pierścienia z tętczówką – 360 stopni
2. Równomierne rozszerzanie tętczówki na całym obwodzie bez zniekształceń
3. Wyposażony w intuicyjny iniektor
4. Umieszczenie i wyjęcie za pomocą jednej ręki
5. Miękki, ale wytrzymały materiał – poliuretan – pozwala na łatwą manipulację
6. Atraumatyczny
7. Posiada otwory do pozycjonowania, elastyczne zawiasy do usuwania, kanały do zahaczania
8. Średnica: 6,3 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 27 – dot. Pakietu 43, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 28 – dot. Pakietu 43, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicy z ramionami o rozpiętości wyłącznie 11 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,6 mm, do kanału roboczego o śr. 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 29 – dot. Pakietu 43, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania o średnicy 21 G (0,8 mm) lub 23 G (0,6 mm), długość 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 30 – dot. Pakietu 25, poz. 2-3:**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 3 ezy pakowane po 10szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 31 – dot. Pakietu 25, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 „Wymazówki sterylne plastikowe, o dł.130-150 mm z wacikiem, pakowane indywidualnie”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32- dot. Pakietu 25, poz. 14:**


Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 „Końcówki o pojemności 1000 µl, typu Gilson, pakowane po 96 szt. w pudełku” łącznie 3 kpl?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33 – dot. Pakietu 15:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe składające się z 6 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań i ich wielokrotności.



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34 – dot. Pakietu 51:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 51 prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiar 8Fr, średnica wewnętrzna 1,6mm, długość 35cm. Dodatkowo 2 adaptery do podaży tlenu 15mm i luer lock oraz kaniula usztywniająca.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 – dot. Pakietu 52:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 51 prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w RTG, z oznaczeniem centymetrowym Rozmiar 14Fr, średnica wewnętrzna 3mm, długość 70cm. Opakowanie=10 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o odstąpienie od wymogu kompatybilności z lipidami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 38 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 39 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 62 mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 40 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowanie zbiorcze po 200 sztuk.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 41 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 42 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 43 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o pojemności 12 ml

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 44 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z białym zaciskiem rolkowym z czerwonym kółeczkiem do zaciskania

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 45 – dot. Pakietu 16, poz. 2**



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.

Nr sprawy:

ZP/9/2022

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta oraz utrzymuje stały poziom płynu.

Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Zmniejsza straty płynów infuzyjnych poprzez zabezpieczenie przed kapaniem na dłoń, podłogę i pościel

Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Posiada komorę kroplową , której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

Długość drenu: 180 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 46 – dot. Pakietu 31, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z dodatkowym łącznikiem o pojemności 100ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 – dot. Pakietu 41, poz. 1-2:**

Proszę o dopuszczenie masek z workiem i drenem w rozmiarach M, L, XL, (rozmiar M - dziecięcy, L – nastolatki/dorośli, XL – dorośli).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48 – dot. Pakietu 44, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z dołączoną igłą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49 – dot. Pakietu 44, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie strzykawki 0,33 x 13 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50 – dot. Pakietu 43, poz. 1:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, długość narzędzia 240 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 51 – dot. Pakietu. 43, poz. 2:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy osłonki 2,6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 52 – dot. Pakietu. 43, poz. 3:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 53 – dot. Pakietu 43, poz. 3:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, średnica ostrza igły 0,6 mm (23G), długość ostrza igły 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.

Nr sprawy:

ZP/9/2022

#### **Pytanie 54 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej o opisie:

Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) kłapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um. Miękki elastyczny dren o długości min.150 cm z zakończeniem luer-lock. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu, produkt dostępny również w wersji bez ftalanów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 55- dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji:

Dwukanałowy, ostry kolec, komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką. Elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200 um. Miękki, elastyczny dren o długości min. 150 cm. Uniwersalne zakończenie drenu Luer-lock. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny. Dostępny w wersji bez ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. Opakowania jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu, opakowanie 1 sztuka/blister-pack, 250 sztuk/karton.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 56 – dot . Pakietu 16, poz 3:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej:

Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie w pojemnikami z płynami. Odpowiednik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykaną niebieską kłapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 um, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza oraz zaczep na dren do podwieszenia. Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku, termin ważności 5 lat, opakowanie jednostkowe 1 szt papier/folia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 57 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o parametrach zgodnych z SWZ oraz końcówką typu Yankauer CH21?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


#### **Pytanie 58 – dot. Pakietu 17, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego w zabiegach chirurgii ogólnej z uniwersalnym schodkowym łącznikiem zapewniającym szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących, do wyboru z kontrolą siły ssania lub bez?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 59 – dot. Pakietu 26, poz. 1:**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne z poliwęglanu o opisie:

Klasa optyczna 1, wykonanie z poliwęglanu, szerokie ramiona stanowią ochronę również z boku, na końcu ramiom małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopaliny itp., zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F), spełniają wymagania normy EN166.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 60 – dot. Pakietu 31, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z końcówką do cewników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 61 – dot. Pakietu 34, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 62 – dot. Pakietu 34, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 63 – dot. Pakietu 54, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a'144 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 54 poz 1 nie ma osłonek.**

**Pytanie 64 – dot. Pakietu 36, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny Pojemność całkowita worka: 2000 ml?

Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu

Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym

Kołnierzem Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treści/

Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 65 – dot. Pakietu 50, poz. 1:**


Czy Zamawiający dopuści maskę krtańową o poniższym opisie:

Wykonana z biokompatybilnego silikonu, zapewniającego znakomitą elastyczność rurki. Niebieski, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu.

Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankieta oraz rozmiaru. Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm. Kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz objętości mankieta. Niezawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowanie: 1 sztuka/ papier-foolia

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 66 – dot. Pakietu 52, poz. 3-4:**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy pakowany a'25sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 67 – dot. Pakietu 52, poz.5:**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m<sup>2</sup>. Część spodnia z folii o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>. Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m<sup>2</sup>. Waga produktu 85 g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 68 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o gramaturze: 23 gr ±5% (papier) + 14 gr ±5% (PE)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 69 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 58cm i długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 70 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce wykonany z dwóch warstw celulozy (2x 18g/m<sup>2</sup>) i warstwy folii (0,015 – 0,017mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 71 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 70cm z perforacją co 50cm i długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 72 – dot. Pakietu 54, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z polipropylenu o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 73 – dot. Pakietu 54, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74 – dot. Pakietu 54, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 150x210cm, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 75 – dot. Pakietu 54, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 76 – dot. Pakietu 54, poz. 4:**


Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z spodniami ściąganyymi na troki w pasie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 77 – dot. Pakietu 54, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 78 – dot. Pakietu 3 poz. 12:**

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 2,3 L, bez lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 79 – dot. Pakietu 3 poz. 13:**

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 1,5 L, bez lateksu. Wszystkie pozostałe zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 80 – dot. Pakietu 3 poz. 14:**

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 0,5 L, bez lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 81 – dot. Pakietu 3 poz. 15:**

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta anestetyczne maski silikonowe wielokrotnego użytku, dostępne są w rozmiarach od 00 do 5. Rozmiar 00 - odpowiada za maskę dla wcześniaka, natomiast rozmiar 5 odpowiada rozmiarowi dla dużego dorosłego. Dlatego też prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego tabeli rozmiarów od 00 do 5.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 82 – dot. Pakietu 3 poz. 30:**

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr mechaniczny HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 60 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,9999%, masa 22,8 g, bez PVC i lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83 – dot. Załącznik nr 3 – Wzór umowy § 5, ust. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni i wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie 84 – dot. Pakietu 24:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85 – dot. Pakietu 24, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 0,5-10ul?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 86 – dot. Pakietu 24, poz. 16:**

Czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. 10ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 87 – dot. Pakietu 24, poz. 19:**


Czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. całkowitej 5ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 88 – dot. Pakietu 24, poz. 34:**

Czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. całkowitej 5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  ZP/9/2022</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>		

**Pytanie 89 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia, a jeśli nie, to prosimy o sprecyzowanie jakich parametrów:

Zamawiający oczekuje dla zestawów do odsysania z pola operacyjnego, a mianowicie:

1. Czy dren w zestawie ma być długości max 210 cm czy 350 cm?
2. Czy rozmiar 24 dotyczy kanki Yankauer, czy średnicy drenu?

**Odpowiedź: Dren ma być długości max 210 cm, rozmiar 24 dotyczy średnicy drenu.**

**Pytanie 90 – dot. Pakietu 18, poz. 4:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia gdyż według naszej wiedzy, worki kompatybilne z zestawami z pozycji nr 1 i 2 posiadają pojemność 1000 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawi formularz asortymentowo- cenowy w zakresie poz nr 4.**

**Pytanie 91 – dot. Pakietu 36:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania worków na wymiociny o pojemności 2000 ml jako równoważnych do wymaganych 1500 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92 – dot. wzoru umowy**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 93 – dot. Projektu umowy:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji Zamawiającego”.


**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 94 – dot. Projektu umowy:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu, jednocześnie informując, iż nie ma obowiązku zmiany zapisów umowy dotyczących tej kwestii.**

**Pytanie 95 – dot. Projektu umowy:**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego (także poniżej 30 dni), do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.**

**Pytanie 96 – dot. 10, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 97 – dot. Pakietu 10:**

Prosimy o dopuszczenie uchwytów z gwarancją na 100 cykli sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 98 – dot. Pakietu 10, poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej o wymiarach 164x117 mm, powierzchnia aktywna 107cm<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 99 – dot. Pakietu 10, poz. 4:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej o wymiarach 88x47 mm, powierzchnia aktywna 33 cm<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 100 – dot. Pakietu 2:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylną wodę do nawilżania tlenu o pojemności 450 ml (woda wysoko oczyszczona – Farmakopea Europejska (Ph Eur) spełniająca normy : <USP 1231>, BS EN ISO 11737-1 , USP <85> ) Sterylizowany radiacyjnie umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 101 – dot. Pakietu 2:**

Czy mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 102 – dot. Pakietu 39 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe o różnych rozmiarach igły: 21g (0,8), 20g (0,9), aby można było je zamawiać w zależności od potrzeb poszczególnych oddziałów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 103 – dot. Pakietu 23 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 3 litry?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 104 – dot. wzoru umowy § 2 ust.4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „Dostawy (...) na koszt Dostawcy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”


Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 105 – dot. wzoru Umowy § 6:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 106 – dot. SWZ:**

Czy Zamawiający doda do pkt XIII zapis: „jeśli dotyczy”?

Niektóre oferowane w pakiecie 24 i 25 wyroby tj: próbki szklane laboratoryjne, szczotki do próbek, woreczki transportowe nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%.

W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu dołączenia wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 107 – dot. Pakietu 24, 25:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24, 25 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 108 – dot. wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”? **Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 109 – dot. wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 4 wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto umowy niezrealizowanej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w umowie.**

**Pytanie 110 - dot. Pakietu 24, poz. 2:**

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 111 - dot. Pakietu 24, poz. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typ Crystall o poj. 0,5-10ul?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 112 - dot. Pakietu 24, poz. 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do gazometrii o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 113 - dot. Pakietu 24, poz. 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 114 - dot. Pakietu 24, poz. 22**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek typu Eppendorf z płaskim zatrząskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 115 - dot. Pakietu 24, poz. 34:**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116 – dot. Pakietu 24, poz. 34:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych o poj. 5 ml, o podanych wymiarach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 117 - dot. Pakietu 24, poz. 36:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie woreczków transportowych sterylnych o wymiarach 30x19cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 118 - dot. Pakietu 25, poz. 5 i 7:**

Prosimy o wyłączenie z pakietu 25 pozycji 5 i 7, co umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie wykreśla pozycji w pakiecie.**

**Pytanie 119 - dot. Pakietu 25, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wymazówki klasy I?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 120 - dot. Pakietu 25 poz. 9-10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek o dł. wraz z korkiem 165 mm spełniających wszystkie pozostałe wymogi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 121 - dot. Pakietu 25 poz. 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników o wym. 66x77 mm, spełniających pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 122 - dot. Pakietu 25, poz. 13, 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek typu z uniwersalnym kołnierzem, typu Omnitip?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 123 - dot. Pakietu 25, poz. 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek w pudełkach po 96 sztuk, z zaokrągleniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym wymogiem przeliczenia ilości.**

**Pytanie 124 – dot. SWZ pkt XIII:**

Czy Zamawiający doda do pkt XIII zapis: „jeśli dotyczy”?

Niektóre oferowane w pakiecie 24 i 25 wyroby np: probówki szklane, szczotki do probówek, woreczki transportowe nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%.


W związku z tym prosimy też o zmianę wymagań określonych w SWZ część XIII pkt 1.1 i dopuszczenie produktów, które nie są wyrobami medycznymi oraz wprowadzenie wymogu dołączenia wymienionych w tym punkcie dokumentów tylko dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświadczenia, że dany asortyment nie jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych.**

**Pytanie 125 – dot. Pakietu 34:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 100cmx225cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 126 – dot. Pakietu 54, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 127 – dot. Pakietu 54, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160cmx200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 128 – dot. Pakietu 54, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS 40g/m<sup>2</sup>? Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokami w pasie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 129 – dot. Pakietu 6, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 8-10 Chr z prowadnicą.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 130 – dot. Pakietu 6, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 100% z załączoną strzykawką roztworu gliceryny do wypełniania balonu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 131 – dot. Pakietu 41, poz. 1-2:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maski tlenowe z workiem i drenem jednorazowego użytku mają być czyste mikrobiologicznie bez zawartości lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu,?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 132 – dot. Pakietu 41, poz. 1-2:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym: maska tlenowa z workiem i drenem ma posiadać nazwę, grafikę produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) symbol CE, kod GTIN EAN-128?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 133 – dot. Pakietu 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku, poj. 340 ml posiadającym system mikrodyfuzorów w podstawie komory głównej, dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, łącznik jałowy lub biologicznie czysty dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów Szpitala, pojemnik z uniwersalnym portem do urządzeń tlenoterapii z odrywalnym spustem; potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez min 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 134 – dot. Pakietu 2:**

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku.


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 135 – dot. Pakietu 2:**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym na etykiecie mają się znajdować nadrukowane napisy w języku polskim, data ważności i LOT?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 136 – dot. Pakietu 2:**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>		

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa i na potwierdzenie tego faktu oczekuje przedstawienia niezbędnych środków dowodowych w postaci Certyfikatu CE, Deklaracji zgodności i Powiadomienia z Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 137 – dot. Pakietu 34, poz.1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 140 (+/-3cm) x 240 (+/-3cm).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 138 – dot. Pakietu 36, poz.1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie toreb na wymiociny w kolorze niebieskim o pojemności 2 litry z nadrukowaną skalą co 100ml do 1 L pozwalającą na orientacyjną ocenę pojemności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 139 – dot. Pakietu 54, poz.1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gramatury 25 g/m<sup>2</sup> bez zakładki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 140 – dot. Pakietu 54, poz.2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego użytku prześcieradła bez gumki w oplocie, Polipropylen 25 g/m<sup>2</sup>, 240 x 140cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 141 – dot. Pakietu 54, poz.3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gramatury 25 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 142 – dot. Pakietu 54, poz.4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gramatury 35 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 143 – dot. Pakietu 52, poz.7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości rolki 80mb.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym wymogiem przeliczenia ilości.**

**Pytanie 144 – dot. Pakietu 52, poz.7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości 50cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 145 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 146 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego

PVC. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 147 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 148 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 149 – dot. Pakietu 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 150 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trój płaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zacze pu na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 151 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 152 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zacze pem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 153 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 154 – dot. Pakietu 16, poz. 2:**


Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm? Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 155 – dot. Pakietu 16, poz. 1-2:**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/9/2022
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.	

pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 156 – dot. Pakietu 35, poz. 1-3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 157 – dot. Pakietu 35, poz. 7:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 158 – dot. Pakietu 53:**

Czy zamawiający dopuści perforację co 50 cm? Czy 1 szt. oznacza 1 rolkę zawierającą 50 mb podkładu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną perforację. Rolka zawiera 50mb.**

**Pytanie 159 – dot. Pakietu 1, poz 1:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: mechaniczna, Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie, Przestrzeń martwa: 70ml, Waga: 36,5 g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: - , Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 160 – dot. Pakietu 1, poz 1:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna), Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy , Przestrzeń martwa: 40ml, Waga: 30g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500, Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 161 – dot. Pakietu 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna), Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy, Przestrzeń martwa: 40ml, Waga: 30g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500, Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 162 – dot. Pakietu 1, poz 3:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna), Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy, Przestrzeń martwa: 40ml, Waga: 30g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500, Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski\\_elblag](https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag) [www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl](http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl) e-mail: [zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl](mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.

Nr sprawy:

ZP/9/2022

**Pytanie 163 – dot. Pakietu 1, poz 4:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna), Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy, Przestrzeń martwa: 12ml, Waga: 15g, Objętość oddechowa: 150-300ml, Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500, Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 164 – dot. Pakietu 1, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna), Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy, Przestrzeń martwa: 12ml, Waga: 15g, Objętość oddechowa: 150-300ml, Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500, Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 165 – dot. Pakietu 1, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna, Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, Wymiennik ciepła i wilgoci: brak, Przestrzeń martwa: 35ml, Waga: 22g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: nie dotyczy, Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 166 – dot. Pakietu 1, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy, Przestrzeń martwa: 16ml, Waga: 9g, Objętość oddechowa: 200-1000ml, Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500, Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min, Złącza: 15F, Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką, Port tlenowy: tak, Opakowanie: papier/folia, Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 167 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści dren bez docinanej końcówki, posiadający końcówki o stałej średnicy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 168 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma myśli pisząc długość 350cm? Do czego się ona odnosi?

**Odpowiedź: Długość 350 cm odnosi się do długości drenu.**

**Pytanie 169 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm?


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 170 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli odsysania Ch24?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 171 – dot. Pakietu 38, poz. 3:**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy:  ZP/9/2022</p>
--	--	----------------------------------

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze standardowym mankietem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 172 – dot. Pakietu 50, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłatekowaną, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 173 – dot. Pakietu 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 174 – dot. Pakietu 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 175 – dot. Pakietu 1, poz. 3-4:**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H<sub>2</sub>O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 176 – dot. Pakietu 1, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


**Pytanie 177 – dot. Pakietu 1, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 178 – dot. Pakietu 1, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H<sub>2</sub>O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 179 – dot. Pakietu 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. 1 Filtr - objętość oddechowa 200-1500ml – szerszy, korzystniejszy zakres, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 180 – dot. Pakietu 1, poz. 1:**

Czy w Pakiecie nr 1, poz. 1, Zamawiający dopuści jako filtr równoważny: Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, medium filtracyjne, hydrofobowe, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,99999% i wirusowej powyżej 99,99999%, skuteczność nawilżania min. 37 mg / L H<sub>2</sub>O przy VT=500ml, pojemność oddechowa 150-1500ml, mniejsza, korzystniejsza przestrzeń martwa 18 ml, niska waga 28 g, złącza proste: 22M-15F/22F-15M, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, przezroczysta obudowa filtra nie zawiera latexu, pcv, ftalanów w tym DEHP, sterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 181 – dot. Pakietu 1, poz. 2:**

Czy w Pakiecie nr 1, poz. 2, Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o korzystniejszych parametrach: Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Szerszy, korzystniejszy zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, Wyższa skuteczność filtracji względem NaCl pow. 99,623, względem bakterii i wirusów min. 99,999%, Niższy, korzystniejszy opór przepływu 0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, niższa, korzystniejsza waga 28 g, mniejsza, korzystniejsza przestrzeń martwa 18 ml, opakowanie folia –papier, przezroczysta obudowa filtra nie zawiera latexu, pcv, ftalanów w tym DEHP, sterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 182 – dot. Pakietu 1, poz. 3:**

Czy w Pakiecie nr 1, poz. 3, Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o korzystniejszych parametrach: Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Szerszy, korzystniejszy zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, Niższy, korzystniejszy opór przepływu 0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, 1,4 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min; utrata wilgotności max. 6 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, mała, korzystniejsza przestrzeń martwa 18 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 183 – dot. Pakietu 1, poz. 3:**

Czy w Pakiecie nr 1, poz. 4, Zamawiający dopuści jako filtr równoważny o korzystniejszych parametrach: Filtr oddechowy dla niemowląt o dużo mniejszej, korzystniejszej przestrzeni martwej 12ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 184 – dot. Pakietu 1, poz. 5:**

Czy w Pakiecie nr 1, poz. 5, Zamawiający dopuści jako filtr równoważny o korzystniejszych parametrach: Filtr oddechowy, dla noworodków, Szersza, korzystniejsza dla noworodkowa objętość oddechowa 20-150ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 185 – dot. Pakietu 1, poz. 6:**


Czy w Pakiecie nr 1, poz. 6, Zamawiający dopuści jako filtr równoważny o korzystniejszych parametrach: objętość oddechowa szersza, korzystniejsza 150-1500ml, przestrzeń martwa mniejsza, korzystniejsza 20ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 186 – dot. Pakietu 17, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie drenu 25CH (różnica wynosi 1CH, czyli 0,33mm - granica błędu technologicznego)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 187 – dot. Pakietu 38, poz. 1-2:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający podał prawidłowe ilości sztuk - są bardzo duże.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 188 – dot. Pakietu 38, poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga rurki z silikonowanym PCV, bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 188 – dot. Pakietu 38, poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga rurek z zestawem złączy z zaciskami, które w łatwy sposób umożliwiają zamykanie światła?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 188 – dot. Pakietu 38, poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 189 – dot. Pakietu 54, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 cm x 200 cm wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> z zakładkami na obu końcach o dł. 20 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 190 – dot. Pakietu 54:**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 54? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Wykonawca składa ofertę na cały pakiet. Pozostawienie w danym pakiecie pozycji bez wyceny skutkuje odrzuceniem oferty.**

**Pytanie 191 – dot. Pakietu 52:**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 52? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Wykonawca składa ofertę na cały pakiet. Pozostawienie w danym pakiecie pozycji bez wyceny skutkuje odrzuceniem oferty.**

**Pytanie 192 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 50 m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 193 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę z perforacją 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 194 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o parametrach celuloza min. 24 g/m<sup>2</sup>, folia PE min. 15 µm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.


**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 195 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o parametrach celuloza min. 29 g/m<sup>2</sup>, folia PE min. 17µm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 196 – dot. Pakietu 52, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o szerokości 60 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 197 – dot. Pakietu 52, poz.7:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o szerokości 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 198 – dot. Pakietu 52, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści podkłady, które posiadają w warstwie środkowej pulpę celulozową i superabsorbent?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 199 – dot. Pakietu 53 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści rolkę z perforacją 50 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 200 – dot. Pakietu 37:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 201 – dot. Pakietu nr 37:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 7 ust. 5 „Minimalna wartość niezrealizowanej umowy może obejmować do 40% wartości umowy określonej w §1, ust. 2.”**

**Pytanie 202 – dot. wzoru Umowy:**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.**


**Pytanie 203 – dot. wzoru Umowy:**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającą a Wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie 204 – dot. wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy:  ZP/9/2022</p>
--	--	----------------------------------

mniej niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie 205 – dot. wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie 206 – dot. wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek

wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**Pytanie 207 – dot. wzoru Umowy:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy: Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**


**Pytanie 208 – dot. Pakietu 37:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 209 – dot. Pakietu 37:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
<p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>		

IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.” Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 210 – dot. Pakietu 37, poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 520 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 211 – dot. Pakietu 37, poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 212 - dot. Pakietu 37, poz.6:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 3400 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 213 – dot. Pakietu 37, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 5600 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 214 – dot. Pakietu 37, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towaru w opakowaniach zbiorczych po 100 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym wymogiem przeliczenia ilości.**

**Pytanie 215 – dot. Pakietu 37, poz.5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towaru w opakowaniach zbiorczych po 50 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 216 – dot. Pakietu 37 poz. 6-7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towaru w opakowaniach zbiorczych po 25 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 217 – dot. Pakietu 13, 14, 30:**


Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 13,14 i 30 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 218 – dot. wzoru Umowy:**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, za zwłokę w dostawie do 0,2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający zapisy umowy pozostawia bez zmian.**

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2022</p>
--	--	---------------------------------

**Pytanie 219 – dot. wzoru Umowy:**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary do 0,2% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający zapisy umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 220 – dot. wzoru Umowy:**

Prosimy o wydłużenie czasu na wymianę towaru wadliwego na towar wolny od wad do 15 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający zapisy umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 221 – dot. Pakietu 13:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej ilości przewodów Zamawiający oczekuje w pozycji 3, 4, i 5. Przewody są sprzedawane w sztukach.

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 1 sztuka w opakowaniu.**

**Pytanie 222 – dot. Pakietu 13:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 podwiązek pakowanych po 12 szt. oraz przeliczenie wymaganej ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 223 – dot. Pakietu 1, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Filtr elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 37 mg/l przy VT - 500 ml, o skuteczności filtracji bakt. >99,9999 %, i wir. >99,999 z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 150-1500ml, sterylny, opory przepływu 2,14 cm<sup>2</sup>/H<sub>2</sub>O przy 60l/min. Waga filtra około 35,6g, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier z możliwością otwarcia po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 224 – dot. Pakietu 1:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr antybakteryjno-wirusowy, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, elektrostatyczny, hydrofobowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%, opór przepływu 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, wydajność nawilżania 37,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, waga 24 g , przestrzeń martwa 53 ml, opakowanie, folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 225 – dot. Pakietu 1:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr antybakteryjno-wirusowy, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, elektrostatyczny, hydrofobowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%, opór przepływu 0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min wydajność nawilżania 37 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml, opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


**Pytanie 226 – dot. Pakietu 1, poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr antybakteryjno-wirusowy, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, elektrostatyczny, hydrofobowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%, opór przepływu 0,82 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min wydajność nawilżania 37 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml, opakowanie, folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 227- dot. Pakietu 1:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr antybakteryjno-wirusowy, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1500 ml, elektrostatyczny, hydrofobowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji względem bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%, opór przepływu 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/9/2022
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.	

30 l/min ; wydajność nawilżania 37,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, waga 24 g , przestrzeń martwa 53 ml, opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 228 – dot. Pakietu 1, poz 4:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji bakt. >99,9999% wir. >99,999% z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla niemowląt, sterylny, skuteczność nawilżania min. 33,6mg wody/l przy VT 250ml, o przestrzeni martwej 30ml i oporze przepływu 2,4cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30l/min. Waga filtra około 21 gram, pakowany po 1 szt. w opakowaniu folia-papier umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 229 – dot. Pakietu 1, poz. 5:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji bakt. >99,9999% wir. >99,999% z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla noworodków, sterylny, objętość oddechowa 20-70ml, skuteczność nawilżania min. 30mg/l przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 10ml, waga filtra około 15 gram pakowany po 1 szt. w opakowaniu folia-papier z możliwością otwierania po linii zgrzewu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 230 – dot. Pakietu 1, poz. 6:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr o lepszych parametrach użytkowych. Filtr bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1500ml, o małych oporach oddechowych 1,4 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 33ml, sterylny, waga filtra 21 gram pakowany po 1 szt. w opakowaniu folia-papier umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 231 – dot. Pakietu 1:**

Pakiet nr 1 poz. 7 Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy do tracheostomii o skuteczności nawilżania 28,8mg/l H<sub>2</sub>O przy Vt=500ml i oporze przepływu 0,63cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min spełniający pozostałe wymogi SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 232 – dot. Pakietu 41, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem i drenem w jednym standardowym rozmiarze dla dorosłych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 233– dot. Pakietu 49:**

Czy zamawiający oczekuje maski pozbawionej ftalanów z możliwością bezwzględnego stosowania w środowisku MR?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 234 – dot. Pakietu 49:**

Czy zamawiający oczekuje maski z możliwością intubacji pacjenta standardową rurką intubacyjną bez usuwania maski krtaniowej?


**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 235 – dot. Pakietu 50:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową wykonana z PCV bez poprzeczek za to z dużym otworem i specjalnie wyprofilowanym koniuszkiem mankietu co skutecznie zapobiega wklonowaniu nagłośni. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a>	Nr sprawy: ZP/9/2022
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie.	

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski