

**Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
ul. Doktora J.G. Koppa 1E  
87-400 Golub-Dobrzyń**

**Ozn. postępowania: DTZ.382.2.2022**

**Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego  
Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia  
(SWZ)**

**Golub-Dobrzyń, dn. 17.01.2022 r.**

**Prezes Zarządu  
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**

**Michał Kamiński  
/podpis na oryginale/**

### **CZĘŚĆ I - NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. **Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**
2. Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Doktora J.G. Koppa 1E
3. Telefon: 56 / 68-32-205
4. e-mail: [przetargi@szpitalgolub.pl](mailto:przetargi@szpitalgolub.pl)
5. Adres internetowy: <http://www.szpitalgolub.pl/>
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub>
7. Godziny urzędowania: **7:30– 15:00**
8. Numer NIP: **878-168-98-44** Numer REGON: **871552334**

### **CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0477/21 pn. „Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

### **CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa ambulansu typu B na **potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu**
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, tj. zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - 1) Główny przedmiot:  
CPV 34114121-3
4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SWZ.
5. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

#### CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do **30 dni kalendarzowych** od daty obowiązywania umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

#### CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wyklucza się Wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. W zakresie podstaw wykluczenia zastosowanie znajdują również odpowiednie zapisy art. 110 oraz art. 111 ustawy.

## **CZĘŚĆ VI – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  - 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

## **CZĘŚĆ VII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (o ile są one wymagane przez Zamawiającego).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
  - 1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
    - a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
  - 1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit a)

powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy określone w ust. 5 powyżej stosuje się.
  7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
  8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa ust. 1 niniejszej części, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
    - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
    - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
  10. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
    - 1) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
  11. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
  12. Postanowienia, o którym mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli oferta Wykonawcy



podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

13. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

14. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy:

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415);

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

#### **CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub>
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  - 1) W sprawach merytorycznych:  
Paweł Studziński, tel. +48 531 939 759
  - 2) W sprawach formalnych:  
Michał Kryszewski, tel. +48 789 405 015  
Adam Gackowski
  - 3) Adres poczty elektronicznej e-mail: [przetargi@szpitalgolub.pl](mailto:przetargi@szpitalgolub.pl)
3. Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego, podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej o której mowa w ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [przetargi@szpitalgolub.pl](mailto:przetargi@szpitalgolub.pl) jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przysyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji warunków zamówienia udzielane będą na zasadach i w terminach określonych w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez publikację na stronie postępowania pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu

- składania ofert. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.
  8. Zamawiający po upływie terminu otwarcia ofert dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 4. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
  9. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może się odbywać bez posiadania konta. Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
  10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
  11. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
  12. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
  13. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  14. W sytuacjach awaryjnych, nieprzewidzianych, np. przerwa w funkcjonowaniu lub awaria strony <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub> Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres wskazany w pkt. 5.
  15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
  16. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), tj.:
    - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,



- 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - 4) włączona obsługa JavaScript,
  - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 1) akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert / np. złożenie oferty w zakładce – **Wyślij wiadomość do zamawiającego**. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
20. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).

## CZĘŚĆ IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## CZĘŚĆ X – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **25.02.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## CZĘŚĆ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl).
- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
- Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w części VII ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
- Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- Ofertę stanowi wypełniony druk *Formularza oferty* który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca wypełnia i załącza do *Formularza oferty*, jako jego integralną część załącznik 2 do SWZ – *wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe* stanowiący potwierdzenie spełnienia szczegółowego opisu wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w *Formularzu oferty* (w miejscu do tego

- przeznaczonym), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak wskazania części zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
13. W przypadku załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego opisanych w kolumnie „4” poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „6”.
  14. Ponadto we wskazanych miejscach tego załącznika Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ lub model, producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz inne dane dotyczące przedmiotu zamówienia.
  15. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 części VII SWZ.
  16. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
  17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
  18. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

19. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
20. Przepisy ust. 16–18 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
21. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje mocodawca lub notariusz.
22. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

## CZĘŚĆ XII – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ofertę za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub> Sposób złożenia oferty opisany został w *instrukcji*, dostępnej na stronie: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
2. **Termin składania ofert upływa dnia 27.01.2022. r. o godz. 10:00**
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2022 r. o godz. 12:00.**
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty” .
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert.

### **CZĘŚĆ XIII - SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym *formularzu ofertowym*, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacom przy podpisaniu Umowy.
3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo, a następnie słownie), ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą) ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy.
6. Cenę oferty oraz pozostałe wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

### **CZĘŚĆ XIV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

**cena – 60%**

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0477/21 pn. "Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Golubiu-Dobrzyniu" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



### termin gwarancji – 40%

2. Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób:

1) Kryterium **cena (C)** – 60%:

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{of.}} \times 60\% \times 100$$

gdzie:

C - wartość punktowa badanej oferty za kryterium *cena*,

C min - oferowana najniższa cena spośród badanych ofert,

C of. - cena oferty badanej.

*Zamawiający informuje, że wartość punktowa badanej oferty (C) za kryterium cena zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.*

2) Kryterium **termin gwarancji (G)** – 40%:

Oferta, w zależności od zadeklarowanego terminu gwarancji liczonego od dnia podpisania protokołu, otrzyma następującą liczbę punktów (maksymalnie 40 punktów):

Lp.	Parametr oceniany	Punktacja
1	2	3
1	Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu kilometrów (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 25 pkt
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt
3	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia (minimum 120 miesięcy)	120 miesięcy – 0 pkt. 132 miesiące – 5 pkt
4	Gwarancja na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za kryterium *termin gwarancji*: 40 punktów

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert, obliczona wg wzoru:

$$O = C + G$$

gdzie:

O - ostateczna wartość punktowa badanej oferty,

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „cena”,

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „termin gwarancji”

4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SWZ.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ostateczną wartość punktową „O” z zastrzeżeniem treści ust. 5-8 powyżej.

#### **CZĘŚĆ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Podpisanie Umowy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przez zawarciem umowy.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **CZĘŚĆ XVI - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## **CZĘŚĆ XVII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

## **CZĘŚĆ XVIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

## **CZĘŚĆ XIX - OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEWDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY**

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### **UZASADNIENIE:**

Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość. Jest to 1 sztuka karetki (ambulansu)

wraz z wyposażeniem niezbędnym do ratowania zdrowia i życia pacjentów szpitala. Zamówienie jest zamówieniem o nieznacnej wartości (poniżej progów unijnych) i jest kierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

## **CZĘŚĆ XX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

## **CZĘŚĆ XXI – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH (RODO)**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń;
  - 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Arkadiuszem Wiśniewskim, tel. 507 149 669, e-mail: [sekretariat@szpitalgolub.pl](mailto:sekretariat@szpitalgolub.pl) ;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa”;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Informacje dodatkowe:
- 1) zgodnie z pkt. 8 a) powyżej przypadku, w którym chcieliby Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 – 3 RODO możecie zostać Państwo poproszeni o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, lub daty zakończenia takiego postępowania;
  - 2) zgodnie z pkt. 8 c) powyżej żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

## CZĘŚĆ XXII - ZAŁĄCZNIKI

1. *Formularz oferty* – załącznik nr 1 do SWZ;
2. *Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe* - załącznik nr 2 do SWZ;
3. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania* - załącznik nr 3 do SWZ;
4. *Wzór Umowy* - załącznik nr 4 do SWZ

---

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

Pełna Nazwa Wykonawcy	
Adres, siedziba	
Adres do korespondencji	
REGON	
NIP	
KRS/CEIDG (nr oraz adres internetowy pod którym zamawiający może go pobrać samodzielnie z bezpłatnej bazy)	
Nr telefonu	
e-mail	
Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów	

## FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Nazwa postępowania	<b>Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu</b>
Znak sprawy	<b>DTZ.382.2.2022</b>

dla

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

<b>1)</b>	<b>Cena oferty:</b> .....zł
	słownie:.....złotych
	(w tym podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości)



Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).<sup>3</sup>

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.....
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku.....
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.....

2) **Termin gwarancji:** liczony od dnia podpisania protokołu wynosi:

Lp.	Parametr oceniany	Punktacja	Parametr zaoferowany
1	2	3	4
1	Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu kilometrów (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 25 pkt	..... miesiące/cy
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt	..... miesiące/cy
3	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia (minimum 120 miesięcy)	120 miesięcy – 0 pkt. 132 miesiące – 5 pkt	..... miesiące/cy
4	Gwarancja na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę (minimum 24 miesiące)	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt	..... miesiące/cy

(W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę liczby miesięcy gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zostaje zaoferowany minimalny termin gwarancji, określony przez Zamawiającego w treści SWZ, )

3) **Warunki płatności:** Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ (w tym w załączniku nr 4 do SWZ – wzór Umowy).

2. Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 2) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.

<sup>3</sup> Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 2021 r. poz. 2049, 1129 z późn. zm.).

- 3) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 2 do SWZ.
- 4) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.
- 5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
- 6) Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 7) Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom<sup>4</sup>:

Lp.	Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę	Firma (nazwa) podwykonawcy

- 8) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>5</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>6</sup>
- 9) Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

<input type="checkbox"/> <b>NIE</b>	
<input type="checkbox"/> <b>TAK</b>	(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane):
	<input type="checkbox"/> Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
	<input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- 10) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

<sup>4</sup> należy wypełnić jeżeli dotyczy

<sup>5</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>6</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

### AMBULANS TYPU B - 1 kpl.

<b>Producent, miejsce produkcji:</b>			
<b>Marka typ, model</b>		<b>Rok produkcji:</b>	
<b>Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego</b>			

Lp.	Obszar	Lp.1	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwozie, ochrona, bezpieczeństwo :	1.1	Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej parametry opisane w pkt. 11.1, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy, czołowe i boczne poduszki powietrzne bezpieczeństwa oraz kurtynowe, dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy	TAK	
		1.2	stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka	TAK	
		1.3	drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250° z systemem blokowania przy otwarciu.	TAK	
		1.4	kolor nadwozia: żółty, zderzaki i atrapa chłodnicy w kolorze nadwozia	TAK	
		1.5	centralny zamek na wszystkie drzwi + immobiliser	TAK	
		1.6	Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu do 3500 kg	TAK	
		1.7	lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie	TAK	
		1.8	szyby boczne w kabinie kierowcy odsuwane elektrycznie	TAK	
		1.9	regulacja kolumny kierownicy w pionie oraz przód-tył	TAK	



		1.10	sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi	TAK	
		1.11	Opony na kołach przewidziane przez producenta w homologacji	TAK	
		1.12	reflektory doświetlające zakręt przy skręcie, reflektory przeciwmgielne	TAK	
2.	Silnik :	2.1	Turbodiesel – z podgrzewaniem 230V na postoju, ułatwiającym rozruch	TAK	
		2.2	moc silnika min. 180 KM,	TAK	
		2.3	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L,	TAK	
		2.3	Grzałka elektryczna do silnika na postoju, po podłączeniu do sieci 230V	TAK	
3.	Trakcja	3.1	skrzynia biegów automatyczna	TAK	
		3.2	napęd : na oś przednią lub tylną	TAK	
		3.3	system kontroli trakcji	TAK	
4.	Hamulce	4.	z systemem antypoślizgowym ABS + system wspomagania nagłego hamowania BAS albo równoważny	TAK	
5.	Układ kierowniczy	5.1	wspomaganie układu kierowniczego	TAK	
6.	Koła i ogumienie	6.1	5 szt (4 na kołach + rezerwa)	TAK	
7.	Nadwozie	7.1	Oznakowanie pojazdu: - pasy odblaskowe w/g Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w szczególności : a) pas odblaskowy z folii <u>typu 3</u> barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli - szerokość min. 15 cm, b) pas odblaskowy z folii <u>typu 1 lub 3</u> barwy czerwonej umieszczony <u>wokół</u> dachu – szerokość min. 15 cm, c) pas odblaskowy z folii <u>typu 1</u> barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) szerokość min. 15 cm,	TAK	
		7.2	a) napis lustrzany "AMBULANS" z przodu pojazdu o wysokości min. 22 cm b) napis „AMBULANS” z tyłu pojazdu o wysokości min. 10 cm, w.g Rozporządzenia.	TAK	
		7.3	napis "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" na mat. odblask. wpisany w okrąg z krzyżem w środku ; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach – wg Rozporządzenia.	TAK	
		7.4	dotatkowe emblematy „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – do uzgodnienia po podpisaniu umowy	TAK	
		7.5	logo Zamawiającego na drzwiach kabiny po obu stronach pojazdu - do uzgodnienia po podpisaniu umowy	TAK	
		7.6	czterocyfrowe numery ewidencyjne pojazdu o wysokości cyfr - 8 cm, umieszczone z przodu po prawej stronie nad szybą czołową i z tyłu po	TAK	

			prawej stronie na górze – do uzgodnienia po podpisaniu umowy		
		7.7	drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną, z domykaniem elektrycznym, dodatkowy stopień wejściowy- zewnętrzny, elektryczny - umiejscowienie stopnia oraz jego pozycja muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście, a jednocześnie nie może ograniczać prześwitu do progu nadwozia i stwarzać zagrożenia uderzenia w krawężniki przy parkowaniu lub wjeżdżaniu na chodnik	TAK	
		7.8	Krawężń podłogi przy wejściu zabezpieczona bezpośrednio kątownikiem z tworzywa sztucznego lub metalu	TAK	
		7.9	Krawężń progów drzwi kabiny kierowcy L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego	TAK	
		7.10	Lampka typu LED nad siedzeniem pasażera, umożliwiającą czytanie lub pisanie w nocy	TAK	
8.	Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu : od silnika, z możliwością regulacji	8.1	cabiny kierowcy	TAK	
		8.2	przedziału pacjenta	TAK	
	niezależne	8.3	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem: w trakcie jazdy ambulansu lub na postoju	TAK	
	postojowe, dodatkowe	8.5	z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1500 W - zamocowany w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału oraz podgrzewacz silnika przed rozruchem	TAK	
9.	klimatyzacja	9.1	Wysokowydajna klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta: dwa niezależne parowniki	TAK	
10.	Instalacja elektryczna	10.1	wzmocniony alternator min 200 A	TAK	
		10.2	dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 160 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów (napięcie podane w V z dokładnością do jednego miejsca po przecinku), z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregośkolwiek.	TAK	
		10.3	zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika. Układ zapewniający zasilanie instalacji	TAK	

			12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min. <u>rzeczywistej wydajności prądowej 20A</u> lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przetądowaniem akumulatorów – w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju.		
		10.4	min. 3-gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego, zasilane z sieci zewnętrznej lub przetwornika o mocy minimum 600W 12V-230V podczas jazdy	TAK	
		10.5	min.4-gniazda 12 V w przedziale pacjenta	TAK	
		10.6	Oddzielone od podstawowego obwodu elektrycznego pojazdu obwody elektryczne ambulansu, oznakowane i zabezpieczone niezależnie. Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych bezpieczników i przełączników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie tylnej kabiny kierowcy. Przewody instalacji elektrycznej umieszczone w osłonach (korytka, peszle) prowadzone i umocowane tak, aby nie było możliwości przypadkowego ich uszkodzenia	TAK	
		10.7	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 5 m – wtyczka zewnętrzna 230V, do typowego gniazda 230V 16A z uziemieniem	TAK	
		10.8	Wszystkie urządzenia zabudowy specjalistycznej muszą być połączone elektrycznie za pomocą solidnych, rozłączalnych złącz (wsuwanych, zaciskanych, skręcanych)	TAK	
11.	Przedział pacjenta	11.1	minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta : wysokość 1,80 m, długość 3,20 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi).	TAK	
		11.2	na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być łatwo przykręcane , w różnych kombinacjach 2 lub 3 uniwersalne płyty mocujące , do których można mocować niezależnie : uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, szynę Modura do zamocowania respiratora lub p-py infuzyjnej oraz inny sprzęt - szyny muszą być tak zamocowane, aby po zamontowaniu sprzętu medycznego nie kolidował on z pacjentem umieszczonym na noszach, a dostęp do wszystkich szafek i schowków nie był ograniczony. Wysokość miejsca dla	TAK	

		defibrylatora w szczególności Lifepak 15 musi zapewniać możliwość otworzenie ramienia zabezpieczającego do góry		
11.3		izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz podłogi i wyciszenie masa głuszącą nadkoli	TAK	
11.4		okno dachowe – szyberdach	TAK	
11.5		1 fotel obrotowy min. 90° ze składanym siedziskiem zamontowany w kierunku jazdy, obok noszy, wyposażony w pasy bezpieczeństwa mocowane 3-punktowo oraz zintegrowany zagłówek	TAK	
11.6		1 fotel obrotowy min. 90° ze składanym siedziskiem, wyposażony w pas bezpieczeństwa oraz zagłówek , zagłówek zintegrowany, z możliwością jazdy tyłem do kierunku jazdy, umieszczony za głową pacjenta, umiejscowienie, aby po złożeniu siedziska i obróceniu o 90° było możliwe przejście do kabiny kierowcy	TAK	
11.7		podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków tak, aby część wychodząca na ścianę boczną nie tworzyła kanciastej krawędzi i była zabezpieczona tak aby nie było możliwe odklejanie się części wychodzącej na ścianę boczną	TAK	
11.8		ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym, tak zamontowane, aby w czasie jazdy ambulansu nie powodowały drgań i związanych z tym dokuczliwych dźwięków	TAK	
11.9		przegroda pomiędzy kabiną kier. a przedz. pacjenta z drzwiami przesuwными	TAK	
11.10		schowek za lewymi drzwiami przesuwными z domykaniem elektrycznym na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa)	TAK	
11.11		szafki na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie jazdy -	TAK	
11.12		na ścianie działowej przy wejściu zespół szafek, miejsca do mocowania walizki lub torby medycznej, wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne prawe oraz z blatem roboczym (wykończonym twardym materiałem)	TAK	
11.13		podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie regulowanym w zakresie min. 30-36°C, zarówno na postoju, jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), pojemność	TAK	

		min. 3 l.		
		11.14	miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków	TAK
		11.15	uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych min. 3	TAK
		11.16	uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy oraz uchwyty przy drzwiach bocznych prawych i tylnych przedziału pacjenta ułatwiające wsiadanie	TAK
		11.17	Miejsce na 2 butle tlenowe duże 10 L z łatwo rozłączalnymi uchwytami wyposażonymi w elementy tłumiące drgania, - tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana butli	TAK
		11.18	miejsce z uchwytami do mocowania noszy podbierających, mocowanie za pomocą regulowanych pasków, uchwyty zaopatrzone w elastyczne elementy tłumiące drgania	TAK
		11.19	miejsce z uchwytami do mocowania desek ortopedycznych	TAK
		11.20	Dostawa krzeselka kardiologicznego oraz miejsce na uchwyty do mocowania tego krzeselka kardiologicznego „schodowego” z systemem płozowym	TAK
		11.22	okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową	TAK
		11.23	miejsce wraz z mocowaniem 2 kasków ochronnych,	TAK
		11.24	panel sterujący służący do sterowania : - oświetleniem przedziału, - systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału z funkcją automatycznego utrzymywania nastawionej temperatury (nie więcej jak do 25°C przy niskich temperaturach zewnętrznych), Ponadto posiadający funkcje wyświetlania aktualnego czasu oraz temperatury w przedziale i na zewnątrz jak również w termoboxie	TAK
12.	Oświetlenie i sygnalizacja:	12.1	<u>światlna</u> : na dachu system zintegrowany – nie belki i nie „koguty” – wszystkie lampy emitujące światło w kolorze niebieskim,	TAK
		12.2	<u>dźwiękowa</u> : elektryczna, modułowana o mocy nie mniejszej niż 100 W, z możliwością przekazywania komunikatów głosem - głośnik umieszczony poniżej linii przedniej maski + pneumatyczna ciągłego działania lub elektryczna niskotonowa	TAK
		12.3	lampy światel pozycyjnych	TAK
		12.4	reflektory zewnętrzne LED, z lewej i prawej strony nadwozia, do oświetlenia miejsca akcji	TAK
	Przedziału pacjenta	12.5	sygnalizacja wizualna i dźwiękowa cofania: kamera cofania + wyświetlacz w kabinie	TAK

			kierowcy		
		12.6	oświetlenie rozproszone na obszar pacjenta i obszar otaczający- LED	TAK	
		12.7	włączenie/wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta	TAK	
13.	Łączność	13.1	zamocowana na dachu ambulansu antena - z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu	TAK	
		13.2	miejsce z uchwytem do mocowania radiotelefonu, wraz z doprowadzonym zasilaniem 12V-z zabezpieczeniem prądowym	TAK	
		13.3	antena GPS – kabel anteny wyprowadzony w kabinie kierowcy	TAK	
		13.4	antena GSM — kabel wyprowadzony w kabinie kierowcy	TAK	
		13.5	Urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu muszą być tak skonstruowane i zamontowane aby nie emitować pól elektromagnetycznych mogących zakłócać pracę sprzętu łączności oraz medycznego przewidzianego do pracy w ambulansie w czasie jazdy jak i na postoju Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny wielofunkcyjnej	TAK	
14.	Centralna instalacja tlenowa, i próżniowa	14.1.	2 gniazda tlenowe + gniazdo na suficie	TAK	
15.	Obsługa techniczna pojazdu, wymagania techniczne	15.1	zabudowa specjalistyczna musi zapewniać swobodny dostęp do wszystkich wymiennych elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej zwłaszcza takich jak: lampy sygnalizacyjne, belki sygnalizacyjne, lampy boczne, lampy dachowe, sygnały dźwiękowe , dmuchawy, pompy, sprężarki, prostowniki, anteny etc., na wypadek awarii lub uszkodzenia mechanicznego, bez konieczności demontażu elementów zabudowy przedziału medycznego, zwłaszcza, wycinania otworów, odklejania ścian, szafek, mocowań itp...	TAK	
		15.2	Wykonawca musi zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej, takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to wszystkich urządzeń	TAK	



			zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.		
16.	Wyposażenie	16.1	kpl. awaryjny: klucz do kół, podnośnik,	TAK	
		16.2	trójkąt odblaskowy	TAK	
		16.3	apteczka samochodowa	TAK	
		16.4	kamizelka odblaskowa – rozmiar XL	TAK	
		16.4	2 gaśnice z mocowaniami; jedna w kabinie kierowcy, druga w przedziale pacjenta	TAK	
		16.5	urządzenie do wybijania szyb oraz nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa; nóż i młotek nie mogą być zamocowane tuż przy fotelu bocznym, aby uniemożliwić niekontrolowane użycie przez pacjenta	TAK	
17.	Podstawa pod nosze – laweta:	17.1	umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta	TAK	
		17.2	regulację wysokości podstawy po wysunięciu - możliwość płynnego wyregulowania wysokości płyty najazdowej podstawy do wysokości najazdowej kółek transportera noszy.	TAK	
18.	<b>Wymagania ogólne:</b>	18.1	Wykonawca wraz z dostawą dostarczy: świadectwo homologacji i dokument CoC dla kompletnie zabudowanego ambulansu oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności dla ambulansu i wyposażenia medycznego lub dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego jako specjalny- sanitarny (ambulans); w tym przypadku przebieg pojazdu nie może wynosić więcej, niż 100 km	TAK	
		18.2	wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu.	TAK	
		18.3	wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki.	TAK	
		18.4	pojazd bazowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., ostateczna zabudowa, jako ambulans sanitarny wykonana nie wcześniej niż w 2021 r.	TAK	
		18.5	koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu	TAK	
		18.6	Wraz z kompletnym ambulansiem Wykonawca musi przekazać wszystkie dokumenty potrzebne	TAK	

			do zarejestrowania ambulansu lub dowód rejestracyjny ambulansu		
19.	Serwis	19.1	Serwis nieodpłatny pojazdu bazowego realizowany w okresie gwarancji, w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu. Wykaz ASO dostarczony wraz z dostawą.	TAK	
		19.2	Serwis nieodpłatny zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji.	TAK	
20		20.1	Ambulans spełnia warunki zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 305, z późn. zm.), wymagania aktualnej wersji norm; PN EN 1789 lub równoważnej (ambulans typu C) – lub je zastępujące, wymogi dotyczące oznakowania ambulansu zawarte w Rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późn. zmianami oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.	TAK	

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami ust. 14 części XI SWZ:

\* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „6”

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

.....  
.....

Adres .....

### OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))

Dotyczy postępowania pn:

Nazwa postępowania	Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu
Znak sprawy	DTZ.382.2.2022

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

#### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy oraz art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ../D/2022/..

w dniu ..... 2022 r w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

**Szpitałem Powiatowym Sp. z o.o. ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub Dobrzyń**  
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023700

**NIP 878-168-98-44 REGON 871552334**

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Michała Kamińskiego

zwaną dalej „**Zamawiającym** „

**a**

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, została zawarta umowa następującej treści:

w rezultacie dokonania przez *Zamawiającego* wyboru oferty, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na ..... – **sprawa Nr DTZ.382.2.2022**, została zawarta umowa o następującej treści :

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem zgodnie z Formularzem Ofertowym i Formularzem Parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy zwanych w dalszej treści umowy „przedmiotem zamówienia” lub „towarem”.

**§ 2**

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilość przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2. Wartość brutto umowy wynosi:  
..... zł. (słownie złotych: ..... 00/100)
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z wymaganymi dokumentami, uruchomi i sprawdzi poprawność działania przedmiotu dostawy oraz przeprowadzi szkolenia.
4. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy..

### § 3

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem dostawy.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca wraz z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy prześle Zamawiającemu następujące dokumenty:
  - 1) kartę gwarancyjną pojazdu,
  - 2) karty gwarancyjne wyposażenia pojazdu i aparatury medycznej/sprzętu medycznego,
  - 3) książkę serwisową pojazdu,
  - 4) książkę gwarancyjną przedziału medycznego,
  - 5) paszporty techniczne aparatury medycznej/sprzętu medycznego dla asortymentu dla którego wystawia się paszport techniczny,
  - 6) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim,
  - 7) instrukcję obsługi aparatury medycznej/sprzętu medycznego w języku polskim,
  - 8) dokumenty potrzebne do rejestracji ambulansu (pojazdu skompletowanego) w szczególności:
    - karta pojazdu
    - świadectwo homologacji dla oferowanego skompletowanego ambulansu (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) w rozumieniu art. 2 pkt. 71-74 ustawy z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
  - 9) dokumenty potrzebne do kontraktowania ambulansu w NFZ w szczególności: certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające zgodność oferowanego ambulansu z aktualnymi wersjami norm: PN-EN 1789 lub równoważną lub ją zastępującą dla pojazdu.
  - 10) Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym
  - 11) Inne dokumenty wymienione w SWZ.
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości

### § 4

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest ..... (tel. nr .....) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ..... tel. .... lub osoba zastępująca.

### § 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności, o której mowa w § 2 ust. 2 w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji celowej od Ministra Zdrowia.
2. Za zapłatę strony przyjmują uznanie rachunku bankowego Wykonawcy lub rachunku bankowego podmiotu finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

### § 6

1. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela Zamawiającemu gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wszelkie normy wynikające z przepisów prawa, jak też uzyskał wszelkie aprobaty, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, odpowiada poziomowi technicznemu wymaganemu przez Zamawiającego w postępowaniu w wyniku, którego Umowa zostaje zawarta, jest całkowicie fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i sprawny oraz gotowy do użytku z przeznaczeniem.
3. Okres gwarancji przedmiotu dostawy liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i wynosi:
  - 1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy wynosi ..... miesiące bez limitu kilometrów,
  - 2) na powłoki lakiernicze ..... miesiące,
  - 3) na perforację korozyjną elementów nadwozia ..... miesięcy,
  - 4) na przedział medyczny, tj. zabudowę medyczną, w tym lawetę..... miesiące,;
  - 5) pozostałe wyposażenie, 24 miesiące
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedmiotu dostawy. Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego prowadzony będzie przez ASO z siedzibą w ..... ul. ....tel./fax nr .....
5. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na numer faksu lub adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.
6. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady, usterki usuwane były niezwłocznie tzn.





- a) dla przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety oraz pozostałego wyposażenia /aparatury medycznej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej.
- b) dla pojazdu bazowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady faksem lub pocztą elektroniczną, z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą samą drogą. W przypadku konieczności dokonania naprawy przedmiotu dostawy poza siedzibą Zamawiającego maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania wady chyba, że strony ustalą inaczej.
7. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej przez serwis gwarancyjny wynosi maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zgłoszenia do serwisu Wykonawcy. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady, usterki w siedzibie Zamawiającego i liczony jest od daty przesłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną do serwisu Wykonawcy. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy.
8. Czas rozpoczęcia naprawy w przypadku pojazdu bazowego przez ASO wynosi maksymalnie 72h robocze od daty przesłania zgłoszenia do wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy liczony jest od dnia przyjęcia pojazdu do ASO. Przyjęcie pojazdu do ASO musi nastąpić najpóźniej do 24h od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej do wskazanego przez Wykonawcę ASO. Czas rozpoczęcia naprawy oznacza diagnozę oraz fizyczne przystąpienie do usuwania wady, usterki.
9. W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, pozostałego wyposażenia, aparatury medycznej w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w serwisie Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnych wizyt serwisowych przedziału medycznego, tj. zabudowy medycznej, w tym lawety, co 12 miesięcy w ciągu okresu gwarancyjnego po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Zamawiającym.
12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć bez wymiany części przedmiotu dostawy Wykonawca dokona wymiany tej części na nową na własny koszt.

## § 7



1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załącznika nr 2 do SWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
3. W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 14 dni roboczych.
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
  - 2) za zwłokę w dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy w całości lub części w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
  - 3) za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy.
13. Zamawiający może według własnego uznania na podstawie noty księgowej żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub potrącić je z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 4 umowy.

## § 8

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabycić brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów wraz z poniesionymi kosztami dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a to w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
3. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

## § 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1),
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub od niezrealizowanej części Umowy, w przypadku gdy instytucja finansująca ogranicza, zawiesza albo wycofuje Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, co powodowałoby, iż Wykonawca nie otrzyma należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Niezależnie od skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o zawieszeniu finansowania w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu. W takim przypadku odstąpienie Zamawiającego od Umowy jest niezawinione.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
  - 1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego,



- 2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
8. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
  9. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

## § 10

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane.

## § 11

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
  - 1) w zakresie wynagrodzenia – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od towarów i usług,
  - 2) w zakresie terminu wykonania Umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu w przypadku, gdy:
    - a) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe na skutek przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
    - b) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
    - c) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej,
    - d) zachowanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy będzie niemożliwe z powodu wystąpienia skutków wywołanych wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. Zmiana terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy w związku z zapisami §8 ust. 2 pkt 2 lit. d) Umowy może zostać dokonana w szczególności, gdy:
  - 1) Prezes Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zarządzenia, komunikatu lub innej formy wprowadzi ograniczenia wstępu na teren Szpitala,
  - 2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 228 punkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny.
4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w §8 ust. 3 pkt. 1 Umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.
5. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

### **§ 12**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się załatwiać polubownie. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego..
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

### **§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**