



Znak: AE/ZP-27-16/24

Tarnów, 2024-03-28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy punktu nr 5, podpunkt 5.3 SWZ oraz punkt 23, podpunkt 23.2 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-10 oraz Pakietu Nr 2 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późn. zm.) tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dotyczy punktu nr 6, podpunkt 6.2 SWZ oraz punkt 23, podpunkt 23.1 SWZ - Projektowane postanowienia umowy .** Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostaw zaoferowanego asortymentu (krwinki wzorcowe, codzienna kontrola jakości, mikrokarty itp.) zgodnie z harmonogramem (co najmniej jeden raz w miesiącu) załączonym do umowy. Natomiast zamówienia w trybie CITO będą realizowane do 72 godzin.
- Dotyczy punktu nr 6, podpunkt 6.3 SWZ, oraz punktu nr 20 Załącznika Nr 6 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin na dostawę oraz podłączenie analizatora ujętego w pakiecie nr 1, poz. 1 do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco moduł serologia wynosi do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
- Dotyczy punktu 23.12 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** W związku z koniecznością doprecyzowania warunku naliczenia kary umownej dotyczącej lit. b prosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją poprzez dodanie „lub uzupełnienia braków”.
23.13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,
b) 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
c) 25% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.23.35 – 23.40 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.23.35 SWZ.
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt.b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad **lub uzupełnienia braków** w terminiedni kalendarzowych od daty zgłoszenia (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.23.13 SWZ nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.
- Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ Pakiet Nr 1.** Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że podane ilości badań, zawierają ilości przeznaczone na codzienną wewnętrzną kontrolę jakości.



6. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ, Pakiet Nr 1 poz. 9.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaferowania odczynników do oznaczania grupy krwi noworodka wraz z potwierdzeniem przy pomocy drugiej serii lub drugiego klonu odczynników anty-A i anty-B?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ, Pakiet Nr 1, poz. 9.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający oczekuje, aby karta do oznaczania grupy krwi noworodka z BTA zawierała kolumnę na kontrolę wewnętrzną
8. **Dotyczy Załącznika Nr 1 SWZ, Pakiet Nr 1, poz. 9.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający oczekuje, aby karta do oznaczania grupy krwi noworodka z BTA zawierała kolumnę z surowicą poliwalentną AHG oraz kolumnę z surowicą monowalentą IgG.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 1.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga zaferowania analizatora który jest nablutowy?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 4.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaferowanie analizatora, którego wydajność z zakresu badania grup krwi i przeciwciał wynosi 23 próbki na godzinę?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 7b.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaferowanie panelu czterech krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych? Na rynku są dostępne zarówno zestawy 3- panelowe krwinek jak i 4-ro panelowe zestawy krwinek.
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 10.** Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że identyfikacja poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności dotyczy tylko odczynników. Identyfikacja próbek badanych następuje za pomocą kodów kreskowych które nie zawierają numeru serii i daty ważności.
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 18.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaferowanie jednej pozycji asortymentowej, tj. kart do kontroli grupy krwi dawców przechowywanych w temperaturze 2-8°C?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 22.** Z uwagi na zaferowanie analizatora wraz z systemem back up, którego celem jest zapewnienie ciągłości badań w przypadku awarii analizatora prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa urządzenia zastępczego nastąpiła w przypadku jednoczesnej awarii analizatora i systemu back up.
15. **Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 27.** W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń pracowni, prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac Zamawiający ma na myśli?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 27.** W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń pracowni Zamawiającego, prosimy o możliwość odbycia wizji lokalnej.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 32.** Uprzejmie prosimy o możliwość przeprowadzenia szkolenia po zakończonej instalacji i wpięciu analizatora do systemu LIS w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium.
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 34.** Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc: „odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej” ma na myśli tylko te produkty, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 33 i 36.** Z uwagi na ochronę środowiska, firma Grifols wdraża rozwiązanie polegające na zastąpieniu ulotek oraz certyfikatów kontroli jakości w tradycyjnej formie (papierowej) ulotkami / certyfikatami elektronicznymi (do pobrania zgodnie z instrukcją w opakowaniu), które będą zamieszczane na dedykowanej do tego stronie internetowej . Zarówno instrukcje jak i ulotki są w języku polskim. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania, ewentualnie prosimy o możliwość dostarczania ulotek lub instrukcji / certyfikatów drogą mailową.
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SWZ, Pakiet Nr 1, punkt nr 41.** Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaferowanie mikrotestów kolumnowych z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium oraz krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej wewnętrznej kontroli jakości z terminem ważności 4-5 tygodni od daty dostawy do laboratorium?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.5.3 oraz pkt.23.2 SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-10 oraz w Pakiecie Nr 2.**

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy **pkt.6.2 oraz pkt.23.1 SWZ.**

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy **pkt.6.3 oraz pkt.23.1 SWZ** oraz **pkt.20 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści **pkt 23.12 SWZ.**

Ad. 5 Zamawiający w ilości badań określonych w **Pakiecie Nr 1** uwzględnił również codzienną wewnętrzną kontrolę jakości, co jest oczywiste ponieważ nie wymagał od Wykonawcy uwzględnienia w oferowanej ilości codziennej wewnętrznej kontroli jakości.

Ad. 6 - 8 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** odczynników do oznaczania grup krwi noworodka spełniających wymagania SWZ.

Ad. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** analizatora spełniającego wymagania określone w SWZ.

Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.4 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.7b) Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.10 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.** Jednocześnie Zamawiający dopuszcza również, aby identyfikacja badanych próbek następowała poprzez kody kreskowe nie zawierające numeru serii i daty ważności.

Ad. 13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.18 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 14 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.22 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1** i nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia zastępczego dopiero w momencie jednoczesnej awarii analizatora i systemu back up.

Ad. 15 Zamawiający określił w **pkt.27 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu Zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1** wymóg „Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Zamawiającego do możliwości wstawienia aparatu w cenie dzierżawy”, co jak sam wymóg określa oznacza wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z wstawieniem aparatu, czyli czynności związanych z zabezpieczeniem drogi transportowej do miejsca ustawienia aparatu, czynności związanych z samym ustawieniem aparatu, w tym np. wstawienie stołu – jeżeli ustawienie aparatu tego wymaga.

Ad. 16 Zgodnie z pkt 4.9 SWZ Zamawiający nie przewidział odbicia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Ad. 17 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.32 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 18 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.34 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu Zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza aby certyfikaty, o których mowa w **pkt 33 Załącznika Nr 6 do SWZ** oraz metodyki badań, o których mowa w **pkt 36 tego Załącznika** dotyczące przedmiotu Zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1** były przesyłane drogą e-mailową

Ad. 20 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **pkt.41 Załącznika Nr 6 do SWZ** dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1.**

Handwritten mark

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

Handwritten signature
mgr Danuta Nosek

