



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T: 75 738 00 00
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOT:
000000001137

Bolesławiec, dnia 24 października 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych do testów serologii transfuzjologicznej służących do oznaczania grup krwi, wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawności wykonywanych testów- techniki probówkowe, szkiełkowe, mikrometoda dla Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” sprawa 47/PN/2024.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

1. Pytanie do Zał. nr 8 do SWZ – Projekt Umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym? Zamawiający w projekcie umowy wskazuje, że zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 50% wartości całkowitej umowy. Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego postanowienia. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny oraz skalkulowania ceny dostaw i obsługi umowy.

2. Pytanie do Zał. nr 8 do SWZ – Projekt Umowy - Dot. §3 ust. 5

Wnosimy o modyfikację wskazanego §3 ust. 5 poprzez wskazanie, że dostawa krwinek wzorcowych oraz papainy odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem dostaw. Zamawiający wskazał taką informację w formularzu cenowym, pod tabelą, nie ujął jednak tej informacji w projekcie umowy. Propozycja Wykonawcy: „Termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi

dni robocze dla zadania nr 2, licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Dostawa krwinek wzorcowych oraz papainy odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem dostaw, który stanowi załącznik do umowy”. Wskazujemy, że krwinki oraz papaina posiadają krótki termin ważności do 5 tyg.

3. Pytanie do Zał. nr 2 - Formularz cenowy pozycje nr 5,6,7,8,9,10

Czy Zamawiający potwierdza, że pozycje 5-10 odczynniki monoklonalne będzie zamawiał w pełnych opakowaniach handlowych tj. 5 x 10 ml ?

4. Pytanie do Zał. nr 2 - Formularz cenowy pozycja nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw krwinek wzorcowych z terminem ważności 5 tygodni od daty dostawy. Producent RCKiK Katowice gwarantuje termin ważności 38 dni od daty dostawy do siedziby Wykonawcy. Termin ważności krwinek od dnia produkcji to 44 dni. Potem krwinki przechodzą proces zwolnienia do obrotu i kontroli jakości co trwa kilka dni. Wykonawca musi również uwzględnić czas na zapakowanie i wysyłkę krwinek do Zamawiającego .

5. Pytanie do Zał. nr 2 - Formularz cenowy, pkt 10 wymagań pod tabelą cytat: „Wymaga się dostarczenia krwinek i odczynników w trybie CITO - do maksymalnie 3 dni”. Zamawiający w treści SWZ pkt 4 ppkt 4.3. wskazał termin realizacji zamówienia w trybie CITO- do 72 godzin w dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia elektronicznie.

Wykonawca wnosi o przedłużeniu terminu dostawy wyrobów w trybie Cito- do maksymalnie 3 DNI ROBOCZYCH oraz odstąpienie od wymogu dostarczenia na CITO- krwinek oraz papainy. Dostawa krwinek oraz papainy odbywa się zgodnie z harmonogramem dostaw, a uwagi na specyfikę produkcji (Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców podobnie jak odczynniki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych), wskazany przez Zamawiającego w formularzu cenowym termin dostawy na CITO, w ciągu 3 dni, nie uwzględnia systemu pracy Wykonawcy jako dostawcy zgodnie z Kodeksem pracy, a także zakazu ruchu ciężarówek przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w dni wolne, w pewnych okresach kalendarzowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w tygodniu pracy, zatem nie można zmusić pracownika do świadczenia pracy w dni ustawowo wolne bez znaczącej przyczyny (np. zagrożenie BHP). Wykonawca nie ma obowiązku pracy z trybie zmianowym zgodnie z kodeksem pracy, bowiem nie jesteśmy organizacją, której działalność wymaga kontynuacji/ciągłości pracy 24 godziny na dobę.

Oczywiście Wykonawca w miarę możliwości oraz w zależności od dnia w jakim zostanie złożone zamówienia, będzie starał się zrealizować zamówienie jak najszybciej, tak aby zapewnić ciągłość pracy laboratorium Zamawiającego. Zamawiający ustalając właściwy termin dostawy na CITO, powinien uwzględnić czas na zapakowanie zamówienia, odebranie przesyłki przez kuriera oraz

dostawę paczki do Zamawiającego. W związku z tym termin 3 dni roboczych (z wyłączeniem krwinek i papainy) wydaje się być korzystny dla obu stron umowy.

6. Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych na podstawie art. 107 uPzp jeśli nie będą załączone do oferty?

7. Pytanie do Zał. nr 2

Czy do tabeli cenowej można dopisać kolumnę ilość zaoferowanych opakowań, co ułatwi kalkulacje cenową dla kolumny wartość netto, realizację umowy w przyszłości oraz kalkulacje poziomu realizacji umowy?

8. Prosimy o wyjaśnienie tabeli cenowej:

Czy w pozycji od nr 5 do nr 20 w kolumnie „j.m” powinno być jednostka miary: opakowanie?

9. Prosimy o wyjaśnienie tabeli cenowej:

Czy w pozycji nr 1 oraz 2 w kolumnie „j.m” powinno być jednostka miary: opakowanie?

10. Prosimy o wyjaśnienie tabeli cenowej:

Czy dla pozycji nr 3 oraz 4 należy zaoferować cenę za 1 litr?

11. Dotyczy załącznik nr 2 wymaganie nr 5.

Czy certyfikaty jakości mają być dostarczone wraz z dostawą?

12. Dotyczy załącznik nr 2 wymaganie nr 1.

Czy Zamawiający że wymaganie nr 1 nie dotyczy pozycji 3,4,13 oraz od 17 do 20 skoro wymienione pozycje zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 07,04,2022r nie są ujęte w procedurze certyfikacji przez jednostkę notyfikowana. Odczynniki posiadają deklarację zgodności CE producenta .

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów §3 ust. 5 poprzez wskazanie, że dostawa krwinek wzorcowych oraz papainy odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem dostaw.
3. Tak, Zamawiający potwierdza, że pozycje 5-10 odczynniki monoklonalne będzie zamawiał w pełnych opakowaniach handlowych tj. 5 x 10 ml
4. Tak, Zamawiający dopuści zestaw krwinek wzorcowych z terminem ważności 5 tygodni od daty dostawy.
5. Zamawiający modyfikuje treść zapisu w zakresie wymagań pod tabelą cytując: „Wymaga się dostarczenia krwinek i odczynników w trybie CITO - do maksymalnie 3 dni roboczych”.

6. Tak, Zamawiający potwierdza, że wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych na podstawie art. 107 Pzp jeśli nie będą załączone do oferty, zgodnie z zapisami SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.
7. Tak, do tabeli cenowej można dopisać kolumnę ilość zaoferowanych opakowań, co ułatwi kalkulacje cenową dla kolumny wartość netto, realizację umowy w przyszłości oraz kalkulacje poziomemu realizacji umowy.
8. Tak, w pozycji od nr 5 do nr 20 w kolumnie „j.m” powinno być jednostka miary: opakowanie
9. Tak, w pozycji nr 1 oraz 2 w kolumnie „j.m” powinno być jednostka miary: opakowanie
10. Tak, dla pozycji nr 3 oraz 4 należy zaoferować cenę za 1 litr
11. Tak, certyfikaty jakości mają być dostarczone wraz z dostawą.
12. Zamawiający odstępuje od wymagania nr 1 dla pozycji 3,4,13 oraz od 17 do 20 wymaga dla tych pozycji deklaracji zgodności CE producenta .

Z poważaniem


DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk